

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS**.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1		PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Descubiertas: Malla de Nitinol. Buenos marcadores radiopacos y marcador endoscópico distal. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%) Disponibilidad en distintas longitudes (40-60-80-100 mm) y diámetro de 10 mm. Compatibles con sistemas de guía corta y larga, de 0,035” Compatibles con canal de trabajo de 3,2 mm de diámetro. Liberación proximal. Posibilidad de recolocación al menos hasta el 70% de la liberación de la prótesis.
2		PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Cubiertas: Malla de Nitinol. Recubrimiento de silicona o material plástico. El proveedor debe disponer de prótesis totalmente cubiertas y parcialmente cubiertas. Buenos marcadores radiopacos y marcador endoscópico distal. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%) Disponibilidad en distintas longitudes (40-60-80-100 mm) y diámetro de 10 mm. Compatibles con sistemas de guía corta y larga. Compatibles con canal de trabajo de 3,2 mm. Liberación proximal. Facilidad de retirada.
3		PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
		Descubiertas: Malla de Nitinol. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Buenos marcadores radiopacos y marcador endoscópico distal y de límite de recolocación. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%). Disponibilidad en distintas longitudes(al menos 100-120-150 mm) y diámetros (al menos 18 – 23 mm). Compatibles con guías de 0,035”. Disponibilidad de sistemas de liberación proximal y distal. Recolocación posible antes de su expansión completa.
4		PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Cubiertas: Malla de Nitinol. Recubrimiento de silicona o material plástico. El proveedor debe disponer de prótesis totalmente cubiertas y parcialmente cubiertas. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Buenos marcadores radiopacos y marcador endoscópico distal y de límite de recolocación. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%). Disponibilidad en distintas longitudes(al menos 100-120-150 mm) y diámetros (al menos 18 – 23 mm). Compatibles con guías de 0,035”. Liberación proximal o distal. Posibilidad de recolocación al menos hasta el 70% de la liberación de la prótesis. Fácil extracción con pinza de cuerpo extraño.
5		PRÓTESIS ESOFÁGICAS BIODEGRADABLES Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Marcadores radioopacos. Gran fuerza radial durante al menos 4 – 6 semanas. Degradación espontánea antes de las 16 semanas de su implantación. Compatibles con guías de 0,035”.
6		PRÓTESIS CÓLICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Descubiertas: Malla de Nitinol. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
		Buenos marcadores radiopacos y marcador endoscópico distal y de límite de recolocación. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%). Disponibilidad de distintas longitudes (al menos 80 -120 mm) y diámetros del cuerpo de la prótesis (al menos 22 – 25 mm). Compatibles con guías de 0,035” y canales de trabajo de 3’8 mm (TTS). Sistema de liberación eficiente, que permita su despliegue en áreas de angulación. Recolocación posible antes de su expansión completa
7		PRÓTESIS CÓLICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Cubiertas. Trenzado o monofilamento de Nitinol. Recubrimiento interno de silicona o material plástico. El proveedor debe disponer de prótesis totalmente cubiertas y parcialmente cubiertas. Buenos marcadores radiopacos, marcador endoscópico distal y marcador fluoroscópico de límite de recolocación. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%). Disponibilidad de distintas longitudes (al menos 80 -120 mm) y diámetros del cuerpo de la prótesis (al menos 18 – 20 mm). Compatibles con guías de 0,035” y canales de trabajo de 3’8 mm (TTS). Posibilidad de recolocación antes de la liberación de al menos el 70% de la prótesis. Sistema de liberación eficiente, que permita su despliegue en áreas de angulación.
8		PRÓTESIS DUODENALES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES Trenzado o monofilamento de Nitinol. El proveedor debe disponer de prótesis descubiertas y cubiertas (recubrimiento interno de silicona o material plástico). Buenos marcadores radiopacos, marcador endoscópico distal y marcador fluoroscópico de límite de recolocación. Extremos redondeados atraumáticos y ensanchados para prevenir la migración. Gran fuerza radial y escaso acortamiento (<5%). Disponibilidad de distintas longitudes (al menos 80 -120 mm). Compatibles con guías de 0,035” y canales de trabajo de 3’8 mm (TTS). Posibilidad de recolocación antes de la liberación de al menos el 70% de la prótesis. Sistema de liberación eficiente, que permita su despliegue en áreas de angulación. Sistema de retirada fácil.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)

UNA por cada tipo, según el siguiente detalle:

- ✓ Lote 4-Esofágicas cubiertas.
- ✓ Lote 2-Biliares cubiertas.
- ✓ Lote 1-Biliares descubiertas.
- ✓ Lote 8-Duodenales descubiertas.

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 25 de Agosto de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE 2016-0-118

ANEXO AL PLIEGO

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS.

					PRESUPUESTO				
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1		PROTESIS BILIAR METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA	13	13	1.304,7600	16.961,880	1.696,18800	18.658,06800	33.923,760
2		PROTESIS BILIAR METALICA AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA	38	38	1.366,2300	51.916,740	5.191,67400	57.108,41400	103.833,480
3		PROTESIS ESOFAGICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA	1	1	1.373,1600	1.373,160	137,31600	1.510,47600	2.746,320
4		PROTESIS ESOFAGICA METALICA AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA	18	18	1.519,4800	27.350,640	2.735,06400	30.085,70400	54.701,280
5		PROTESIS ESOFAGICA BIODEGRADABLE	3	3	2.492,2100	7.476,630	747,66300	8.224,29300	14.953,260
6		PROTESIS COLICA METALICA AUTOEXPANDIBLE DESCUBIERTA	2	2	1.138,1000	2.276,200	227,62000	2.503,82000	4.552,400
7		PROTESIS COLICA METALICA AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA	2	2	1.069,2600	2.138,520	213,85200	2.352,37200	4.277,040
8		PROTESIS DUODENAL METALICA AUTOEXPANDIBLE	11	11	1.372,2900	15.095,190	1.509,51900	16.604,70900	30.190,380
						124.588,96	12.458,90	137.047,86	249.177,92
					Importe Total Valor Estimado 10% 274.095,71€				

