

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y EXPANSORES MAMARIOS Y OTROS EXPANSORES TISULARES, CON DESTINO A LOS HOSPITALES DEPENDIENTES Y ADSCRITOS AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO (AM PA SUM – 19/2016).

ÍNDICE:

- 1. OBJETIVO Y ALCANCE.**
- 2. CONSIDERACIONES GENERALES, DE ENTREGA.**
- 3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LICITACIÓN. CONDICIONES DE LAS PROPOSICIONES.**
- 4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación, para el suministro a los hospitales adscritos y dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

2. CONSIDERACIONES GENERALES. Condiciones generales de ejecución del suministro:

El suministro se efectuará en el horario y lugar establecidos por cada Centro dependiente y adscrito del SERMAS.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LICITACIÓN. CONDICIONES DE LAS PROPOSICIONES

3.1.- A continuación, en el apartado siguiente, se exponen los lotes de productos que son objeto de licitación, con indicación de las características que, con carácter de mínimo, deberán cumplir las proposiciones ofertadas al Acuerdo Marco, como condición de admisibilidad.

3.2.- Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos de legalidad y de autorización de comercialización establecidos en la normativa nacional y comunitaria.

3.3.- Las empresas adjudicatarias de cada uno de los procesos descentralizados que se realicen en cada centro, proporcionarán, sin cargo alguno, el instrumental, equipamiento y/o material adicional que resulte preciso para la adecuada implantación, particularmente: luz fría, prótesis de prueba, material para utilizar relleno con tejido adiposo de defectos de contornos residuales.

3.4.- Documentación técnica:

- a) Relación de productos ofertados en cada uno de los lotes en que se organiza el expediente.
- b) Cualquier otra información (distinta de la ficha técnica y de la Descripción Técnica solicitadas como Solvencia Técnica que, en su caso, resulte precisa para acreditar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Lote 1.- PRÓTESIS MAMARIA REDONDA.

- a. Perfiles: Moderado, moderado plus, alto y superalto.
- b. Gel silicona cohesivo I, II y doble gel
- c. Superficie rugosa y posibilidad de incluir las de superficie lisa.
- d. Tacto suave.
- e. Volumen: de 100 a 800 cc.
- f. Cuatrilaminar.

Lote 2.- PRÓTESIS MAMARIA ANATÓMICA.

- a. Gel de silicona altamente cohesivo.
- b. Superficie rugosa.
- c. Tacto suave.
- d. Volumen: de 100 a 800 cc.
- e. Los modelos ofertados deberán disponer de al menos tres tipos de base, cada una de las tres bases con al menos tres proyecciones o perfiles. Incluirá extraproyección con doble gel

Lote 3 – PRÓTESIS - EXPANSOR MIXTA CON CÁMARA VIRTUAL.

- a. Superficie rugosa.
- b. Gel cohesivo.
- c. Válvula de llenado con conector (interruptor): válvula extraíble, doble válvula (dos tamaños), doble conector y triple válvula de seguridad.
- d. Proporción: 25,35 y 50

Lote 4 – PRÓTESIS - EXPANSOR MAMARIA ANATÓMICO.

- a. Válvula extraíble.
- b. Superficie rugosa.
- c. Gel cohesivo.
- d. Válvula de inflado a distancia, sin interruptor (conector).
- e. Tapón sellador.
- f. Dos alturas.

Lote 5 – EXPANSOR ANATÓMICO CON VÁLVULA INCORPORADA.

- a. Superficie rugosa.
- b. Los modelos ofertados deberán disponer de al menos tres tipos de base, cada una de las tres bases con al menos tres proyecciones o perfiles
- c. Proyecciones: Mínimo 3.
- d. Alturas: Mínimo 3.
- e. Volúmenes: 200 a 800 cc.

Lote 6 – PRÓTESIS MAMARIA REDONDA CON SUPERFICIE DE POLIURETANO.

- a. Perfiles: Moderado, moderado plus, alto y superalto.
- b. Gel silicona cohesivo – I, II y Doble Gel.
- c. Superficie de poliuretano.
- d. Tacto suave.
- e. Volumen: de 100 a 800 cc.
- f. Cuatrilaminar.

Lote 7- PRÓTESIS MAMARIA ANATÓMICA CON SUPERFICIE DE POLIURETANO.

- a. Gel de silicona altamente cohesivo.
- b. Superficie de poliuretano.
- c. Tacto suave.
- d. Volumen: de 100 a 800 cc.
- e. Los modelos ofertados deberán disponer de al menos tres tipos de base (base redonda, ovalada de diámetro mayor vertical y ovalada de diámetro mayor horizontal), cada una de las tres bases con al menos tres proyecciones o perfiles.

Lote 8.- EXPANSOR DE TEJIDO.

- Válvula remota y posibilidad de incluir con válvula incorporada.
- Diferentes formas: Redonda, rectangular, elípticas y media luna.

Madrid, 22 de julio de 2016
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Y DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS



Fdo.: José Ramón Menéndez Aquino