

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
P.A. 19/2016 HUP**

MATERIAL SANITARIO DESECHABLE PARA HEMODINÁMICA

Lote	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPO- NIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1 (*)	DISPOSITIVO DE INFLADO PARA ANGIOPLASTIA (270453) <ul style="list-style-type: none"> Con manómetro. Desechable. Posibilidad de alcanzar 30 atmósferas o más. Con alargadera de alta presión y rotor. 	700	Ud.	14,71	3,09	17,79 €
2	GUÍA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA (271019) <ul style="list-style-type: none"> Lubrificada con porción distal flexible y sólo radio-opaca en la porción distal (3 cm.). Grosor: 0,014 pulgadas. Disponibile en longitudes de 190 y 300 cm. Alta flexibilidad. Soporte medio y alto. Cuerpo distal alma hasta la punta de nitinol superelástico, para mayor durabilidad con diseño de pulido parabólico. Punta atraumática y flexible , recta o en J. 	900	Ud.	75,98	15,96	91,94 €
3	GUÍA DE ANGIOPLASTIA DE ALTA PENETRACIÓN (273394) <ul style="list-style-type: none"> Diámetro 0.014. Alma y espirales de una pieza de acero inoxidable. Sistema de doble coil Respuesta de torsión 1:1. Longitud: 180/190 y 300 mm. Con grados variables de soporte y flexibilidad. 	55	Ud.	168,67	35,42	204,09 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1000102618911785183592

4	<p>GUÍA DE ANGIOPLASTIA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES COMPLEJAS Y SUBOCLUSIONES (273395)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diámetro 0.014. ▪ Alma de una pieza de acero inoxidable. ▪ Sistema de doble coil. ▪ Conificación de la punta distal. ▪ Disponible para acceso anterógrado y retrógrado. ▪ Longitud: 190 y 300 mm. ▪ Con grados variables de soporte y flexibilidad. 	25	Ud.	168,67	35,42	204,09 €
5	<p>GUÍA DE ANGIOPLASTIA CON RECUBRIMIENTO DISTAL HIDROFÍLICO (273396)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diámetro 0.014. ▪ Alma de durasteel. ▪ Pulido del alma largo y parabólico. ▪ Respuesta al torque 1:1. ▪ Disponible en 2 longitudes y distintos grados de soporte. 	200	Ud.	83,33	17,50	100,83 €
6	<p>GUÍA DE ANGIOPLASTIA PARA PROCESOS DE EXTERNALIZACIÓN (273397)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diámetro 0.010". ▪ Longitud 330 cm. ▪ Específica para procedimientos de externalización en procedimientos de ICP retrógrada. ▪ Doble coil. 	5	Ud.	230,39	48,38	278,77 €
7	<p>GUÍA CONSTRUCCIÓN HIDROFÍLICA (271015):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía con núcleo de nitinol. ▪ Extremo atraumático y flexible. ▪ 0.035". ▪ 260 cm. ▪ Punta en J y recta. 	265	Ud.	19,61	4,12	23,73 €
8	<p>GUÍA INTRACORONARIA DE PRESIÓN (271826)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con interfase compatible con sistema de registro Volcano. ▪ Transductor de presión en el extremo distal. 	175	Ud.	539,22	113,24	652,45 €
9	<p>GUÍA INTRACORONARIA DE PRESIÓN CON SENSOR MULTIFUNCIONAL (273398)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con sensor multifuncional que permita FFR, CFR e IMR.. 	50	Ud.	539,22	113,24	652,45 €



10 (*)	<p>GUÍA TEFLONADA NUCLEO FIJO (270391)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.035 y 0.032. ▪ Punta en "J" y recta. ▪ 175 cm. y 260 cm. ▪ Alta capacidad de empuje y flexibilidad. ▪ Resistencia a la deformación. 	1.600	Ud.	4,90	1,03	5,93 €
11 (*)	<p>GUÍA TEFLONADA TIPO AMPLATZ 0,35 ALTA RIGIDEZ PREFORMADA (273399)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía teflonada extrarrígida de 260 cm., preformada en el extremo distal con una doble curva a atraumática. ▪ Con curva de posibilidad de 2 tamaños de curva. ▪ Para técnica de dilatación valvular e implante de prótesis valvular. 	15	Ud.	157,84	33,15	190,99 €
12 (*)	<p>INTRODUCTOR ESPECIFICO ARTERIA RADIAL (271602)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para arteria radial 4F, 5F, 6F y 7F. ▪ Longitud: 13 y 23 cm. ▪ Con recubrimiento hidrofílico. ▪ Incluyendo guía específica de vía radial (0.018) y jeringas. 	1.300	Ud.	22,55	4,74	27,28 €
13 (*)	<p>INTRODUCTOR VASCULAR (270477)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con válvula hemostática competente incluso perforada con guía de 0,32 pulgadas y que permita el desplazamiento sin fricción del catéter. ▪ Buena capacidad de penetración en zonas fibróticas sin deformarse. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provisto de vía lateral con llave de tres pasos, 6F, 7F y 8F. ▪ Acompañado de aguja de punción arterial. ▪ Longitud: 10, 25 y 45 cm. 	420	Ud.	9,80	2,06	11,86 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1000102618911785183592

14 (*)	KIT PREMONTADO DE MANDO Y LÍNEA ALTA PRESIÓN (SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA) (272947) Kit premontado, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Mando de control</u> de inyección de contraste y solución salina. <ul style="list-style-type: none"> ▪ De PVC. ▪ Longitud: 175 cm. ▪ Doble lumen diámetro: 3 mm. ▪ Conectores: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luer hembra a pantalla. ▪ Luer macho a pantalla. ▪ <u>Línea de alta presión</u> para inyección de contraste. <ul style="list-style-type: none"> ▪ De PVC. ▪ Longitud: 140 cm. ▪ Diámetro: 5 mm. ▪ Conector: Luer hembra a Manifold. ▪ Llave de tres pasos con conector luer hembra a catéter paciente. ▪ Embalaje unitario estéril 	930	Ud.	31,61	6,64	38,25 €
15 (*)	LLAVE PARA ANGIOPLASTIA (270440) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alta luz. ▪ Diámetro interno: 9F. ▪ Perfectamente hemostático, incluso con una guía de 0.010. ▪ Con vía lateral. ▪ Construcción "en Y". ▪ Cierre y apertura del oclisor "todo o nada", sin rosca. ▪ Que incluya pasaguías y torque. ▪ Que permita cierre total y parcial. ▪ Que soporte altas presiones. 	790	Ud.	8,75	1,84	10,59 €
16	SISTEMA DE ASPIRACION DE TROMBO INTRACORONARIO (272036) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispositivo de aspiración de trombo intracoronario. ▪ De intercambio rápido. ▪ Diámetros 6F y 7F. ▪ Recubrimiento distal hidrofílico (25 cm.), una marca radioopaca distal de Platino-iridio, ▪ Sin estilete interno. ▪ Punta atraumática pulida. ▪ Con recubrimiento distal hidrofílico (25 cm.), una marca radiopaca distal de Platino-iridio, y shaft proximal de PEEK. ▪ Con jeringa de aspiración de 60 ml. 	110	Ud.	240,20	50,44	290,64 €



17	SISTEMA DE ATERECTOMIA ROTACIONAL DE ALTA VELOCIDAD (270028) ▪ Completo.	20	Ud.	1.227,45	257,76	1.485,22 €
18	SISTEMA DE CIERRE FEMORAL PERCUTÁNEO (272904) ▪ Cierre arterial de uso percutáneo. ▪ Compatible con punción diámetro 6F y 8F. ▪ De liberación de tapón biológico. ▪ Componentes absorbibles en 90 días o menos.	90	Ud.	137,25	13,73	150,98 €
19	SISTEMA QUIRÚRGICO VASCULAR PERCUTÁNEO PARA CIERRE DE PROCEDIMIENTO DE VÁLVULA AÓRTICA (273101) ▪ Para acceso de tamaño superior a 10F. ▪ Sistema de 2 suturas de poliéster y 4 agujas de nitinol alojadas en una vaina de 38 cm.	10	Ud.	408,50	40,85	449,35 €

Todas las muestras deberán venir referenciadas, especificando de forma visible, el número de orden y el número del Procedimiento Abierto al que correspondan, procediéndose antes de la adjudicación del expediente al análisis de las mismas. Se entregarán en el Almacén Central del Hospital de la Princesa.

MUESTRAS DE LOS ARTÍCULOS objeto de este contrato: (Sólo los artículos señalados con *).

A petición del Jefe del Sº, y en caso de ser absolutamente necesario para la realización del informe técnico, se podrán solicitar muestras de los artículos que se necesiten.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 19/2016 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 19/2016 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2007), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Firmado digitalmente por RODOLFO JOAQUIN ANTUÑA PELEGRI
Emitido por FNMT
Fecha: 2016.07.06 09:50:14 CEST
Huella dig.: 7e9512d9aaa9946aaafda7e769b05343931427717

