

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 45/2016

***“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BISTURÍ SELLADOR  
VASCULAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BISTURÍ SELLADOR VASCULAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 45/2016)**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **24 meses** y el presupuesto de licitación es **281.732,58 €**, siendo la base imponible 232.836,84 € y el I.V.A (21 %) 48.895,74 €.

**1. OBJETO**

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de de material para bisturí sellador vascular con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

**2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | PRECIO UNITARIO SIN IVA | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE | TIPO I.V.A. | IMPORTE IVA | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| F27118 | SELLADOR VASCULAR DE 37 CM DE LONGITUD APROX.CON CUCHILLA PARA CORTE INDEPENDIENTE DE SELLADO Y 10 MM DE DIÁMETRO.                                       | 373,83                  | 120      | 44.859,60      | 21,00       | 9.420,52    | 54.280,12                |
| F27117 | SELLADOR VASCULAR DE 20 CM DE LONGITUD APROX.CON CUCHILLA PARA CORTE INDEPENDIENTE DE SELLADO Y 10 MM DE DIÁMETRO.                                       | 373,83                  | 72       | 26.915,76      | 21,00       | 5.652,31    | 32.568,07                |
| F27125 | INSTRUMENTO LAPAROSCÓPICO DE 5 MM. Y 37 CM DE LONGITUD APROX. Y EJE PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO BIPOLAR Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM. DE DIÁMETRO. | 449,29                  | 72       | 32.348,88      | 21,00       | 6.793,26    | 39.142,14                |
| F27124 | SELLADOR VASCULAR DE 18,8 CM APROX. PARA DISECCIÓN, CORTE Y SELLADO BIPOLAR DE VASOS Y TEJIDOS DE HASTA 7 MM. EN CIRUGÍA ABIERTA.                        | 399,70                  | 120      | 47.964,00      | 21,00       | 10.072,44   | 58.036,44                |
| F27123 | SELLADOR VASCULAR DE 18 CM APROX. DE EJE RECTANGULAR PARA DISCCIÓN, AGARRE, SELLADO BIPOLAR Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM. DE DIÁMETRO.                 | 449,29                  | 60       | 26.957,40      | 21,00       | 5.661,05    | 32.618,45                |
| F27115 | SELLADOR VASCULAR DE 37 CM. APROX. Y 5 MM. DE EJE PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO BIPOLAR Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM. DE DIÁMETRO.                   | 373,55                  | 72       | 26.895,60      | 21,00       | 5.648,08    | 32.543,68                |

|        |                                                                                                                                                                    |        |    |                |            |          |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------|------------|----------|-----------|
| F27127 | SELLADOR VASCULAR DE TIPO MARYLAND DE 37 CM DE LONGITUD APROX. Y 5 MM. DE EJE PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO BIPOLAR Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM. DE DIÁMETRO. | 373,55 | 36 | 13.447,80      | 21,00      | 2.824,04 | 16.271,84 |
| F27128 | SELLADOR VASCULAR TIPO MARYLAND DE 23 CM DE LONGITUD APROX. Y 5 MM DE EJE PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO BIPOLAR Y CORTE DE VASOS DE HASTA 7 MM. DE DIÁMETRO.     | 373,55 | 36 | 13.447,80      | 21,00      | 2.824,04 | 16.271,84 |
|        |                                                                                                                                                                    |        |    |                |            |          |           |
|        |                                                                                                                                                                    |        |    | TOTAL:         | 232.836,84 |          |           |
|        |                                                                                                                                                                    |        |    | IVA:           | 48.895,74  |          |           |
|        |                                                                                                                                                                    |        |    | IMPORTE TOTAL: | 281.732,58 |          |           |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

#### **F27118**

Sellador vascular de 37 cm de longitud aproximada con cuchilla para corte independiente de sellado y 10 mm de diámetro, para disección, sellado bipolar y corte de vasos de 7 mm. de diámetro. Con margen de sellado tisular distal de 2 mm. Mango muy ergonómico. Rotor de hasta 359°. Mandíbulas biseladas con apertura de 35°. Superficie lisa del electrodo con protuberancias de cerámica. Longitud de corte de 20 mm Buena sujeción tisular. Dorso de mandíbula con recubrimiento. Activación manual y con pedal. Mínima carbonización y dispersión térmica. Para cirugía laparoscópica. De un solo uso.

#### **F27117**

Sellador vascular de 20 cm de longitud aproximada, con cuchilla para corte independiente de sellado y 10 mm de diámetro, para disección, sellado bipolar y corte de vasos de 7 mm. de diámetro. Con margen de sellado tisular distal de 2 mm. Mango muy ergonómico. Rotor de hasta 359°. Mandíbulas biseladas con apertura de 35°. Superficie lisa del electrodo con protuberancias de cerámica. Longitud de corte de 20 mm Buena sujeción tisular. Dorso de mandíbula con recubrimiento. Activación manual y con pedal. Mínima carbonización y dispersión térmica. Para cirugía abierta. De un solo uso.

#### **F27125**

Instrumento laparoscópico de 5 mm. y 37 cm de longitud aproximada e eje para disección, agarre, sellado bipolar y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro. Activación manual y con pedal. Diseño de mandíbula tipo roma contorneada. Mandíbulas texturizadas con topes cerámicos junto con un cierre mandibular más paralelo. Capacidad alta de agarre. Mecanismo de cuchilla integrado para el corte tisular independiente del sellado. Rotación de hasta 180° del eje. Apertura bilateral de las mandíbulas de entre 14 y 15 mm. Longitud de sellado de 19-20 mm, con corte de 18 mm. Reducción de intercambio de instrumentos. Manejo sencillo. Facilita la disección efectiva a través de planos tisulares y la creación de ventanas. Difusión térmica reducida y controlada, promedio de 1,5 mm. Mínima carbonización y dispersión térmica.

#### **F27124**

Sellador vascular de 18,8 cm aproximadamente para disección, corte y sellado bipolar de vasos y tejidos de hasta 7 mm en cirugía abierta. Con mandíbulas totalmente aisladas, finas y disectoras que permitan el acceso a cavidades estrechas y reducidas y la disección de pequeños vasos. Electrodo de sellado de 18 mm de longitud y 4 mm de anchura. Hoja de corte incorporada en la zona medial de las mandíbulas activada por gatillo. Activación manual mediante un botón con 2 posiciones, un primer clic de pre-agarre del tejido y un segundo clic de sellado vascular. Bajo nivel de difusión térmica. De un solo uso.

## F27123

Sellador vascular de 18 cm aproximadamente de eje rectangular para disección, agarre, sellado bipolar y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro. Con mandíbulas curvas de 3,6 cm de longitud, 4,7 mm de anchura de sellado y 2,29 cm de apertura bilateral con protuberancias cerámicas antideslizantes. Con cuchilla incorporada para un corte de 34 mm de longitud. Con diseño ergonómico De un solo uso.

## F27115

Sellador vascular de 37 cm de longitud aproximada y 5 mm de eje para disección, agarre, sellado bipolar y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro. Con mandíbulas rectas tipo delfín de 18 mm de longitud, 17 mm de longitud de sellado y 14 mm longitud de corte por cuchilla integrada e independiente del sellado. Apertura unilateral de mandíbulas de 13,5 mm, aisladas con protuberancias cerámicas antideslizantes. Rotación del eje de hasta 180 grados. Diseño ergonómico. De un solo uso.

## F27127

Sellador vascular tipo Maryland de 37 cm de longitud aproximada y 5 mm de eje para disección, agarre, sellado bipolar y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro. Con mandíbulas curvas de 22°, 18 mm de longitud de corte por cuchilla integrada e independiente del sellado. 20 mm de longitud de sellado. Apertura unilateral de mandíbulas de 13 mm, aisladas con protuberancias cerámicas antideslizantes. Rotación del eje de hasta 350° grados. Diseño ergonómico. Para Cirugía laparoscópica. De un solo uso.

## F27128

Sellador vascular tipo Maryland de 23 cm de longitud aproximada y 5 mm de eje para disección, agarre, sellado bipolar y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro. Con mandíbulas curvas de 22°, 18 mm de longitud de corte por cuchilla integrada e independiente del sellado. 20 mm de longitud de sellado. Apertura unilateral de mandíbulas de 13 mm, aisladas con protuberancias cerámicas antideslizantes. Rotación del eje de hasta 350° grados. Diseño ergonómico. Para cirugía abierta. De un solo uso.

**Todas las medidas aparecidas son aproximadas, pudiendo ofertar otras medidas con diferencias de + - 1 mm. cuando las medias se expresan en mm. y + - 2 cm. cuando son expresadas en cm.**

### CESIÓN DE EQUIPO:

El adjudicatario de este lote único deberá ceder dos generadores de última generación con parada automática de sellado y alarma de activación y de sellado incorrecto. Con pedal monopolar y carro de transporte, compatible con todos los números de orden contenidos en este lote y que permitan realizar sellado vascular y dispongan también de energía bipolar y monopolar.

El mantenimiento preventivo y correctivo se realizará por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnológica, a sustituir las referencias y / o equipos necesarios, sin que dicha modificación tenga repercusión en el precio de adjudicación.

El adjudicatario garantizará la formación adecuada de los distintos usuarios de equipos y fungibles.

### **3. CONDICIONES GENERALES**

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

#### Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

#### Plazo de Entrega/ reposición


Plazo de entrega/ reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

#### Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

Leganés, a 30 AGO 2016

JEFE SERVICIO



Fdo.: Dr. Herrera

EL DIRECTOR GERENTE



DOMINGO DEL CACHO MALO

CONFORME EL ADJUDICATARIO:

# ANEXO

## CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

**(ATENCIÓN:** Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

| LOTE AL QUE LICITA | CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i> | DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT | BASE O VARIANTE | DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR<br><i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i> | REFERENCIA DEL LICITADOR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |
|                    |                                                                                                   |                                         |                 |                                                                                                                                        |                          |

