

**EXPEDIENTE: 2016-0-109**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CALENTADOR E INFUSION RAPIDA DE SANGRE Y FLUIDOS**

LOTE	Código artículo	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	014756 + 014754	<p><b>SISTEMA CALENTADOR Y DE INFUSION RAPIDA DE SANGRE Y FLUIDOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo desechable que consta de intercambiador de calor con un reservorio/ filtro y sistema de bomba que permita flujos superiores a 700 ml/minuto con detector de burbujas.</li> <li>• Entrada múltiple de bolsas de fluido/sangre.</li> <li>• Libre de látex. Envase individual estéril.</li> </ul> <p><b>Características de la bomba y calentador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberán estar integrados en una unidad compacta. Bomba de rodillo que permita flujos superiores a 700 ml/minuto media. Sistema de purgado de aire automático. Detector de aire y control de temperatura en entrada y salida del equipo. Control de sobrepresión.</li> </ul>

**OTROS REQUISITOS:**

La empresa adjudicataria dejara en cesión de uso los equipos necesarios para la utilización de los sistemas.

- 4 Equipos para la Residencia General
- 1 Equipo para la Maternidad
- 1 Equipo para la Unidad de Politrauma (UCI)

La empresa adjudicataria será responsable del correcto funcionamiento de los equipos: Respuesta de mantenimiento en 24 horas y sustitución del equipo en caso de no poder repararse en el periodo mencionado.

Si durante la vigencia del contrato se renovara la tecnología del material, este deberá sustituir al adjudicado inicialmente.

La empresa adjudicataria se compromete a dar cursos de formación a la enfermería de quirófano y UVI, como mínimo 2 veces al año y durante la vigencia del contrato.



MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: **(NO)**

*No obstante, durante el periodo de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.*

Madrid, a 23 de Agosto de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Hospital Universitario  
12 de Octubre  
Comunidad de Madrid

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



EXPEDIENTE 2016-0-109

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS CALENTADORES Y BOMBAS DE INFUSIÓN

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO			
						BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	014756 + 014754	SISTEMA P/CALENTADOR DE INFUSION RÁPIDA DE FLUIDOS/SANGRE	600	600	115,00	69.000,00	14.490,00	83.490,00	138.000,00
						69.000,00	14.490,00	83.490,00	138.000,00
						Importe Total Valor Estimado 10%			

