

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**Nº EXPEDIENTE: PA 14/2016**

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE HEMODIÁLISIS PARA EL  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA”**



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE “ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE DE HEMODIÁLISIS PARA EL HOSPITAL U. SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 14/2016)**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **12 meses** y el presupuesto de licitación es **480.781,40 €**, siendo la base imponible **397.340,00 €** y el IVA (21%) **83.441,40 €**.

**1.- OBJETO**

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de **MATERIAL FUNGIBLE DE HEMODIÁLISIS con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS**, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

**2.- CANTIDADES, PRECIOS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**LOTE 1 | LÍNEA Y FILTROS P/MONITOR 2008/4008 Y ST-5008**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PREC. UNI T.SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
H04012	SET DE LINEAS ARTERIO- VENOSAS P/ MONITOR 2008/4008	5,08	500,00	2.540,00	21	533,40	3.073,40
H04116	LINEAS ARTERIO-VENOSAS P/EQUIPO ST-5008	9,27	15.000,00	139.050,00	21	29.200,50	168.250,50
H05075	BOLSA BICARBONATO P/ EQUIPO 5008	11,83	17.500,00	207.025,00	21	43.475,25	250.500,00
H05073	FILTRO DE RETENCION DE ENDOTOXINAS	126,50	250,00	31.625,00	21	6.641,25	38.266,25
H05043	DESINFECTANTE PARA MAQUINA DE HEMODIALISIS (ENVASE 5L)	22,00	300,00	6.600,00	21	1.386,00	7.986,00

TOTAL:	386.840,00
IVA:	81.236,40
IMPORTE TOTAL:	468.076,40

**H04012: SET DE LINEAS ARTERIO-VENOSAS P/ MONITOR 2008/4008**

\* Este compuesto por:

**LINEA ARTERIAL:**

Con conexión al paciente Luer-Lock  
Clamp de cierre  
Puerto de infusión con clamp  
Sensor de presión arterial  
Segmento de bomba

**LINEA VENOSA:**

Con conexión al paciente Luer-Lock  
Clamp de cierre  
Infusión con clamp  
Sensor de presión venosa

\* Especificaciones del material: No contenga látex natural, no contenga DEHP

\* Accesorios: Conector de recirculación y bolsa de recogida de suero

**H04116: LINEAS ARTERIO-VENOSAS P/EQUIPO ST-5008**

Set que incluya línea arterial, línea venosa, línea para infusión de líquido de sustitución, conector Luer-Lock y conector para recirculación.

Línea arterial

Con conexión al paciente Luer-Lock, con rosca de seguridad.  
Clamp de cierre de línea  
Puerto de infusión para suero salino  
Septum para inyección o toma de muestras.  
Sensor de presión arterial  
Guía bomba de sangre: Mantenga juntos los dos extremos del segmento de bomba, permitiendo una inserción sencilla.  
Puerto de infusión online  
Conexión al dializador  
Cubeta para medición del volumen sanguíneo  
Todos los componentes de la línea arterial vayan en color rojo

Línea venosa

Con conexión al paciente Luer-Lock, con rosca de seguridad.  
Clamp de cierre de línea en azul  
Cámara venosa con función de atrapa burbujas y filtro para retención de coágulos  
Sensor de presión venosa  
Puerto de infusión con clamp  
Puerto de infusión online post-dilución con válvula antiretorno  
Septum para inyección o/y extracción de muestras  
Conexión al dializador  
Todos los componentes de la línea venosa vayan en color azul

\* Material de las líneas de sangre 5008: Con materiales libres de PVC, DEHP y látex.

**H05075: BOLSA BICARBONATO P/ EQUIPO 5008**

Concentrado de bicarbonato en polvo.(Ph Eu)  
De facil almacenamiento  
Facilidad en la manipulación  
Para dilución 1:45

**H05073: FILTRO DE RETENCION DE ENDOTOXINAS**

Filtros eficientes para la retención de contaminantes de origen bacteriano.  
Área de superficie aumentada, 2,2 m<sup>2</sup>  
Ratio de filtración 5mL/min\*mmHg (3,75 L/min\*bar)  
Presión de filtración máxima: 2bar  
Material de la membrana: Polysulfone  
Superficie: 2,2 m<sup>2</sup>  
Material de la carcasa: polipropileno

**H05043: DESINFECTANTE PARA MAQUINA DE HEMODIALISIS (envase de 5 l.)**

Agente de desinfección sin aldehídos.  
Acción bactericida, sporocida, virucida (incluyendo HBV/HCV/HIV)  
Fungicida.  
Acido peracético < 5%  
Acido acético <10 %  
Peróxido de hidrógeno ~ 30%

**LOTE 2 LINEAS DE SANGRE Y FILTROS PARA MONITOR DIALOG**

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
H04014	SET DE LINEAS A/V P/ MONITOR DIALOG	3,75	1.500,00	5.625,00	21	1.181,25	6.806,25
H04045	LINEAS P/ DIALIZACION ON-LINE MONITOR DIALOG (HF Y HDF)	3,50	500,00	1.750,00	21	367,50	2.117,50
H05076	FILTRO ENDOTOXINAS P/ MONITOR DIALOG	125,00	25,00	3.125,00	21	656,25	3.781,20

TOTAL:	10.500,00
IVA:	2.205,00
IMPORTE TOTAL:	12.705,00

#### **H04014: SET DE LINEAS A/V P/ MONITOR DIALOG**

A/V Set de Líneas de sangre para tratamientos de bipunción y unipunción de emergencia para Dialog+Evo.

Cámara prefiltro arterial.

Puerto PBE

Clamps de colores

Bolsa drenaje de 2 litros

Lado de Inyección arterial asimétrico libre de látex.

Punzón unidireccional.

Post-dilución

Esterilizado radiación Gamma.

#### **H04045: LINEAS P/ DIALIZACION ON-LINE MONITOR DIALOG (HF Y HDF)**

Línea HDF y HF Online para Dialog+Evo

Conector luer-lock giratorio con tapón de polietileno para unión con puerto de líquido de infusión

Válvula antirretorno.

Línea accesorio pre-bomba.

Conexión luer-lock giratoria con tapón de PE para unión con línea hemática

Esteriliz. Gamma.

#### **H05076: FILTRO ENDOTOXINAS P/ MONITOR DIALOG**

Ultra filtro para diálisis.

Antibacteriano y despirogenizante de membrana de polisulfona alta absorción: nivel de retención de bacterias y endotoxinas de  $>10_6$  UI/ml. Vida útil 150 tratamientos aprox.

### **3.- CONDICIONES GENERALES**

- El adjudicatario del lote 1 estará obligado durante la vigencia del contrato (12 meses) a renovar 18 monitores de hemodiálisis y deberá garantizar la integración de la información generada , con el sistema de gestión nefrológica actualmente en funcionamiento en el Servicio de Nefrología del Hospital.

### **4.- FORMACION**

- El adjudicatario del lote 1 deberá proporcionar durante la vigencia del contrato toda la información necesaria, para el personal de Enfermería y Técnico , para la utilización del material y los equipos ,asi como para la optimización de todos los recursos materiales proporcionados. Dadas las características del Hospital Universitario Severo Ochoa, los aspectos de formación e investigación adquieren una importancia estratégica , por lo que es necesaria la inclusión por parte del licitador de un plan de I+D+i definido y con especificación de recursos , que garantice la formación continuada del personal sanitario, en materia de nefrología en general , y en diálisis en particular.



## **5.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO**

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

### **Plazo de Entrega/ reposición**

Plazo de entrega/ reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos calificados como urgentes serán suministrados en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

### **Reposición por anomalías y defectos en el suministro.**

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

SERVICIO DE NEFROLOGIA

Fdo.: Dra. Gallar 

Leganés, a 21 ABR 2016

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: D. DOMINGO DEL CACHO MALO



CONFORME EL ADJUDICATARIO:

ANEXO

**CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS**

**(ATENCIÓN:** *Debe ser incluido en el sobre 1B como primera hoja de la documentación técnica)*

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los articulos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARI- ANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR