

Nº. EXPEDIENTE: GCASU1600011

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESAS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de gasas y compresas, para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

Características técnicas comunes a todos los números de orden:

- Certificación de producto exento de látex.
- Para productos estériles: En todos los productos deberá figurar en el envase la fecha de caducidad, número de lote, tipo de esterilización (deberá ser por vapor), referencia, simbología adecuada, cantidad de producto por envase y código de barras si se dispone del mismo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CADA LOTE

Características técnicas para cada lote:

LOTE 1: COMPRESA DE 45X45

Nº DE ORDEN 1: Compresa de gasa rectilínea, blanca, hidrófila, de algodón 100%, estéril, de 45x45 cm. Plegado final de 11x22, de 17 hilos y 4 telas, con contraste radiológico, bordes ocultos, cosidos y de seguridad. Hilo de contraste entretejido en la compresa (no termosellado ni cosido al borde exterior) que no se desprenda. Con cosido en el centro de la compresa que una las telas. Presentada en sobres de 5 unidades, con correcta colocación que facilite el contaje y fácil apertura del envase que deberá ser de sobre mixto (pelable). El tiempo de inmersión no será superior a 10 segundos.

Nº DE ORDEN 2: Compresa de gasa rectilínea, blanca, hidrófila, de algodón 100%, estéril, de 45x45 cm. Plegado final de 11x22, de 17 hilos y 4 telas, bordes ocultos, cosidos y de seguridad. Con cosido en el centro de la compresa que una las telas. Presentada en sobres de 5 unidades, con correcta colocación que facilite el contaje y fácil apertura del envase que deberá ser de sobre mixto (pelable). El tiempo de inmersión no será superior a 10 segundos.

Nº DE ORDEN 3: Compresa de gasa rectilínea, blanca, hidrófila, de algodón 100%, estéril, de 45x45 cm. Plegado final de 11x22, de 17 hilos y 2 telas, bordes ocultos, cosidos y de seguridad. Con cosido en el centro de la compresa que una las telas. Presentada en sobres de 2 unidades, con correcta colocación que facilite el contaje y fácil apertura del envase que deberá ser de sobre mixto (pelable). El tiempo de inmersión no será superior a 10 segundos.

LOTE	ORDEN	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1			Compresa de 45X45	
	1	105659	Compresa estéril C/C RX 45X45 sobre de 5	17.000
	2	103011	Compresa estéril S/C RX 45X45 sobre de 5	19.500
	3	105658	Compresa estéril S/C RX 45X45 sobre de 2	36.500

LOTE 2: COMPRESA NO ESTÉRIL PLEGADA DE 80x40.

Nº DE ORDEN 4: Compresa no estéril de gasa rectilínea, blanca, 100% algodón, de 80x40 cm en 1 capa, plegada de al menos 11x22. De 17 hilos 16 capas, sin contraste radiológico. Envasada a granel con una barrera entre el producto y la caja y clínicamente limpia. El tiempo de inmersión no será superior a 10 segundos.

LOTE	ORDEN	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
2	4	101660	Compresa no estéril plegada de 80X40	350.000

LOTE 3: GASA ESTÉRIL DE 25X40.

Nº DE ORDEN 5: Gasa blanca rectilínea, hidrófila, estéril, de algodón 100%, de 25x40 cm. Plegada a 10x10 cm., 8 capas, 17 hilos. Con hilo de contraste radiológico entretejido en la gasa (no termosellado), que no se desprenda de la misma. Bordes ocultos al menos en el primer despliegue, plegado de seguridad. Envasada en sobre de 10 uds. Con correcta colocación que facilite el contaje y fácil apertura del sobre mixto (pelable).

Nº DE ORDEN 6: Gasa blanca rectilínea, hidrófila, estéril, de algodón 100%, de 25x40 cm. Plegada a 10x10 cm., 8 capas, 17 hilos. Bordes ocultos al menos en el primer despliegue, plegado de seguridad. Envasada en sobre de 10 uds. Con correcta colocación que facilite el contaje y fácil apertura del sobre mixto (pelable).

LOTE	ORDEN	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
3			Gasa de 25X40	
	5	101663	Gasa estéril 25X40 C/C RX sobre de 10	7.500
	6	105657	Gasa estéril 25X40 S/C RX sobre de 10	30.000

4. MUESTRAS : SI

Será imprescindible la presentación de al menos 10 uds. de muestras para cada número de orden. Cada muestra irá identificada con el nombre de la empresa y código del producto, así como el número de orden y lote al que corresponde. Las muestras estarán perfectamente envasadas y listas para su utilización.

Las muestras serán entregadas en el Registro General del Hospital, dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas, y separadas del resto de la documentación del expediente.

La no presentación de las muestras exigidas será motivo de exclusión.

5. CAMBIOS DE REFERENCIA

Durante la vigencia del contrato, se podrán sustituir las referencias adjudicadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y función del producto y no se modifiquen los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratación.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

San Sebastián de los Reyes 7 de marzo de 2016

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

LA DIRECTORA GERENTE



Hospital Universitario
Infanta Sofía
Dirección Gerencia
Comunidad de Madrid

Fdo.: Rosa BERMEJO PAREJA