

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL  
SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA DISECCIÓN Y  
COAGULACIÓN DE VASOS EN CIRUGÍA ABIERTA Y  
LAPAROSCÓPICA**

**GCASU 2016 -2**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1221179807825624982358**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA  
DISECCIÓN Y COAGULACIÓN DE VASOS EN CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA  
GCASU 2016 -2**

### **1. OBJETO**

El presente expediente de contratación tiene por objeto la adquisición de los productos detallados en el cuadro adjunto con las características técnicas que se describen.

En los productos, al ser estériles, figurara en el etiquetado la leyenda “valido un solo uso” o frase o simbología equivalente según norma UNE-EN 980.

### **2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Las especificaciones técnicas, así como las cantidades estimadas de consumo son las detalladas en el cuadro de descripciones técnicas.

### **3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN**

El presupuesto de licitación es de 399.635,51 euros (Base Imponible: 330.277,28 euros, Cuota de IVA: 69.358,23 euros), para un periodo de ejecución de 24 meses.



## DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº Lote	Denominación Lote	Nº SAP	Denominación	Características Técnicas	UN estimadas 24 meses	Precio Unitario Licitación	Base Imponible	IVA (21%)	Importe Total
1	TIJERA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA POR ULTRASONIDOS	108188	DISECTOR DE 5 MM DE DIÁMETRO Y DE 36 A 39CM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De un solo uso</li> <li>- Para cirugía laparoscópica, eje de 36 A 39 cm aproximadamente y para entrada por trocar de 5 mm</li> <li>- Eje rotatorio al menos de 270º</li> <li>- Palas atraumáticas</li> <li>- Punta que permita buena visibilidad durante la cirugía</li> <li>- Tecnología ultrasónica</li> <li>- Que disponga de mango ergonómico, tipo pistola que facilite su apertura y disminuya la fatiga manual del cirujano</li> <li>- Que disponga de activación manual con máx. y min. para simplificar su uso en quirófano</li> <li>- Que corte y coagule simultáneamente tejidos blandos y vasos de hasta 5 mm. de diámetro.</li> <li>- Que ocasione mínimo daño térmico lateral.</li> <li>- Que consiga una disminución de sangrado al cortar y coagular simultáneamente.</li> </ul>	368	349,87	128.752,16	27.037,95	155.790,11
<b>TOTAL LOTE 1</b>							<b>128.752,16</b>	<b>27.037,95</b>	<b>155.790,11</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221179807825624982358



www.madrid.org/cay

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221179807825624982358

Nº Lote	Denominación Lote	Nº SAP	Denominación	Características Técnicas	UN estimadas 24 meses	Precio Unitario Licitación	Base Imponible	IVA (21%)	Importe Total
2	PINZAS DE DISECCIÓN CON TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA PARA CIRUGÍA ABIERTA	108189	DISECTOR DE 18 A 26 CM, BISTURÍ ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA ABIERTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De un solo uso y tecnología ultrasónica</li> <li>- Que corta y coagule simultáneamente tejidos blandos y vasos de hasta 5 mm. de diámetro.</li> <li>- Que disponga de activación manual con 2 niveles de potencia (máx. y min) para simplificar su uso en quirófano.</li> <li>- Eje rotatorio de 360º.</li> <li>- Que ocasione mínimo daño térmico lateral.</li> <li>- Que consiga una disminución de sangrado al cortar y coagular simultáneamente.</li> <li>- Que disminuya el tiempo quirúrgico al actuar de tijeras, pinza de agarre, disector y coagulador.</li> <li>- Que disponga de mango ergonómico, tipo pistola que facilite su apertura y disminuya la fatiga manual del cirujano</li> <li>- Para cirugía abierta, eje recto de 18cm a 26 cm. aprox</li> <li>- Palas atraumáticas.</li> </ul>	272	349,87	95.164,64	19.984,57	115.149,21



La autenticidad de este documento se puede comprobar con www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221179807825624982358

Nº Lote	Denominación Lote	Nº SAP	Denominación	Características Técnicas	UN estimadas 24 meses	Precio Unitario Licitación	Base Imponible	IVA (21%)	Importe Total
2	PINZAS DE DISECCIÓN CON TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA PARA CIRUGÍA ABIERTA	104740	DISECTOR EJE DE 9 A 13 CM , BISTURI ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA ABIERTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De un solo uso y tecnología ultrasónica.</li> <li>- Que corte y coagule simultáneamente tejidos blandos y vasos de hasta 5 mm. de diámetro.</li> <li>- Que disponga de activación manual con 2 niveles de potencia (máx. y min) para simplificar su uso en quirófano.</li> <li>- Que ocasione mínimo daño térmico lateral.</li> <li>- Que consiga una disminución de sangrado al cortar y coagular simultáneamente.</li> <li>- Que disminuya el tiempo quirúrgico al actuar de: tijeras, pinza de agarre, disector y coagulador.</li> <li>- Que disponga de mango ergonómico, tipo pistola que facilite su apertura y disminuya la fatiga manual del cirujano</li> <li>- Para cirugía abierta, eje de aluminio de 9cm longitud aprox. para reducir al mínimo el calor y el peso</li> <li>- Longitud de la lamina activa de al menos 14,5 mm</li> <li>- Palas atraumáticas.</li> <li>- Punta que permita buena visibilidad durante la cirugía</li> </ul>	144	349,87	50.381,28	10.580,07	60.961,35
<b>TOTAL LOTE 2</b>							<b>145.545,92</b>	<b>30.564,64</b>	<b>176.110,56</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 201179807825624982358

Nº Lote	Denominación Lote	Nº SAP	Denominación	Características Técnicas	UN estimadas 24 meses	Precio Unitario Licitación	Base Imponible	IVA (21%)	Importe Total	
3	PINZA INALÁMBRICA PARA DISECCIÓN ULTRASÓNICA	119613	DISECTOR ULTRASÓNICO INALÁMBRICO 5 MM Y 39 CM DE LONGITUD, PARA CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinza de un solo uso, con tecnología ultrasónica, para cirugía laparoscópica</li> <li>- Para entrada por trócar de 5mm , longitud 39 cm aproximadamente</li> <li>- Que disponga de mango ergonómico con el transductor y/o generador incorporado, tipo pistola que facilite su apertura y disminuya la fatiga manual del cirujano</li> <li>- Con generador de energía incorporado al mango, inalámbrico</li> </ul>	160	359,87	55.979,20	11.755,63	67.734,83	
<b>TOTAL LOTE 3</b>								<b>55.979,20</b>	<b>11.755,63</b>	<b>67.734,83</b>
<b>TOTAL DEL EXPEDIENTE</b>								<b>330.277,28</b>	<b>69.358,23</b>	<b>399.635,51</b>

EL DIRECTOR GERENTE

## ANEXO I. DECLARACIÓN PRODUCTO SANITARIO SIN LÁTEX

D. /Dña..... , en nombre propio o en representación de la empresa ..... con C.I.F. nº ..... , en calidad de .....

### DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote

Código SAP:

Nombre genérico

Marca comercial

Referencia

¿Esta exento de látex?  SI

NO

Fecha Y Firma

## ANEXO II. DECLARACIÓN PRODUCTO SANITARIO CON MARCADO CE

D./Dña..... , en nombre propio o en representación de la empresa ..... con C.I.F. nº ..... , en calidad de .....

### DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote:

Código SAP:

Nombre genérico:

Marca comercial:

Referencia:

Marcado CE:

Clase del producto con respecto CE:

Fecha Y Firma

Productos clase I, no estériles, ni con función de medición. Cuando proceda se consignara Sí

Productos clase I estériles ó con función de medición, clase IIa, clase IIb, clase III e implantes activos. Cuando proceda se consignara el número del organismo modificador.



**ANEXO III. DECLARACIÓN NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS - 1591/2009 de 16 de octubre**

D. /Dña..... , en nombre propio o en representación de la empresa ..... con C.I.F. nº ..... , en calidad de .....

**DECLARA**

Que los datos de los productos ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote:

Código SAP:

Nombre genérico:

Marca comercial:

Referencia:

Cumple 1591/2009 de 16 de octubre:  SI  NO

Fecha Y Firma



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221179807825624982358

ANEXO IV.- CARATULA DE SOBRES	
<b>EXPEDIENTE Nº :</b>	<b>SOBRE Nº :</b> <input type="checkbox"/>
Título:	Documentación .....
LICITADOR	DESTINATARIO
Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F: Tel. /..... Fax/..... <b>Correo electrónico:</b>	<b>HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA</b>  <b>REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL</b>  C/ Joaquín Rodrigo, 2, (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 91 191 6837, Fax: 91 316 28 48, 28222 Majadahonda / Madrid
Relación de lotes a los que licita: ..... ..... ..... ..... ..... <b>DOCUMENTACION CONFIDENCIAL PARA USO DE LA MESA DE CONTRATACION: SI / NO</b> (nombre y firma del apoderado firmante)	Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....