

**EXPEDIENTE N° 2016-0-44**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN PARA LAPAROSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN PARA LAPAROSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO
1	012617	<p><b>CANULA DESECHABLE DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA UROLOGICA</b></p> <p>Dispositivo con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración.</li> <li>• Una cánula de irrigación/aspiración.</li> <li>• Tubo de aspiración de diámetro interno superior a 6 mm e inferior a 7 mm</li> <li>• Envase individual estéril de un solo uso.</li> <li>• Exento de látex</li> </ul>
2	012664	<p><b>CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA</b></p> <p>Dispositivo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración.</li> <li>• Con doble tubuladura de irrigación.</li> <li>• Tubo de aspiración intercambiable de 3 y 5 mm.</li> <li>• Envase individual estéril de un solo uso.</li> <li>• Exento de látex.</li> </ul>
3	013209	<p><b>CANULA DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA</b></p> <p>Dispositivo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuñadura con dos botones, uno para la irrigación y otro para la aspiración.</li> <li>• Cánula de irrigación/aspiración.</li> <li>• Tubo de aspiración de 5 mm.</li> <li>• Envase individual estéril de un solo uso.</li> <li>• Exento de látex</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)  
2 UNIDADES POR CADA LOTE.**


No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 22 de Febrero de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



Hospital Universitario  
12 de Octubre

SaludMadrid



EXPEDIENTE 2016-0-44  
OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA

PRESUPUESTO										
LOTE	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	012617	CANULA ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA UROLOGICA	310	310	46,00	14.260,0000	2.994,6000	17.254,6000	28.520,0000	
2	012664	CANULA ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA CON DOBLE TUBULADURA	340	340	39,00	13.260,0000	2.784,6000	16.044,6000	26.520,0000	
3	013209	CANULA ASPIRACION-IRRIGACION PARA LAPAROSCOPIA	2.040	2.040	20,00	40.800,0000	8.568,0000	49.368,0000	81.600,0000	
						68.320,0000	14.347,2000	82.667,2000	136.640,0000	
						MODIFICACION VALOR ESTIMADO 10 %				
									150.304,00	