

EXPEDIENTE N° 2016-0-63

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO CIRCUITOS RESPIRATORIOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	018657	CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIÁTRICO DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4 L/MINUTO <ul style="list-style-type: none"> • Circuito respiratorio doble calentamiento. • Mínima longitud entre cable térmico y conexión al tubo endotraqueal. • Válvula de aspiración integrada. • Cámara de humidificación de 0,8 ml autorrellenable. • Longitud aproximada de 1,60 metros. • Libre DEHP (dietilftalatos). • Libre de látex, reflejado en el etiquetado • Mínima condensación del circuito. • Compatible para uso con Respirador “Servo “I” y “Servo 900” .. • Un solo uso. • Conexión para línea de muestra para óxido nítrico
	2		Cámara de humidificación de 0,8 ml autorrellenable compatible con circuito
2	3	014917	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4 L/MINUTO <ul style="list-style-type: none"> • Circuito respiratorio doble calentamiento. • Con ramal 0,8 m • Válvula de aspiración integrada. • Cámara de humidificación de 0,8 ml autorrellenable. • Longitud aproximada de 1,60 metros. • Libre DEHP (dietilftalatos). • Libre de látex, reflejado en el etiquetado • Mínima condensación del circuito. • Compatible para uso con Respirador “Babylog 8000” .. • Un solo uso.
	4	016275	Cámara de humidificación de 0,8 ml autorrellenable compatible con circuito

Todos los dispositivos deberán cumplir la Normativa ISO 13485-1:2012 sobre equipamientos respiratorios y de anestesia.

Todas las conexiones de los artículos que licitan deben ser compatibles con los dispositivos que utiliza el Hospital, para la función a la que se destina.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
2 UNIDADES POR LOTE Y Nº ORDEN.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregarán en el Almacén General separadas del resto de documentación del expediente.

Madrid, a 30 de Marzo de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Hospital Universitario
12 de Octubre
Comunidad de Madrid

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.
UNIDAD DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE: 2016-0-63

OBJETO: SUMINISTRO DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS PEDIATRICOS Y NEONATALES

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO
							BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL		
1	1	018657	CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4L/MINUTO	400	400	30,8000	12.320,00	2.587,20000	14.907,200	24.640,00	
	2		CAMARA HUMIDIFICADOR AUTORRELENABLE P/RESPIRADOR "SERVO I" y "SERVO 900"	700	700	13,0900	9.163,00	1.924,23000	11.087,2300	18.326,00	
2	3	014917	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL DOBLE CALENTAMIENTO PARA FLUJOS SUPERIORES A 4 L/MINUTO	700	700	30,8000	21.560,00	4.527,60000	26.087,600	43.120,00	
	4	016275	CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN	1.000	1.000	13,0900	13.090,00	2.748,90000	15.838,900	26.180,00	
							56.133,0000	11.787,93000	67.920,9300	112.266,000	
							IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 10%				123.492,60