

**EXPEDIENTE N° 2016-0-41**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CAMPOS DE INCISIÓN QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE CAMPOS DE INCISIÓN QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	COD. ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	015432	<p><b>CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO QUIRÚRGICO de 60X35 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina de polietileno transparente, elástico, resistente a la tracción e impermeable a líquidos.</li> <li>- Antirreflectante, adaptable anatómicamente, y baja permeabilidad al vapor de agua.</li> <li>- Óptima adhesión que impida la migración microbiana.</li> <li>- Reposicionable (un vez despegado, que pueda colocarse de nuevo sin deteriorar sus propiedades originales con guantes)</li> <li>- Con adhesivo hipoalérgico permitiendo una adherencia prolongada hasta la finalización de la intervención, exento de látex.</li> <li>- Método de esterilización por rayos gamma.</li> <li>- Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo.</li> <li>- Zona de incisión 30 x 40 cm. (± 5 cm)</li> <li>- Exención de látex reflejado en el etiquetado</li> <li>- Presentación en envase individual estéril.</li> <li>- Caducidad mínima 3 años.</li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Campo de incisión para uso quirúrgico.</p>

2	015433	<p><b>CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO QUIRÚRGICO de 90X45 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina de polietileno transparente, elástico, resistente a la tracción e impermeable a líquidos.</li> <li>- Antirreflectante, adaptable anatómicamente, y baja permeabilidad al vapor de agua.</li> <li>- Optima adhesión que impida la migración microbiana.</li> <li>- Reposicionable (un vez despegado, que pueda colocarse de nuevo sin deteriorar sus propiedades originales con guantes.</li> <li>- Con adhesivo hipoalérgico permitiendo una adherencia prolongada hasta la finalización de la intervención, exento de látex.</li> <li>- Método de esterilización por rayos gamma.</li> <li>- Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo.</li> <li>- Zona de incisión 60 x 60 cm (<math>\pm</math> 5 cm).</li> <li>- Exención de látex reflejado en el etiquetado</li> <li>- Presentación en envase individual estéril.</li> <li>- Caducidad mínima 3 años.</li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Campo de incisión para uso quirúrgico.</p>
3	015434	<p><b>CAMPO UROLOGICO PLASTICO C/APERTURA QUIRÚRGICO de 60X90 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campo urológico de plástico con apertura quirúrgica de 60 x 90 cm aprox.</li> <li>- Con apertura de 5 cm. y dedil de neopreno con adhesivo y tira adhesiva.</li> <li>- Bolsa de polietileno con drenaje.</li> <li>- Campo urológico formado por polietileno de una sola pieza, transparente, elástica, resistente a la tracción e impermeable a líquidos.</li> <li>- Antirreflectante, adaptable anatómicamente, y baja permeabilidad al vapor de agua.</li> <li>- Optima adhesión que impida la migración microbiana</li> <li>- Reposicionable (un vez despegado, que pueda colocarse de nuevo sin deteriorar sus propiedades originales con guantes.</li> <li>- Con adhesivo hipoalérgico permitiendo una adherencia prolongada hasta la finalización de la intervención, exento de látex.</li> <li>- Método de esterilización por rayos gamma.</li> <li>- Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo</li> <li>- Presentación en envase individual estéril.</li> <li>- Exención de látex reflejado en el etiquetado</li> <li>- Caducidad mínima 3 años.</li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Campo de incisión de intervenciones urológicas.</p>

4	015429	<p><b>BOLSA AISLAMIENTO 50X50 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bolsa formada por polietileno de 50 x 50 cm. (<math>\pm 3</math> cm) con tira de cierre con cinta.</li> <li>- Anchura de boca mínimo de 34 cm.</li> <li>- Cierre hermético.</li> <li>- Impermeable a líquidos.</li> <li>- Resistente al peso que transporta.</li> <li>- Exención de látex reflejado en el etiquetado.</li> <li>- Presentación en envase individual estéril.</li> </ul> <p><b>Indicación principal:</b> Mantenimiento y transporte de órganos para trasplantes.</p>
5	015467	<p><b>CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO 90X85 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina de poliuretano transparente adhesivo de 90 x 85 cm. (<math>\pm 5</math> cm) adaptable, elástico, resistente a roturas, impermeable a líquidos y permeable al vapor de agua.</li> <li>- Optima adhesión que impida la migración microbiana.</li> <li>- Reposicionable (un vez despegado, que pueda colocarse de nuevo sin deteriorar sus propiedades originales con guantes).</li> <li>- Con adhesivo hipoalérgico permitiendo una adherencia prolongada hasta la finalización de la intervención, exento de látex.</li> <li>- Método de esterilización por rayos gamma..</li> <li>- Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo.</li> <li>- Zona adhesiva de 60 x 85 cm (<math>\pm 3</math> cm)</li> <li>- Soporte de papel satinado cubriendo el adhesivo.</li> <li>- Exención de látex reflejado en el etiquetado.</li> <li>- Presentación en envase individual estéril.</li> </ul> <p><b>Indicación:</b> Campo de incisión de intervenciones quirúrgicas.</p>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)  
10 UNIDADES POR CADA LOTE.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.


*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 22 de Febrero de 2016.



LA DIRECTORA GERENTE,  
SaludMadrid  
UNIDAD DE CONTRA ACCIÓN

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.



Hospital Universitario  
12 de Octubre

SaludMadrid

EXPEDIENTE 2016-0-41

OBJETO: SUMINISTRO DE CAMPOS DE INCISIÓN QUIRÚRGICOS

Comunidad de Madrid

PRESUPUESTO											
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	015432	CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO QUIRÚRGICO 60X35 CM	4.400	4.400	1,700	7.480,000	748,000		8.228,000	14.960,000	
2	015433	CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO QUIRÚRGICO 90X45 CM	1.000	1.000	2,400	2.400,000	240,000		2.640,000	4.800,000	
3	015434	CAMPO UROLOGICO PLASTICO C/APERTURA QUIRÚRGICO 60X90 CM	160	160	8,100	1.296,000	129,600		1.425,600	2.592,000	
4	015429	BOLSA AISLAMIENTO 50X50 CM	1.640	1.640	8,800	14.432,000		3.030,720	17.462,720	28.864,000	
5	015467	CAMPO INCISION PLASTICO ADHESIVO 90X85 CM	1.800	1.800	5,600	10.080,000	1.008,000		11.088,000	20.160,000	
						35.688,000	2.125,600	3.030,720	40.844,320	71.376,000	
						Importe total valor estimado 10 %					78.513,60

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS P.A. 2016-0-44

FIJUCON-019

