

EXPEDIENTE N° 2016-0-62

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPARADRAPO DE SEDA, DE TEJIDO POROSO Y DIVERSO MATERIAL DE CURAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE ESPARADRAPO DE SEDA, DE TEJIDO POROSO Y DIVERSO MATERIAL DE CURAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

LOTE	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	013931	<p>ESPARADRAPO DE SEDA DE: 5 CM X 9-10 M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cinta de seda microporosa, con buena adhesividad (incluso en venda) con soporte. • Adhesivo por una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie. • Exento de látex. • Exento de látex reflejado en el etiquetado. • Resistente al agua. • Transpirable y resistente a la humedad. • De fácil rasgado en sentido transversal y longitudinal. <p>Indicación: Sujeción de tubuladuras de alto riesgo como tubos endotraqueales, tubos de tórax y otras (sondas vesicales y SNG).</p>
2	014178	<p>ESPARADRAPO DE TEJIDO POROSO COLOR CARNE 5 CM X 5 M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo microporoso que permita la permeabilidad al aire y al vapor de agua y evite la maceración de la piel del neonato. • Que no deje residuos en su retirada. • Reposicionable en su colocación (se pueda volver a colocar sin alterar sus propiedades originales) • Elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión. • Repelente al agua y a la suciedad. • Adaptabilidad a cualquier parte del cuerpo. • De fácil rasgado en sentido transversal y longitudinal. • Especificar la presencia o no de látex en el envase unitario. <p>Indicación: Sujeción de tubos endotraqueales en Neonatos y Pediatría.</p>

LOTE	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
3	010423	SET QUITAPUNTOS Contenido Mínimo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 pinza de sujeción con dientes que sujete seda de 0 hilos hasta la talla 1. ➤ 1 hoja de bisturí larga quitapuntos, en envase individual estéril ➤ 4 apósitos de gasa 13 hilos de aprox. 15x30, plegado en 7,5x7,5- 8 capas • Empaquetado en envase individual estéril y exención de látex en el etiquetado.
4	013992	TIRA DE GASA C/ BORDE 5X1 <ul style="list-style-type: none"> • Tira de taponamiento de gasa hidrófila de algodón 100% • Medidas 5 metros x 1 cm. • Presentación en envase individual estéril y exento de látex.
5	013993	TIRA DE GASA C/ BORDE 5X2 <ul style="list-style-type: none"> • Tira de taponamiento de gasa hidrófila de algodón 100% • Medidas 5 metros x 2 cm. • Presentación en envase individual estéril y exento de látex.
6	014132	APOSITO TRAQUEAL PARA LARINGUECTOMIAS <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido no tejido para laringectomías de 20 x 12 cm. Formado por 3 capas: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Una capa que está en contacto con el paciente hipoalergénica. ➤ Una capa media absorbente de secreciones. ➤ Una capa impermeable que no permite la salida de secreciones. • Producto exento de látex, reflejado en el etiquetado. • Cajas de 400 apósitos máximo. Indicación: Apósito que se utiliza para la recogida de secreciones en traqueostomía.
7	013952	VENDA DE GOMA SMARCH <ul style="list-style-type: none"> • Venda fabricada con productos sintéticos de 10 m x 10 cm. • Buena flexibilidad y elasticidad. • Presentación en envase individual. • Exento de látex. Indicación: Torniquete (Cirugía de manos principalmente, inhibiendo el riego circulatorio).

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)


Lotes 1 y 2 (esparadrapos) 10 unidades; lotes 3 a 6 (set quitapuntos, tiras de gasa y apósito traqueal) 5 unidades; lote 7 (goma compresora tipo smarch) 2 unidades.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 23 de Marzo de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,



Stamp: Hospital Universitario 12 de Octubre, Comunidad de Madrid, and a blue stamp that reads "DE CONTRATACIÓN".

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE 2016-0-62

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ESPARADRAPO DE SEDA, DE TEJIDO POROSO Y DIVERSO MATERIAL DE CURAS

PRESUPUESTO									
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROG A 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	013931	ESPARADRAPO SEDA DE 5 CM X 9-10M	34.500	34.500	0,879000	30.325,5000	3.032,5500	33.358,0500	60.651,0000
2	014178	ESPARADRAPO DE TEJIDO POROSO COLOR CARNE 5 CM X 5M	820	820	1,500000	1.230,0000	123,0000	1.353,0000	2.460,0000
3	010423	SET QUITAPUNTOS	33.000	33.000	0,419500	13.843,5000	2.907,1350	16.750,6350	27.687,0000
4	013992	TIRA GASA C/BORDE 5 X 1	2.500	2.500	0,227300	568,2500	56,8250	625,0750	1.136,5000
5	013993	TIRA GASA C/BORDE 5 X 2	740	740	0,244600	181,0040	18,1004	199,1044	362,0080
6	014132	APOSITO TRAQUEAL PARA LARINGUECTOMIAS	11.400	11.400	0,258000	2.941,2000	294,1200	3.235,3200	5.882,4000
7	013952	VENDA DE GOMA SMARCH	200	200	18,062500	3.612,5000	758,6250	4.371,1250	7.225,0000
						52.701,9540	7.190,35540	59.892,3094	105.403,9080
						IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 10%			115.944,2988