



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	970090	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 16G (1,8 mm x 31mm)	<p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aguja guía interior (fiador), de acero inoxidable, y con punta de triple bisel. Atraumática.- Cámara de visualización transparente, para confirmar el reflujo de sangre, y tapón con filtro hidrófilo incorporado.- Cánula exterior de material histocompatible, radiopaca con conexión Luer-Lock.- Dispositivo de seguridad integrado que protege el fiador de manera voluntaria e irreversible. Este dispositivo deberá poder activarse con una sola mano, pero no antes de la canalización vascular. La activación no debe dañar la pared vascular.- Exento de látex y DHEP (ftalatos).- Margen tolerancia en longitud indicada de +/- 5%.- En envase individual estéril de fácil apertura.- Código de color, en el pabellón del catéter.- Deberá cumplir con los requerimientos de la orden 827/2005 emitida por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid (Ver punto 2 de Anexo). <p>Aplicaciones: Para cateterización periférica de corta duración, en venas superficiales.</p>	<p>Nº muestras: <input checked="" type="checkbox"/> SI (6 udes) <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
		970091	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 18G (1,3 mm x 31mm)		
		970092	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 20G (1,1 mm x 31mm)		
		970093	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 22G (1 mm x 25 mm)		
		970094	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 24G (0,70 mm x 19 mm)		

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
 - ☒ Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
 - ☒ ORDEN 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid
 - ☒ Certificado de Exención de látex.

CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN REUNIR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

 - La estructura de los dispositivos de seguridad tendrá siempre como fin primordial la eliminación de objetos punzocortantes.
 - El dispositivo de seguridad no debe comprometer en ningún caso la salud del paciente.
 - En todo caso, el mecanismo de seguridad debe estar integrado en el dispositivo.
 - La activación del mecanismo de seguridad habrá de manifestarse al usuario mediante una señal auditiva, táctil o visual.
 - El mecanismo de seguridad no podrá ser desactivado y mantendrá su actividad protectora hasta que el dispositivo esté depositado en un contenedor de objetos punzocortantes.
 - Siempre que sea posible, la activación se realizará por el profesional sanitario utilizando solo una mano.
 - El dispositivo de seguridad debe ser compatible con otros accesorios que puedan utilizarse.
 - El dispositivo de seguridad habrá de ser fácil de utilizar, práctico, fiable y eficaz para alcanzar su finalidad.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
 - Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrán ser solicitadas con anterioridad.

P.A. 2016000009

Catéteres Intravenosos cortos



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SaludMadrid

Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
- Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote -- Orden.
 - Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

4. Etiquetado en el que figure:

- a. La denominación del artículo.
- b. El método de esterilización utilizado.
- c. Las fechas de caducidad del producto.
- d. El número de lote.
- e. La referencia comercial.
- f. Marcado CE.
- g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

P.A. 2016000009

Catéteres Intravenosos cortos

Vdo R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA

Página 2 de 2

Fdo. Dr. D. Pestaña Lágunas
Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD

ANEXO 26


LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CRITERIOS DE CALIDAD - PUNTOS
1	1	970090	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 16G (1,8 mm x 31mm)	1) Activación del mecanismo de seguridad. Consistencia del catéter. Fácil manejo <ul style="list-style-type: none">▪ Supera calidad media: 30 pts▪ Calidad dentro de la media: 15 pts▪ Calidad por debajo de la media: 0 pts
		970091	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 18G (1,3 mm x 31mm)	
		970092	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 20G (1,1 mm x 31mm)	
		970093	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 22G (1 mm x 25 mm)	
		970094	CATÉTER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 24G (0,70 mm x 19 mm)	

P.A. 2016000009

VºBº R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA

Página 1 de 1

Fdo. Dr. D. Pestaña Lagunas
Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación

 SaludMadrid SERVICIO DE SUMINISTROS	Hospital Universitario Ramón y Cajal Comunidad de Madrid SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	--	----------

LOTE	N.º	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (18 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21%)
1	1	970090	CATETER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 16G	UNIDAD	8.500	0,5717	4.859,45	4.016,07	843,38
1	2	970091	CATETER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 18G	UNIDAD	27.600	0,5717	15.778,92	13.040,43	2.738,49
1	3	970092	CATETER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 20G	UNIDAD	186.000	0,5717	106.336,20	87.881,16	18.455,04
1	4	970093	CATETER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 22G	UNIDAD	82.100	0,5717	46.936,57	38.790,55	8.146,02
1	5	970094	CATETER INTRAVENOSO CORTO SEG. Nº 24G	UNIDAD	12.300	0,5717	7.031,91	5.811,50	1.220,41
TOTAL LOTE 1:							180.943,05	149.539,71	31.403,34

IMPORTE TOTAL:	180.943,05	149.539,71	31.403,34
----------------	------------	------------	-----------