

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 28/2016

**“ ADQUISICIÓN DE GASAS Y COMPRESAS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”**



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE GASAS Y COMPRESAS EN EL H.U. SEVERO OCHOA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 28/2016)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de 12 meses y el presupuesto de licitación es 97.848,47 €, siendo la base imponible 88.953,15 € y el I.V.A (10%) 8.895,32 €.

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de Gasas y Compresas con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2.- CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE	CÓDIG.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT. SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORT IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
1	F22205	SOBRE DE 6 COMPRESAS DE VIENTRE 45 X 45 C/CONTROL RADIOLOGICO	1,0275	17.500	17.981,25	10	1.798,13	19.779,38
2	F22206	SOBRE DE 6 COMPRESAS DE VIENTRE 45 X 45 S/CONTROL	1,0750	25.000	26.875,00	10	2.687,50	29.562,50
3	F22215	COMPRESA DE VIENTRE 45 X45 S/ CONTROL RADIOLOGICO	0,1843	8.000	1.474,40	10	147,44	1.621,84
4	F22231	SOBRE DE 4 GASAS VERDE 20 X 40 CORTADA Y PLEGADA A 10 X10	0,1400	15.000	2.100,00	10	210,00	2.310,00
5	F22240	GASA DE MALLA (TNT) 20 X 20 CORT.Y PLEG.10 X10	0,0057	3.150.000	17.955,00	10	1.795,50	19.750,50
6	F22245	SOBRE DE 12 GASAS 20 X 40 CORT. Y PLEGADA 10 X 10 SIN CONTROL RADIOLOGICO	0,1830	20.000	3.660,00	10	366,00	4.026,00
7	F22246	SOBRE DE 12 GASAS 20 X 40 CORT. PLEGADA A 10 X10 CON CONTROL RADIOLOGICO	0,2130	7.500	1.597,50	10	159,75	1.757,25
8	F22261	SOBRE DE DOS COMPRESAS DE 60 X 40 (ENVASE ESTERIL)	0,1080	32.500	3.510,00	10	351,00	3.861,00
9	F22268	SOBRE DE 5 GASAS DE TEJIDO NO TEJIDO 20 X 20 DOBLADAS A 10 X10 CM. (ESTERIL)	0,0460	300.000	13.800,00	10	1.380,00	15.180,00
					TOTAL:		88.953,15	
					IVA:		8.895,32	
					IMPORTE TOTAL:		97.848,47	

PPT PA 28-2016, "ADQUISICIÓN DE GASAS Y COMPRESAS EN EL H.U. SEVERO OCHOA"



3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

LOTE -1.- SOBRE DE 6 COMPRESAS DE VIENTRE 45 x 45 CM CON CONTROL RADIOLÓGICO

- Color blanco
- Cortada y rematada en los bordes de 4 capas
- Medida abierta de 45 x 45 cm.
- Con hilo de contraste radiológico
- Algodón 100%
- 17 hilos
- Dobladadas y plegadas a 12,5 x 25 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 6 compresas.
-
-

LOTE-2.- SOBRE DE 6 COMPRESAS DE VIENTRE 45 x 45 CM SIN CONTROL RADIOLÓGICO

- Color blanco
- Cortada y rematada en los bordes de 4 capas.
- Medida abierta de 45 x 45 cm.
- Sin control radiológico
- Algodón 100%
- 17 hilos
- Dobladadas y plegadas a 12,5 x 25 cm. Apróx.
- Presentación en sobres estériles de 6 compresas.

LOTE 3.- COMPRESA DE VIENTRE 45x 45 CM SIN CONTROL RADIOLÓGICO

- Color blanco
- Cortada y rematada en los bordes de 4 capas
- Medida abierta de 45 x 45 cm.
- Sin control radiológico
- Algodón 100%
- 16 hilos
- Dobladadas y plegadas a 12,5 x 25 cm. aprox.
- No estériles, envasadas a granel

LOTE 4.- SOBRE DE 4 GASAS VERDES DE 20 X 40 CM CORTADAS Y PLEGADAS A 10 X 10 CM

- Color verde
- 8 capas
- Medida abierta de 20 x 40 cm. Aprox.
- Sin control radiológico
- Algodón 100%
- 15 hilos
- Dobladadas y plegadas a 10 x 10 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 4 gasas.



LOTE 5.- GASA DE MALLA (TNT) DE 20 X 20 CM CORTADAS Y PLEGADAS A 10 X 10 CM

- Color blanco
- Tejido no tejido
- Medida abierta 20 x 20 cm.aprox.
- Dobladas y plegadas a 10 x 10 cm. aprox.
- No estéril, envasadas a granel.
- Gramaje: 30 gr
- Norma europea EN 1644

LOTE 6.- SOBRE DE 12 GASAS HIDRÓFILAS 20 X 40 CM CORTADAS Y PLEGADAS A 10 X 10 CM SIN CONTROL RADIOLÓGICO

- Color blanco
- 4 capas
- Medida abierta de 20 x 40 cm. Aprox.
- Sin control radiológico
- Algodón 100%
- 17 hilos
- Dobladas y plegadas a 10 x 10 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 12 gasas.

LOTE 7.- SOBRE DE 12 GASAS HIDRÓFILAS 20 X 40 CM CORTADAS Y PLEGADAS A 10 X 10 CM CON CONTROL RADIOLÓGICO

- Color blanco
- 4 capas
- Medida abierta de 20 x 40 cm. aprox.
- Hilo de contraste radiopaco entretejido
- Algodón 100%
- 17 hilos
- Dobladas y plegadas a 10 x 10 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 12 gasas

LOTE 8.- SOBRE DE DOS COMPRESAS DE 60 X 40 CM (ENVASE ESTÉRIL)

- Color blanco
- 4 capas
- Medida abierta de 60 x 40 cm. aprox.
- Con plegado de seguridad
- Sin control radiológico
- Algodón 100% o tejido no tejido
- 15 hilos
- Dobladas y plegadas a 12,5 x 25 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 2 compresas.





LOTE 9.- SOBRE DE 5 GASAS DE TEJIDO NO TEJIDO DE 20 X 20 CM DOBLADAS A 10X10 CM (ESTÉRIL)

- Color blanco
- Tejido no tejido
- Medida abierta 20 x 20 cm. aprox.
- Gramaje : 30gr.
- Norma europea EN1644
- Dobladadas y plegadas a 10 x 10 cm. aprox.
- Presentación en sobres estériles de 5 gasas.

4.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Las compresas se presentarán dobladas y plegadas con los picos hacia fuera, cosidas en los bordes.

Las gasas se presentarán dobladas y plegadas con los bordes hacia dentro, y en el caso de que llevaran control radiológico este irá en el centro de la gasa de un extremo a otro.

Las gasas y compresas serán INDESHILACHABLES E INDESMALLABLES, según su caso.

Los sobres tendrán sistema de apertura con solapa.

El envase exterior deberá indicar, de forma visible, el nombre del producto y las medidas del mismo, cantidad, fecha y método de esterilización en su caso, fecha de envasado, número de lote y registro de envasado.

Las unidades de dispensación (sobres) deberán tener impreso el tamaño de la gasa o compresa, nº de gasas y compresa que contiene y el número de lote, fecha de esterilidad y método de esterilización en su caso. Además deberán llevar impresa certificación CE.

Las medidas aparecidas en las descripciones son aproximadas, no admitiéndose las ofertas que difieran en un +/- 2% de la longitud indicada en la descripción de los artículos.

Deberán remitir ficha técnica de los productos ofertados indicando sus características (urdimbre, peso, densidad, etc.).

Las ofertas con menos hilos de los solicitados serán rechazadas, pudiendo ofertar mayor número de hilos de los solicitados, circunstancia que se valorará positivamente según se hace constar en los criterios de valoración relacionados con el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Todo el material ofertado debe estar exento de látex. Deberá adjuntarse información si el hilo de contraste radiopaco contiene o no látex.

Para todos los lotes será motivo de exclusión el que los sobres no vengan con el número exacto de unidades que especifica.



5.- CONDICIONES GENERALES

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.


Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega/ reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

CONFORME:
SUPERVISORA DE QUIRÓFANO



Fdo.: Dña. TATIANA NEILA GONZÁLEZ

Leganés, a

21 ABR 2016

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: D. DOMINGO DEL CACHO MALO

ANEXO

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARI ANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)	REFERENCIA DEL LICITADOR

