

EXPEDIENTE: 2016-3-5

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA INYECTOR DE CONTRASTE ACIST CVI SERVICIO HEMODINÁMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA INYECTOR DE CONTRASTE ACIST CVI SERVICIO HEMODINÁMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	010794	CONTROLADOR MANUAL de PVC de 175 cm de longitud, con doble lumen y diámetro de 3 mm, con conectores Luer hembra y macho a pantalla , CON LÍNEA DE ALTA PRESIÓN para inyección de contraste, de PVC, de 140 cm de longitud y 5 mm de diámetro, con conector Luer hembra a manifold y llave de 3 pasos con Luer hembra a catéter.
2	010795	KIT JERINGA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN , de policarbonato, de al menos 16,67 cm de longitud y 3,7 mm de diámetro, con capacidad de 100 ml, unido a la línea de alta presión por Luer macho rotatorio y al envase de contraste por espita con dispositivo de cierre. Debe venir en Kit premontado, en embalaje estéril en cajas de al menos 10 unidades.
3	010799	LÍNEA DE BAJA PRESIÓN con TRANSDUCTOR FISIOLÓGICO desechable, de PVC compuesto de dos tramos unidos por el transductor: El tramo 1, de 80 cm de longitud y 7mm de diámetro, con conector tipo espita y el tramo 2, de 30 cm de longitud y 3 mm de diámetro, con conector Luer macho . LLAVE MANIFOLD con válvula antiretorno de policarbonato, con conectores Luer hembra a jeringa y a línea de salino y macho a línea de alta presión JERINGA MANUAL: De policarbonato, de 12 cc de capacidad con conector Luer macho

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (NO)

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto. Asimismo se podrá solicitar la entrega de un inyector para su valoración.

Madrid, a 11 de Enero de 2015.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo. Carmen Martínez de Pancorbo González.



EXPEDIENTE 2016-3-05

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA INYECTOR DE CONTRASTE ACIST Cvi SERVICIO HEMODINAMICA

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRESUPUESTO				
					PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	010794	CONTROLADOR MANUAL DE PVC CON LÍNEA DE ALTA PRESION	5.200	5.200	36,45	189.540,00	39.803,400	229.343,400	379.080,00
2	010795	KIT DE JERINGA DE INYECCION DE ALTA PRESION	240	240	36,45	8.748,00	1.837,080	10.585,080	17.496,00
3	010799	LÍNEA DE BAJA PRESION	280	280	23,33	6.532,40	1.371,8040	7.904,204	13.064,80
						204.820,40	43.012,2840	247.832,6840	409.640,80

