

SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	4188	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL, AGUJA TUOHY 18G, 8-9 CM. LONG. SIN LATEX, USU. COMPUESTO: RESISTENTE A TRACCION Y A TORSION, CON GRADUACION LISA EN CM, PABELLON TRANSPARENTE. CATETER 20G, 914MM LONG C/AL MENOS TRES ORIFICIOS LATERALES, MARCAS PROFUNDAS, FILTRO ANTIB. 02 MICRAS, JERINGA 7 ML. BAJA RESISTENCIA	UNIDAD	7,502	6,2	11.600	87.023,20	71.920,00	21	15.103,20
Total 1								87.023,20	71.920,00		15.103,20
2	2	41790	VALVULA ANTIRREFLUJO 23CM LONG. CON UNA DOBLE VÁLVULA ANTIRETORNO DE SEGURIDAD, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA	UNIDAD	2,662	2,2	29.100	77.464,20	64.020,00	21	13.444,20
Total 2								77.464,20	64.020,00		13.444,20
3	3	45138	EQUIPO ANESTESIA COMBINADA (ESPINAL-EPIDURAL) 18G, AGUJA EPIDURAL TUOHY 8-9CM. ESTERIL, USU. S/LATEX COMPUESTO: AGUJA ESPINAL WHITACRE 27G, 133MM LONG. RESISTENTE A TRACCION Y TORSION, GRADUACION LISA EN CM, PABELLON TRANS. CATETER MULTIPERFORADO 20G, 900MM. LONG. FILTRO ANTIB. 0,2 MICR. JERINGA 7ML, (V. ANEXO)	UNIDAD	37,38658	30,898	3.450	128.983,70	106.598,10	21	22.385,60
Total 3								128.983,70	106.598,10		22.385,60
4	4	59600	EQUIPO ANGIOGRAFICO PARA INYECTOR DE CONTRASTE CMS2000, COMPUESTO POR MANDO CONTROL (DE 175 CM. LONG) 3MM. DIAMETRO DE DOBLE LUMEN Y CONECTOR LUER HEMBRA Y MACHO A PANTALLA, Y LINEA DE ALTA PRESION (140CM DE LONGITUD, 5MM DE DIAMETRO, CONECTOR LUER HEMBRA A MANIFOLD Y LLAVE DE 3 PASOS CON CONECTOR	UNIDAD	44,9515	37,15	3.680	165.421,52	136.712,00	21	28.709,52

SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

4	5	59602	JERINGA P/INYECTOR DE CONTRASTE CMS 2000 DE 16,7CM DE LONG. 3,7MM DE DIAMETRO Y 100ML DE CAPACIDAD. UNIDO A LINEA DE ALTA PRESION POR CONECTOR ROTATORIO LUER MACHO Y UNIDO AL ENVASE DE CONTRASTE CON UNA ESPITA PROVISTA DE UN DISPOSITIVO DE CIERRE.	UNIDAD	44,9515	37,15	400	17.980,60	14.860,00	21	3.120,60
4	6	59603	EQUIPO ANGIOGRAFIA PARA INYECTORA DE CONTRASTE CMS 2000, COMPUESTO POR MANIFOLD, CON VALVULA ANTIRETORNO, JERINGA MANUAL DE 12CC. CON CONECTOR LUER MACHO Y LINEA DE BAJA PRESION PARA SOLUCION SALINA CON TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE, COMPUESTO DE DOS TRAMOS UNIDOS POR EL TRANSDUCTOR.	UNIDAD	28,8222	23,82	400	11.528,88	9.528,00	21	2.000,88
Total 4								194.931,00	161.100,00		33.831,00
5	7	69983	AGUJA DE PUNCION/ASPIRACION TRANSBRONQUIAL, 21G, 40MM. LONG. C/INTENSIFICADOR DE LA SEÑAL ECOGRAFICA EN LA PUNTA, LIBRE DE LATEX, LONG. TOTAL DE TRABAJO 700MM. UN DIAMETRO MAX. 1,9MM, QUE PASEN POR EL CANAL DE 2MM. DEL BRONCOSCOPIO, COMPATIBLE AL ECOBRONCOSCOPIO OLYMPUS BR-TYPE UCI180F. PROPIEDAD DEL HOSPITAL	UNIDAD	226,116	186,8727273	350	79.140,60	65.405,45	21	13.735,15
Total 5								79.140,60	65.405,45		13.735,15
TOTALES								567.542,70	469.043,55		98.499,15

CLAUSULAS:

1.- VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

- El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.
- El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario.
- La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

2.- PLAZO DE ENTREGA

- El plazo de entrega que se señala en cada artículo se computará:
 - a) desde la firma del contrato si la entrega es de una vez.
 - b) desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas.

SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

3.- PRODUCTOS:

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

4.- MUESTRAS

- Las muestras presentadas por los licitadores se etiquetarán con los siguientes datos: nombre de la empresa, número de expediente, código y lote al que presentan la muestra.

5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

- Relación de productos ofertados en el ANEXO A, con descripción técnica de los mismos.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos y ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:

- Toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de características recogidas en el Pliego de Prescripciones técnicas deberá proporcionarse en documento original o fotocopia compulsada y en castellano, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de página o ficheros.

EL DIRECTOR GERENTE;