

EXPEDIENTE: A/SUM-008519-2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE TEST RÁPIDO DETECCIÓN ANTÍGENO ESTREPTOCOCCO GRUPO A EN EXUDADO FARÍNGEO CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de dieciocho meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor deberá tener disponibles los controles de calidad realizados en cada lote, a fin de poder certificar el proceso que se lleve a cabo.
5. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
6. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
7. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono y dirección de e-mail específicos de contacto.
8. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
9. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
10. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
11. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados tanto en el envase general como individual del producto.

Madrid, 5 de octubre de 2016

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:
El Viceconsejero de Sanidad



Manuel Molina Muñoz

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid

RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
Único	200382	TEST RÁPIDO DETECCIÓN ANTÍGENO ESTREPTOCOCO GRUPO A EN EXUDADO FARÍNGEO	Unidad	2,00	150.000	300.000,00	21	363.000,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
Único	200382	TEST RÁPIDO DETECCIÓN ANTÍGENO ESTREPTOCOCO GRUPO A EN EXUDADO FARÍNGEO	<ul style="list-style-type: none"> - Test individual para la detección precoz del estreptococo A, que incluya en el envase todos los elementos precisos para su realización. Con excepción de los depresores linguales y el material de protección sanitario. - Alta sensibilidad y especificidad. No inferior al 95% validada por estudio comparativo de al menos 300 casos. - Estable a temperatura ambiente (considerada ésta no superior a 30° C.) - Los reactivos virarán color cuando se pongan en contacto, para validar proceso. - Tiempo de lectura no superior a 10 minutos. - Lectura de resultados: positivo y negativo. - Control interno del proceso en cada reactivo que se mostrará como proceso no válido. - Reactivos para control externo para positivos y para negativos - No reacciones cruzadas ante estreptococos de los grupos B/C/D/F/G y otros patógenos comunes en orofaringe. - Pictograma del proceso. - Manual de instrucciones en castellano con alerta sobre eliminación de residuos. - Fecha de caducidad y número de lote en envase general e individual. - Vida útil del producto de al menos 18 meses desde su entrega en almacenes.

