

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 15-026

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el "SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA", conforme se detalla a continuación:

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
1	1	1228	AGUJA INYECTORA PARA COLONOSCOPIO La aguja seleccionada debe presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Aguja para inyección de sustancias de colonoscopia. • Una vaina que minimice el roce y permita que pase fácilmente por el canal del endoscopio incluso cuando éste esté angulado. • Un mango con un sistema de apertura anatómico. Fácil de manejar con una sola mano • Sistema de seguridad que evite que la aguja salga accidentalmente dentro del canal del endoscopio (causa de avería grave por pérdida de estanqueidad del endoscopio). 	650	12,88 €	8.372,00 €	8.372,00 €
2	2	1227	AGUJA INYECTORA PARA VIDEOGASTROSCOPIO La aguja seleccionada debe presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Aguja para inyección de sustancias de video gastroscopia. • Una vaina que minimice el roce y permita que pase fácilmente por el canal del endoscopio incluso cuando éste esté angulado. • Un mango con un sistema de apertura anatómico. • Sistema de seguridad que evite que la aguja salga accidentalmente dentro del canal del endoscopio (causa de avería grave por pérdida de estanqueidad del endoscopio). 	180	18,22 €	3.279,60 €	3.279,60 €
3	3	7828 (7827-7830)	GUÍAS BILIARES DE UN SOLO USO <ul style="list-style-type: none"> • Guía de utilización biliar hidrofílica para que deslicen fácilmente a través de catéter. • Aislada eléctricamente para que se pueda realizar la esfinterotomía con la guía colocada. • La punta debe ser flexible para facilitar la canulación sin requerir el uso de contraste (se favorecería la inyecciones dentro de la pared del intestino) y minimizar el riesgo de perforación en la papila y dentro de la vía biliopancreática. • La longitud de la guías debe ser de al menos 450 mms. para posibilitar el recambio de los siguientes accesorios. • Las guías deben presentar diámetros y forma del extremo distal flexibles variables, siendo imprescindible la disponibilidad de los siguientes tres modelos para facilitar las cateterizaciones: guías de 0,035" con punta distal recta, guías de 0,035" con punta distal curva y guías de 0,025" con punta distal recta. • El diseño de la vía debe ser fácil de ver en la imagen endoscópica (incluyendo marcas visuales) y radiológicas (incluyendo marcas radiopacas) • Las guías se deben presentar en envase estéril con fecha de envasado y caducidad 	430	90,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
4	4	1221	ASA POLIPECTOMÍA ESTANDAR DE UN SOLO USO <ul style="list-style-type: none"> Asa de polipectomía oval, para canal de trabajo de 2,8 mm aprox., de entre 25 y 30 mm aprox. de diámetro de apertura de lazo de al menos 230 cm de longitud Con mango graduado con marcas para su uso inmediato y con un sistema de apertura anatómico cómodo para usar con una sola mano. Alambre trenzado de 0,47 mm aprox. de grosor que garantice que el corte sea controlado y minimice el sangrado. Alambre resistente durante el corte con suficiente grado de rigidez como para permitir una apertura completa sin que se entrecrucen los cables al abrir el asa. Conexión en el mango de electrodo activo compatible con la fuente de electrobisturí disponible en el servicio de digestivo. Una vaina que minimice el roce y permita que pase fácilmente por el canal del endoscopio incluso cuando éste esté angulado. Estéril, desechable, exento de látex, con fecha de envasado y caducidad. 	3.000	12,50 €	37.500,00 €	37.500,00 €
5	5	7109	BOTE DESECHABLE PARA RECOGIDA POLIPOS POR ASPIRACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Los botes para recogida de pólipos deben tener al menos 4 cámaras de captura individuales con un sistema de indexado. Debe ser plástico transparente. Empaquetado de forma individual Debe ser compatibles con todos los endoscopios del servicio. De un solo uso 	1.500	7,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6	6	340	ABREBOCAS ADULTO DESECHABLE <ul style="list-style-type: none"> Abrebocas para endoscopia desechable de 60FR Con retención dental Con goma ajustable a los laterales del abre bocas Exento de látex. 	6.700	1,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
7	7	6120	MARCADOR ENDOSCÓPICO <ul style="list-style-type: none"> Suspensión con partículas de carbón que creen una marca permanente. Dispositivo en forma de jeringa estéril con 5 cc del marcador en envases individuales 	120	32,65 €	3.918,00 €	3.918,00 €
8	8	10290	KIT DE MUCOSECOMIA MULTIBANDA El kit de mucosectomía debe presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Ser aplicable a distintos diámetros de endoscopio Poseer 6 bandas en cada Kit Asa de polipectomía incluida en el kit 	20	185,05 €	3.701,00 €	3.701,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
9	9	7833	CATÉTER BALÓN 3 VÍAS DE UN SOLO USO Los balones utilizados deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Catéter balón biliar para extracción de cálculos. • De fácil introducción a través del canal del endoscopio y a través de una guía colocada previamente. • Que permitan la introducción de contraste con salida del mismo distal al balón. • Tres vías (permiten el paso simultáneo de una guía y de contraste). • Sistema de inflado fiable mediante jeringas precalibradas • Mango ergonómico. Fácil de manejar • Multirradial entre 8,5 y 15 mms de diámetro de inflado aprox. • Al rellenarlo debe adaptarse al diámetro de la vía biliar minimizando la posibilidad de complicaciones. • Resistente y que no se rompa con facilidad aún con la presencia de cálculos en la vía biliar. • Que, en caso de rotura, sea fácil su extracción y no se fragmente quedando restos dentro de la vía biliar. • Con diferentes marcas radiopacas que faciliten su posición en el colédoco en todo momento 	120	119,00 €	14.280,00 €	14.280,00 €
10	10	7819	CATÉTER DE CPRE 3 VÍAS ESTANDAR Los catéteres deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Catéteres de CPRE tres vías (permiten el paso simultáneo de una guía y de contraste). • Variedad de modelos en cuanto a diámetro de la punta del catéter, forma de la punta (redondeada, puntiforme, ultra filiforme etc) y diámetro de las guías a utilizar. La disponibilidad de todo ello favorece el que se pueda recurrir a varias opciones en caso de cateterizaciones difíciles. 	50	35,14 €	1.757,00 €	1.757,00 €
11	11	5342	CATÉTER MANOMETRÍA ANAL 4 CANALES CON BALÓN Los catéteres deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Catéter con 4 canales situados a 0, 1, 2 y 3 cm. Un canal central con balón para adultos. Diámetro exterior 4,5 m, diámetro interior: 0,8 mm. Separación entre luces 1 cm. • Material PVC. Material balón látex., con volumen máximo 150 ml. • Disposición de los canales y numeración diseñado para utilización con bomba de Perfusión pneumocapilar de Synmed. • Sondas diseñadas específicamente para el sistema de perfusión del Servicio (Synmed) con marcas de distancia adecuadamente señalizadas para facilitar uso y con balón con menor resistencia (inflado y desinflado), y mayor consistencia (menor riesgo de rotura) 	12	601,85 €	7.222,20 €	7.222,20 €
12	12	5341	CATÉTER MANOMETRÍA ANAL 6 LUCES SIN BALON Los catéteres deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Catéter con 6 canales situados circunferencialmente, con señalización centimétrica. • Material PVC. • Disposición de los canales y numeración diseñado para utilización con bomba de Perfusión pneumocapilar de Synmed. • Sondas diseñadas específicamente para utilizarse con la bomba de perfusión disponible en el servicio (Bomba pneumocapilar de Synmed) y con señalización bien visible de marcas de distancia orificios de perfusión. 	4	648,15 €	2.592,60 €	2.592,60 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
13	13	5340	<p>SONDA DE MANOMETRÍA ESOFÁGICA CON 4 LUCES</p> <p>Los sondas de manometría deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catéter de PVC de grado médico. • Catéter multiusos. • Disposición de los canales como la numeración específicamente diseñado para utilizarse con la bomba de perfusión pneumocapilar de Synmed • Diámetro exterior 3,5 mm. Diámetro interior 0,8 mm • Separación entre luces 5 cm. • Longitud 140 cms. • Sondas diseñadas para la bomba de perfusión en el Servicio, con diámetro interno cada canal de 0,8 mm, lo que permite profundir a un flujo conocido de 0,6 ml/mn que son los valores de protocolos nacionales e internacionales para manometría esofágica. 	6	361,11 €	2.166,66 €	2.166,66 €
14	14	7843	<p>CEPILLO DE CITOLOGÍA BILIAR</p> <p>Los cepillos de citología biliar deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cepillos para la obtención de citología biliar y pancreática. • De fácil introducción a través del canal del endoscopio y a través de una guía colocada previamente. • Marca radiopaca que permita localizar radiológicamente la ubicación del extremo del cepillo. • Facilidad de movimientos de vaivén del cepillo una vez colocado para poder realizar varios pases en el mismo acto. • Vaina protectora en el extremo que resguarde el cepillo preservando la integridad de la muestra obtenida • Es imprescindible que la guía se introduzca por el extremo distal del catéter y que salga por el mango (no por el propio extremo distal ni a medio camino del catéter). 	30	76,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
15	15	6875	<p>CEPILLO DE CITOLOGÍA DE COLON</p> <p>Los cepillos de citología de colon deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cepillos para la obtención de citología de colon. • De fácil introducción a través del canal del endoscopio. • Facilidad de movimientos de vaivén del cepillo una vez colocado para poder realizar varios pases en el mismo acto. • Vaina protectora en el extremo que resguarde el cepillo preservando la integridad de la muestra obtenida. 	30	23,75 €	712,50 €	712,50 €
16	16	1208	<p>CEPILLO DE LIMPIEZA DE VIDEOCOLONOSCOPIOS</p> <p>Los cepillos de limpieza deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cepillos para la limpieza de canales de endoscopio. • Resistentes para asegurar limpieza adecuada y, a ser posible, durabilidad. • Atraumáticos para minimizar el riesgo de daño del endoscopio 	1.600	1,55 €	2.480,00 €	2.480,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
17	17	6436	DILATADORES TTS TIPO ESÓFAGO- PÍLORO Y ESOFAGO-PÍLORO-COLON				
	18	6435	Los dilatadores deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Balones de dilatación endoscópica. De diámetro progresivo (al menos tres) lo que permite realizar varias dilataciones, con distinto calibre, usando un solo balón, lo que abarata el coste De cómoda introducción por el canal del endoscopio así como su desinflado y retirada una vez utilizado. Con información clara sobre la presión que debe suministrarse en cada momento para conseguir un diámetro determinado. Variedad de diámetros y longitudes para adaptarlos a cada paciente concreto Que sea imprescindible su uso con guía 	25	210,25 €	5.256,25 €	
	19	11017		15	210,25 €	3.153,75 €	
	20	6906		20	210,25 €	4.205,00 €	
				10	210,25 €	2.102,50 €	14.717,50 €
18	21	4494	DISPOSITIVO PARA BIOPSIA 16GX16CM <ul style="list-style-type: none"> Agujas de biopsia seguras y de fácil manejo en la carga, disparo-descarga. En una sola pieza mango y aguja, sin necesidad de montaje previo. Desechables. Profundidad de penetración 22 mms. Longitud muestra 1,7-2 cm. Longitud aguja 16 cms. Trocar biselado para obtener muestras con mínimo artefacto de aplastamiento. Mango ligero, ergonómico de fácil manejo tanto de carga como de disparo, para mejorar el control en la toma de la muestra y minimizar los riesgos de complicaciones de la técnica, así como manejo sencillo del dispositivo para extracción posterior de la muestra sin fragmentación. 	50	25,00 €	1.250,00 €	
	22	1280	DISPOSITIVO PARA BIOPSIA 18GX16CM <ul style="list-style-type: none"> Agujas de biopsia seguras y de fácil manejo en la carga, disparo-descarga. En una sola pieza mango y aguja, sin necesidad de montaje previo. Desechables. Profundidad de penetración 22 mms. Longitud muestra 1,7-2 cm. Longitud aguja 16 cms. Mango ligero, ergonómico de fácil manejo tanto de carga como de disparo, para mejorar el control en la toma de la muestra y minimizar los riesgos de complicaciones de la técnica, así como manejo sencillo del dispositivo para extracción posterior de la muestra sin fragmentación 	10	25,00 €	250,00 €	1.500,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
19	23	5338	<p>ELECTRODO PH 2 CANAL15CM</p> <ul style="list-style-type: none"> Las sondas de antimonio para conferir mayor estabilidad a la señal de Ph electrodo de referencia interno Material PVC de grado médico Diámetro exterior 2,1 mm Primer sensor situado a 5 mm del distal para evitar interferencias y falsos positivos Material radiopaco en los últimos cm para detección fluoroscópica Las sondas de pHmetría deben ser compatibles con los registradores existentes en el Servicio (SYNMED MEDICAL DIGITRAPPER MK III) Las sondas deben ser de antimonio policristalino para conferir mayor estabilidad a la señal de ph Deben tener marcas cada 5 cm, electrodo de referencia con exactitud e medición: 0.1 Ph. Buena visibilidad de las marcas <p>La empresa adjudicataria se compromete a ceder y mantener los equipos necesarios (3) durante el tiempo de vigencia del contrato corriendo con todos los gastos de mantenimiento y accesorios necesarios para su correcto uso, en caso de no compatibilidad con el modelo del hospital (SYNMED MEDICAL DIGITRAPPER MK III)</p>	250	64,72 €	16.180,00 €	16.180,00 €
20	24	7840	<p>ENDOPRÓTESIS PLÁSTICA MULTIPERFORADAS PARA CONDUCTO PANCREÁTICO</p> <p>Las prótesis de páncreas deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prótesis plásticas diseñadas específicamente para colocación en conducto pancreático. Sin látex. Un solo uso. Sencillas de colocar y de retirar a través del canal del endoscopio. Presentación en diferentes diámetros, longitudes y formas. Orificios laterales que favorezcan el drenaje y eviten la adhesión. Colocación sobre guía 	15	99,50 €	1.492,50 €	1.492,50 €
21	25	7839	<p>ENDOPRÓTESIS PLÁSTICA RECTA PARA VÍA BILIAR</p> <p>Las prótesis plásticas de vía biliar deben presentar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prótesis plásticas diseñadas específicamente para colocación en conducto biliar. Premontadas para facilitar su colocación. Que sean fácilmente extraíbles a través del canal del endoscopio. Con introductor con punta fina y flexible para minimizar la posibilidad de complicaciones. Con alguna marca visible endoscópica y radiológicamente para facilitar su posicionamiento Con pestañas que permitan su anclaje en la vía biliar, para disminuir la posibilidad de migración, y que dificulten su introducción completa dentro de la misma, para facilitar la extracción posterior. Posibilidad de presentación en diferentes diámetros y longitudes para seleccionar en cada caso la más adecuada al paciente 	35	112,00 €	3.920,00 €	3.920,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
22	26	1211	PINZAS DE BIOPSIA <ul style="list-style-type: none"> Con la mandíbula basculante tipo cocodrilo previene el deslizamiento y la proximación tagencial. Cucharas ovaladas con ventanas para muestras de tejido grandes. Pinza con revestimiento con codificación de colores para su fácil reconocimiento Canal mínimo de 2,8 mm y Longitud 155 cm Y 230 cm Fecha de caducidad, exento de látex y estéril Mango ergonómico y sin marcas de posición 				
	27	1209		PARA COLONOSCOPIO CON AGUJA 5.000	9,94 €	49.700,00 €	
				PARA GASTROSCOPIO OVAL SIN AGUJA 5.000	9,94 €	49.700,00 €	99.400,00 €
23	28	1217	PINZA CUERPOS EXTRAÑOS "CON MALLA" DESECHABLE La pinza con malla o red cazapólipos debe presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Pinza con malla para captura de pólipos o cuerpos extraños. Desechables. De un diámetro que haga que sea cómoda su introducción por el canal de trabajo del endoscopio. Con un mango de la pinza que tenga un sistema de apertura cómodo. Fácil de utilizar con una sola mano De fácil manejo para poder atrapar pólipos y extraerlos sin que se abra la red y se escape el pólipo. De fácil apertura completa para facilitar el atrapamiento de pólipos o cuerpos extraños. Resistente y que no se rompa con facilidad tras el atrapamiento de pólipos o cuerpos extraños. 	600	49,90 €	29.940,00 €	29.940,00 €
24	29	1131	PLACA ELECTROBISTURÍ Las placas para el electrobisturí deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Placas adhesivas para electrobisturí. Compatible con la fuente de electrocauterio de la que disponemos.(ERBE, Y OLYMPUS ESG-100) Que no produzca irritaciones en la piel del paciente. Placa aislante electrobisturí desechable, formada por: <ul style="list-style-type: none"> Una lámina de aluminio con adhesivo conductor hipoalérgico. Soporte de bajo espesor que evite la filtración de líquidos a través de la placa. Flexible, perfectamente adaptable, y alta adhesividad que permita la retirada fácil y atraumática. Superficie conductora que logre una baja densidad de corriente, y minimice el riesgo de quemaduras. Bordes adhesivos no conductores que permitan el aislamiento térmico. Conexión tipo pinza. Con detector de desconexión al paciente (dispositivo REM). Exento de látex especificado en envase. En envase que eviten el secado del gel, con lámina protectora del soporte con sistema de fácil retirada. En envase resistente y de fácil apertura e identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE. La unión entre el cable con la placa debe ser segura 	1.800	0,53 €	954,00 €	954,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.	
25	30	8424	CLIPS ENDOSCOPICOS Los clips endoscópicos deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Clips para tratamiento endoscópico de hemorragias y perforaciones.• Facilidad para correcto posicionamiento frente a la lesión que se debe tratar.• Imprescindiblemente rotable para asegurar un correcto posicionamiento.• Posibilidad de apertura y cierre en más de una ocasión por la posibilidad de corregir un posicionamiento incorrecto.• Tiempo de permanencia del clip en su posición mayor de una semana para asegurar que ejerza su función.• Diámetro de apertura de al menos 10 mms para una mayor facilidad de colocación y posibilidad de abarcar la lesión que se quiere tratar	350	85,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €	
26	31	1229	SISTEMA MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESÓFAGO El sistema multibanda debe presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Sistema multibanda para colocación de bandas elásticas.• Facilidad en el montaje del sistema (que no se suelten espontáneamente las bandas mientras se montan).• Estabilidad del dispositivo adherido al extremo del endoscopio (que no se suelte el dispositivo una vez en el interior del paciente).• Que el dispositivo sea transparente para ver a través del mismo.• Exento de látex.• Sistema multibanda con al menos 5 bandas por dispositivo.• Coloración diferencial de la última banda.	50	86,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
27	32	5332	SONDA GAS ARGÓN APC 2200 A La sonda para gas argón debe presentar las siguientes características <ul style="list-style-type: none">• Sonda para administración de gas argón• El material ofertado debe ser adaptable al equipo disponible (Fuente de electrocoagulación ERBE).	120	166,05 €	19.926,00 €	19.926,00 €	
28	33	7514	SONDA DE SUSTITUCIÓN DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA Los sondas de sustitución de gastrostomía endoscópica percutánea deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">• Compatible con sondas de gastrostomía de primera puesta (PEG) de 20FR disponibles en el Hospital• Ofertadas en diferentes calibres siendo imprescindibles los requeridos en el concurso (24, 28 y 30 Fr) por ser los de mayor frecuencia de uso.• Resistente y de durabilidad aconsejada por el fabricante igual o superior a tres meses.• Sonda de silicona transparente.• Graduación en cms a intervalos impresa en la sonda.• Radiopaca.• Sin látex. En envase individual estéril de un solo uso.• Con balón de retención interno.• Disco de retención externo.• Extremo proximal con tres vías de entrada (puerto para medicación, conexión universal para alimentación con tapón incorporado, y válvula del balón con identificación).• Punta recubierta por el balón interno.• Válvula con identificación y volumen recomendado de llenado.• Envase de fácil apertura y con identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote.	12 FR	5	50,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
	34	7515		14 FR	20			
	35	7516		16 FR	40			
	36	7717		18 FR	40			
	37	6100		20 FR	70			
	38	1088		22FR	25			
	39	7517		24FR	25			
	40	8913		28 FR	3			
	41	12129		26 FR	3			
	42	8914		30 FR	3			

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
29	43	3125	TEST DE UREASA Los kits para test de ureasa deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Kit para realización de test de ureasa para diagnóstico de H. Pylori. • Kit ya montado y listo para su utilización. • Alta sensibilidad y especificidad con lectura rápida en una hora • Viraje a la positividad del test con resultado inequívoco 	1.400	2,83 €	3.962,00 €	3.962,00 €
30	44	7891	STENT ESOFÁGICO NO RECUBIERTO Las prótesis metálicas autoexpandibles de esófago deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Prótesis metálicas, de acero o nitinol, lo que disminuye la posibilidad de migración. • Autoexpandibles (no es necesario dilatarlas tras su colocación, lo que permite el ahorro de balones de dilatación para expandirlas tras su colocación). • Colocadas en paralelo al endoscopio y sobre una guía que permite minimizar el riesgo de perforación • Deben tener marcas radiopacas que permitan su visualización mediante radiología para asegurar la correcta colocación en caso de estenosis de calibre inferior al diámetro del endoscopio. • Deben tener un calibre mayor en el extremo proximal, forma de embudo, para minimizar el riesgo de migración. • Diferentes longitudes para adaptarla a la longitud de la estenosis y minimizar en lo posible el riesgo de migración o incarceration de la prótesis (en caso de prótesis largas) o de reestenosis por crecimiento tumoral (en caso de prótesis cortas). 	8	921,29 €	7.370,32 €	14.740,64 €
	45	7892	STENT ESOFÁGICO RECUBIERTO Las prótesis metálicas autoexpandibles recubiertas de esófago deben presentar las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Prótesis metálicas, de acero o nitinol, lo que disminuye la posibilidad de migración. • Autoexpandibles (no es necesario dilatarlas tras su colocación, lo que permite el ahorro de balones de dilatación para expandirlas tras su colocación). • Colocadas en paralelo al endoscopio y sobre una guía que permite minimizar el riesgo de perforación. • Las prótesis deben ser cubiertas excepto en sus extremos lo que disminuye el riesgo de migración (mayor en las prótesis cubiertas). • Deben tener marcas radiopacas que permitan su visualización mediante radiología para asegurar la correcta colocación en caso de estenosis de calibre inferior al diámetro del endoscopio. • Deben tener un calibre mayor en el extremo proximal, forma de embudo, para minimizar el riesgo de migración. • Diferentes longitudes para adaptarla a la longitud de la estenosis y minimizar en lo posible el riesgo de migración o incarceration de la prótesis (en caso de prótesis largas) o de reestenosis por crecimiento tumoral (en caso de prótesis cortas). 	8	921,29 €	7.370,32 €	

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas		Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
31	46	7875	PRÓTESIS ENTERAL DUODENAL	<div>Las prótesis metálicas autoexpandibles de duodeno y colon deben presentar las siguientes características:</div> <ul style="list-style-type: none">• Prótesis metálicas, de acero o nitinol, lo que disminuye la posibilidad de migración.• Autoexpandibles (no es necesario dilatarlas tras su colocación lo que permite el ahorro de balones de dilatación para expandirlas tras su colocación).• Colocadas a través del canal del endoscopio (mayor facilidad de acceder y canular la estenosis a diferencia de las prótesis que se colocan en paralelo al endoscopio).	6	921,29 €	5.527,74 €	5.527,74 €
32	47	6324	STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE DE COLON	<ul style="list-style-type: none">• Colocadas sobre una guía que permite minimizar el riesgo de perforación• Las prótesis deben tener marcas radiopacas que permitan su visualización mediante radiología para asegurar la correcta colocación en caso de estenosis de calibre inferior al diámetro del endoscopio.• Las prótesis deben tener un calibre mayor en el extremo proximal, forma de embudo, para minimizar el riesgo de migración.• Diferentes longitudes para adaptarla a la longitud de la estenosis y minimizar en lo posible el riesgo de migración o incarceration de la prótesis (en caso de prótesis largas) o de reestenosis por crecimiento tumoral (en caso de prótesis cortas).• Que permitan su visualización NITIDA mediante radiología y endoscopia	7	925,93 €	6.481,51 €	6.481,51 €
33	48	7823	<div>ESFINTEROTOMO ESTÁNDAR</div> <div>Los esfinterotomos deben presentar las siguientes características:</div> <ul style="list-style-type: none">• Esfinterotomos para canulación y esfinterotomía biliopancreática.• Deben ser esfinterótomos de 3 vías (permiten el paso simultáneo de una guía y contraste).• Deben presentar punta flexible (para minimizar el riesgo de perforación) y preformada (para facilitar la canulación).• Posibilidad de varios tamaños de la punta (punta fina para cateterizaciones difíciles), forma de la punta (redondeada, puntiforme, etc) y varios diámetros de la guía a utilizar con el esfinterótomo.• Mango del esfinterótomo fácil de manejar.		200	110,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
34	49	8649	<div>ESFINTEROTOMO PUNTA FILIFORME TRIPLE LUMEN.</div> <div>Los esfinterotomos deben presentar las siguientes características:</div> <ul style="list-style-type: none">• Esfinterotomos para canulación y esfinterotomía biliopancreática con punta fina.• Deben ser esfinterótomos de 3 vías (permiten el paso simultáneo de una guía y contraste).• Guía de 0,025• Estéril de un solo uso.• Deben presentar punta flexible (para minimizar el riesgo de perforación) y preformada (para facilitar la canulación).• Deben ofrecer la posibilidad de varios tamaños de la punta (punta fina para cateterizaciones difíciles), forma de la punta (redondeada, puntiforme, etc) y longitudes de la nariz o distancia entre el extremo y el inicio del alambre de corte.• Mango ergonómico fácil de manejar. Facilidad de manejo con una sola mano• Recubrimiento de seguridad en el primer tercio del alambre de corte para garantizar seguridad del paciente durante la esfinterotomía.• Que incorpore marcas en la vaina que permitan saber cuándo llega el dispositivo al extremo distal del endoscopio así como un sistema de sujeción al mismo. Estas marcas deben ser bien visibles.		70	119,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €

Nº Lote	Nº Orden	Código de producto	Descripción Características Técnicas	Consumo previsto 24 meses	Precio unitario IVA EXCL.	Importe total	TOTAL LOTE IVA EXCL.
35	50	616	ENDODETERGENTE ACIDO PERACE. LAVADORA OLYMPUS <ul style="list-style-type: none"> Agente limpiador para reprocesado de endoscopio automatizado en el proceso ETD 2. Dispositivos médicos clase I. COMPOSICIÓN: Declaración según la recomendación 89/542/CEE: 5-30% tensioactivos anióticos. 5.15% Etoxilato de alcohol graso; Símbolo: Xi, N; Frase R: 38-50; EINECS: Polímero. 	1.000	18,90 € LITRO	18.900,00 €	120.280,00 €
	51	619	ENDOACTIVADOR ACIDO PERACE. LAVADORA OLYMPUS <ul style="list-style-type: none"> Componente activador para reprocesado de endoscopio automatizado en el proceso ETD 2. Dispositivos médicos clase I. COMPOSICION: <5% hidróxido de sodio; Símbolo: C; Frase R: 35; EINECS: 215-185-5. 	2.000	14,17 € LITRO	28.340,00 €	
	52	618	ENDODESINFECTANTE ACIDO PERACE. LAVADORA OLYMPUS <ul style="list-style-type: none"> Desinfectante para reprocesado de endoscopio automatizado en el proceso ETD 2. Dispositivos Médicos clase IIa. COMPOSICIÓN: 15-30% Peróxido de hidrógeno (símbolo: O, C, N; Frase-R: 8-34; EINECS: 231-765-0) 1-5% Ácido paracético (Símbolo: O, C, N; Frase-R: 7-10-20/21/22-35-50; EINECS: 201-186-8) 5-15% Ácido acético (Símbolo: C; Frase-R: 10-35; EINECS: 200-580-7) 	2.000	36,52 € LITRO	73.040,00 €	
TOTAL CONCURSO.....							561.263,45 €

Segunda.- Alcance de las características técnicas. Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula primera, bien entendido que éstas establecen un nivel “medio” de prestaciones” en relación con la valoración del criterio “Calidad de la Oferta Técnica” y, asimismo, admiten en todos los casos la indicación de “o equivalentes”.

Si en el detalle de las características técnicas de los productos se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, éste deberá valorarse como referencia para identificar el producto en cuestión, sin que en ningún caso pueda entenderse como obligatorio ofertar dicho producto.

Tercera.- Sólo se admitirá un precio por Código de Producto, es decir todas las medidas del mismo producto, deben valorarse al mismo precio.

Cuarta.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Aquellas proposiciones en las el importe ofertado del lote, sin IVA, sea superior al importe de licitación del lote, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Quinta.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad. Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Sexta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fuenlabrada, 23 de diciembre de 2015

CONFORME EL ADJUDICATARIO

EL DIRECTOR GERENTE DEL ENTE PÚBLICO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

FECHA Y FIRMA



Fdo.: Carlos Mur de Viu Bernad



ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones y en el sobre o empaquetado dónde se presentan todos ellos deben figurar los siguientes datos:

- El nº de referencia del contrato al que licitan.
- El título del mismo.
- Su respectiva numeración y denominación.
- Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. Es causa de exclusión de la oferta, el que presenten documentación económica en el sobre nº 1.

3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.

4. Las ofertas económicas en los procedimientos abiertos deberán presentarse por duplicado.

5. Deben presentar en el sobre nº 1 escrito con los números de lote a los que licitan.