

**EXPEDIENTE N° 2016-0-76**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS/CITOSTÁTICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS/CITOSTÁTICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	015553	<p><b>SISTEMAS LUER-LOCK PERPARACION DE CITOSTATICOS A VIAL</b></p> <p><u>Características:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Libre de látex y de DEHP.</li> <li>2. Con filtro de aire hidrofóbico integrado de 0.2 micras.</li> <li>3. Universal para vial multidosis adaptable a los distintos tamaños de vial utilizados.</li> <li>4. Permita trabajar sin aguja.</li> <li>5. Conexión con jeringa luer-lock con dispositivo cerrado de seguridad que reduzca al mínimo el derrame del contenido del vial durante la conexión y desconexión.</li> <li>6. Facilidad de introducción en el tapón del vial, sin pérdidas de fluido durante el procedimiento.</li> <li>7. Permita conectar jeringar luer-lock con facilidad y permita un buen anclaje</li> <li>8. Compatible con medicamentos citotóxicos.</li> <li>9. Volumen de purga mínimo.</li> </ol>
2	016879	<p><b>BOLSAS DE FOTOPROTECCION</b></p> <p><u>Características:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No deben permitir el paso de luz ultravioleta</li> <li>2. Tamaño único adaptable a bolsas de suero de distinto tamaño (50.100, 250,500 y 1000 ml).</li> <li>3. Totalmente transparente que permita ver la etiqueta identificativa de la preparación y leer el código de barras.</li> <li>4. Cierre removible en la parte superior.</li> <li>5. Apertura en parte inferior que permita pasar por ella la línea de administración.</li> <li>6. Sistema que permita colgar los sueros fácilmente en el pie de goteo</li> </ol>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)  
20 UNIDADES EN EL LOTE 1 y 5 UNIDADES EN EL LOTE 2.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 18 de Abril de 2016.


LA DIRECTORA GERENTE,



Hospital Universitario  
12 de Octubre  
C/ Arzobispo Morcillo, 44  
28002 Madrid

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN



Hospital Universitario  
12 de Octubre

Comunidad de Madrid

SaludMadrid

EXPEDIENTE: 2016-0-76

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS  
CITOTÓXICOS/CITOSTÁTICOS

LOTE	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	PRESUPUESTO			
						BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	015553	SISTEMA LUER-LOCK PARA PREPARACION CITOSTATICOS A VIAL	58.000	29.000	1,9500	113.100,000	23.751,000	136.851,000	169.650,000
2	016879	BOLSAS DE FOTOPROTECCION	40.000	20.000	0,2700	10.800,000	2.268,000	13.068,000	16.200,000
						123.900,000	26.019,000	149.919,000	185.850,000
						IMPORTE TOTAL VALOR ESTIMADO 10%			204.435,000