



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	407007	JUEGO DE INTUBACION CANALICULA	<ul style="list-style-type: none"> - Dos sondas de acero inoxidable unidas por un tubo de silicona que la recubre hasta el final. - Envase individual estéril. 	Nº muestras: <input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	2	288401	PACK INTRAVITREOS	Para la realización de inyección intravitrea estéril. Compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> - 1 paño cubremesa de tejido sin tejer de 60 x 60 cm aprox. - Gasas o bolas de algodón - 1 separador palpebral 15 mm aprox. - 1 marcador escleral 3,5/4,0 mm aprox. - Hemostetas o bastoncillos. - 1 sabana 40 x 40 cm aprox., fenestrada 6,4 cm aprox., adhesiva. 	Nº muestras: <input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	3	421013	PIEZA MANO DESECHABLE VITRECTOMIA ANTERIOR C/IRRIGACION	<ul style="list-style-type: none"> - Sonda con tres orificios en su extremo, cuyas funciones son irrigar, aspirar y cortar. - Envase individual estéril. 	Nº muestras: <input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO Certificado de exención de látex: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO





LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
4	4 5	287917 287919	PACK ENDOILUMINACION RECTA 23 G PACK ENDOILUMINACION RECTA 25 G	<p>Composición del Pack para la realización de cirugía de vitrectomía comunes para cada medida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 campo ocular fenestrado 165x245 c/bolsas - 10 microesponjas - Casete/bolsa drenaje - Cánula de infusión - Set de tubos GFI - Tubos de infusión con válvula de auto-infusión. - Tubos auxiliares aspiración - Protector panel estéril - Llave de tres pasos - Jeringa 20 cc. - 1 batea 250 ml - 1 paño cubremesa 110x195 cm - 1 campo quirúrgico adhesivo 15x28 cm - 3 batas L. con secamanos para 20G, 2 para 23G y 2 para 25G - 1 aguja 30G x 13 y 1 aguja 20G x 39 - 1 parche ocular - 20 gasas 10 x 10 - 1 jeringa 10 cc L.L.; 1 jeringa 2 cc L.L. y 1 jeringa 5 cc L.L. <p><u>Para 23G:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cánula punta silicona 23G; Sonda vitrectomía 23G; Endoiluminación 23G (Recta o Zafiro); Set trocar/cánula y 3 tapones 23G <p><u>Para 25G:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cánula punta silicona 25G; Sonda vitrectomía 25G; Endoiluminación 25G (Recta o Zafiro); Set trocar/cánula; 3 tapones 25G y 3 tapones esclerales 20G 	<p>Nº muestras:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
5	6	021594	SOLUCION SALINA P/IRRIGACION INTRAOCULAR 500 ML.	<ul style="list-style-type: none"> - Envase: botella de cristal transparente - Con cierre hermético y de fácil apertura - Envase individual estéril. 	<p>Nº muestras:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>





Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SaludMadrid

Comunidad de Madrid

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
5	7	274355	SET P/CIRUGIA DE CATARATAS C/CUADRANTE	<p><u>Composición del pack para cirugía de Faco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aguja Facoemulsificador 0,9 mm aprox.: Aguja de aleación de titanio con diámetro externo de 0,9 mm aprox. y luces internas de 0,7 y 0,9 mm aprox. El extremo puede tener diferentes formas (embudo, trompeta, circular) y adoptar diferentes angulaciones. - Casete c/tubos irrigación/aspiración c/tubo alto vacío: Compuesto por un cassette que incorpora un filtro millipore, no retorno, bolsa de drenaje y tubos especialmente diseñados para alcanzar altos vacíos. - Kits manguitos irrigación p/Facoemulsificador: Compuesto por 2 manguitos de irrigación de silicona con bordes especialmente redondeados y pulidos para un menor stress incisional. Incorporan elemento supresor de burbujas. - 1 campo quirurgico 165x254,N/F,D/B,TST - 1 cistitomo recto de irrig 25G - 1 cuchillete 15º estandar - 1 cuchillete desechable facoemulsificación 2,75 mm p/Faco 2,75 - 1 cuchillete desechable facoemulsificación 2,2 mm p/Faco 2,2 - 10 microesponjas - 2 batas XL con secamanos - 1 recipiente de plástico 250 ml - 10 Gasas 10x10 plegadas - 1 jeringa 2 cc LL.; 1 jeringa 1 cc LL.; 1 jeringa 10 cc LL. - 1 paño cubremesa 112x193 cm aprox. - 1 cánula de cámara anterior 27G 	<p>Nº muestras:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
	8	290443	SET P/CIRUGIA DE CATARATAS P/MICROINCISION		
6	9	285209	SONDA LASER RECTA CON ILUMINACION 23 G	<ul style="list-style-type: none"> - Sonda de láser recta con luz para equipo PHOTON®. - Láser adelantado con respecto a la posición de la luz para evitar deslumbramientos. - Esteril y desechable con calibres 23 Ga y 25 Ga compatible para la fotocoagulación retiniana con los láseres disponibles en el Quirófano de Oftalmología. 	<p>Nº muestras:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI - 1 udad <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Certificado de exención de látex:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
	10	278209	SONDA LASER RECTA CON ILUMINACION 25 G		



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SUBDIRECCIÓN MÉDICA
SERVICIOS QUIRÚRGICOS

Comunidad de Madrid

Tno.: 80/24

Plant.: 0 Dcha

P.A. 2016000008

Material fungible de oftalmología

Fdo. Dr.F. Muñoz Negrete
JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA

Página 3 de 4

VºBº R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
<p>En el LOTE 5 deberán ceder sin cargo añadido para el Hospital cuatro facoemulsificadores y mejora tecnológica, que incluya la adaptación del Sistema 3D a los microscopios quirúrgicos y en los facoemulsificadores existentes durante la vigencia del Procedimiento, siendo el mantenimiento por cuenta del adjudicatario.</p> <p>Los facoemulsificadores deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sistema de control de fluidos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba peristáltica de última generación. ▪ Control de la cámara anterior por nivel de presión ocular. ▪ Mecanismos de seguridad: parada automática en caso de agotarse el suero. ▪ Bomba de aspiración capaz de alcanzar flujos de hasta 100 ml/mn ▪ Flujo aspiración mínimo entre 0-50 cc/mn ▪ Vacío entre 0-650 mm HG mínimo ◆ Ultrasonido <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modos continuo, pulsado y Burst ◆ Pieza de mano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Variedad de agujas que permitan cirugía de incisiones de 2,2 mm ◆ Vitrectomía anterior <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corte al menos hasta 800 cpm ▪ Vacío y flujo aspiración ajustable lineal y fijo. ▪ Vitrectomía bimanual de segmento anterior, conveniente modo de iridectomía. ◆ Cassettes desechables ◆ Tiempo de purgado y sintonizado rápido. 					

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
 - Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
 - Muestras: **SI (VER COLUMNA MUESTRAS)**. En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con anterioridad.

El procedimiento será:

 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

P.A. 201600008
Material fungible de oftalmología

Fdo. Dr.F. Muñoz Negrete
JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA





Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Comunidad de Madrid
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21%)
1	1	407007	JUEGO INTUBACION CANALICULA	UNIDAD	185	132,92	24.590,20	20.322,48	4.267,72
2	2	288401	PACK INTRAVITREOS	UNIDAD	8.430	16,88	142.298,40	117.601,98	24.696,42
3	3	421013	PIEZA MANO DESECHABLE VITRECTOMIA ANTERIOR C/IRRIGACIÓN	UNIDAD	168	116,97	19.650,96	16.240,46	3.410,50

4	4	287917	PACK ENDOILUMINACION RECTA 23 G	UNIDAD	618	383,17	236.799,06	195.701,70	41.097,36
4	5	287919	PACK ENDOILUMINACION RECTA 25 G	UNIDAD	267	383,17	102.306,39	84.550,74	17.755,65
TOTAL LOTE 4:							339.105,45	280.252,44	58.853,01

5	6	021594	SOLUCION SALINA P/IRRIGACION INTRAOCULAR 500 ML	ENV. 500 ML	6.640	4,03	26.759,20	22.115,04	4.644,16
5	7	274355	SET P/CIRUGIA CATARATAS C/CUADRANTE	UNIDAD	3.222	73,61	237.171,42	196.009,44	41.161,98
5	8	290443	SET P/CIRUGIA CATARATAS P/MICROINCISION	UNIDAD	4.272	73,61	314.461,92	259.885,88	54.576,04
TOTAL LOTE 5:							578.392,54	478.010,36	100.382,18

6	9	285290	SONDA LASER RECTA CON ILUMINACION 23 G	UNIDAD	396	151,25	59.895,00	49.500,00	10.395,00
6	10	278209	SONDA LASER RECTA CON ILUMINACION 25 G	UNIDAD	60	151,25	9.075,00	7.500,00	1.575,00
TOTAL LOTE 6:							68.970,00	57.000,00	11.970,00

IMPORTE TOTAL:	1.173.007,55	969.427,73	203.579,82
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------