



Hospital Clínico
SaludMadrid San Carlos

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE DISPOSITIVO CON PUNZÓN PARA RECONSTITUCIÓN Y
TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS**

P.A. 2017-0-028

1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTICULO

LOTE/ITEM	NOMBRE DEL ARTICULO
1/1	Dispositivo con punzón para reconstitución y transferencia de citotóxicos y otros medicamentos peligrosos


2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION
1	1	312363	<p>ESPECIFICACIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Legislación vigente en materia de Productos Sanitarios, seguridad y salud• Aprobación por la FDA• Identificación con serigrafía nítida en castellano en cada envase unitario así como en la caja de embalaje.• Identificación marcado CE en cada envase unitario• Referencia del producto, número de lote y fecha de caducidad en cada envase unitario• Etiquetado estéril, libre de látex, PVC, DEHP en cada envase unitario <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Filtro de aire hidrofóbico 0,2 micras.• Flujo mayor de 150 ml/minuto.• Conector de bioseguridad con válvula hembra tipo Split Septum con cono interno.• Sin aguja• Compatible con conector luer-lock.• Con sistema de fijación a vial universal, válido para todos los tamaños de viales.• Producto compatible con medicamentos citostáticos y otros medicamentos peligrosos.• Estudio que constate que impide la penetración microbiana

Dr. María Isabel Borrego
Jefe Servicio Farmacia

P.O. 
Paloma Molina
Supervisora Servicio Farmacia

1º 
Fdo. Teresa Benítez   
SaludMadrid FARMACIA Comunidad de Madrid


2357