

Expte.: A/SUM-008467/2017

CERTIFICADO DE PROPOSICIONES DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS DETERMINARSE QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de 6 de noviembre de 2017, previamente a la lecturas de ofertas económicas de noviembre de 2017, procedió a informar de las empresas admitidas y excluidas en el informe técnico aptitud emitido por los técnicos responsables del contrato de suministro de: **“MATERIAL DE CIRUGÍA OFTÁLMICA”** Por consiguiente, y de acuerdo lo establecido en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas, quedaron excluidas y por tanto no se leyeron los precios de las siguientes proposiciones:

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
1	Nº ORDEN 1	SOLUCION VISCOELASTICA HIALURONATO SODICO 1,6% JERINGA ESTERIL
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ADVANCED VISION IBERIA, S.L.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: • Se solicita que tenga un peso molecular entre 1,2 y 2 millones de Daltons y tiene 3 millones de Daltons.
BAUSCH & LOMB, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: • Se solicita que el vial tenga al menos 0,85 cc y tiene 0,80cc.
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: • Al ser su función principal el mantenimiento de la cámara anterior para poder realizar la cirugía, es necesario que el viscoelástico no se escape por las incisiones según se está inyectando, y el producto presentado no cumple este requisito.
IMEX CLINIC, S.L.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: • Se forman burbujas durante su manejo y se solicita que no lo haga para no dificultar la visibilidad durante la cirugía.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
2	Nº ORDEN 2	SOLUCION VISCOELASTICA HIALURONATO SODICO 3% 0,5ML CON CONDROITIN SULFATO
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: • Se solicita que en su composición tenga condroitín sulfato, y no lo presenta.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
6	Nº ORDEN 20	APOSITO ABSORBENTE OFTALMICO (HEMOSTETAS)
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA



LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
W.M.BLOSS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que venga en envase de 10 unidades y son de 5 unidades.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
7	Nº ORDEN 21	METILCELULOSA 2% P/EXPLORACION OFTALMOLOGICA
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ADVANCED VISION IBERIA, S.L.		SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas.
AJL OPHTHALMIC, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en jeringa precargada con cánula de 23 ó 25 G y se presenta con cánula de 27 G.
ALCON CUSÍ, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en jeringa precargada con al menos 1,5ml y el contenido es de 1ml.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
9	Nº ORDEN 27	CANULA CAMARA ANTERIOR PUNTA 4MM 25G(0,50X22MM)
	Nº ORDEN 28	CANULA HIDRODISECCION 30º PUNTA 1,8MM 25G(0,50X22MM)
	Nº ORDEN 29	CANULA DE ANESTESIA SUBTENONIANA
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en el nº de orden 28 una cánula de viscoexpresión (corydon) y la que presenta no lo es. En el nº de orden 29 se solicita que la cánula ^o sea curva y es angulada
OFTALTECH, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: Se solicita en el nº de orden 28 una cánula de viscoexpresión (corydon) y la que presenta no lo es.
W.M.BLOSS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita en el nº de orden 28 una cánula de viscoexpresión (corydon) y la que presenta no lo es.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
11	Nº ORDEN 31	AGUJA ANESTESIA RETROBULBAR 25GX38MM TIPO ATKINSON
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS,SA		NO CUMPLE: Se solicita que el bisel de la aguja sea ligeramente romo para permitir el avance con seguridad y no pueda dañar el globo ocular, la muestra presentada tiene un extremo extremadamente romo y se ha podido constatar que afecta a la penetrancia en los tejidos orbitales y produce dolor en el paciente.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
12	Nº ORDEN 32	ACEITE DE SILICONA ALTA DENSIDAD PARA TAPONAMIENTO DE RETINA PROLONGADO VIAL Y JERINGA 10ML
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
BAUSCH & LOMB, S.A.		NO CUMPLE: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita una viscosidad de 1000 y tiene 1300 mPas



LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
14	Nº ORDEN 34	RETRACTOR FLEXIBLE IRIS DESECHABLE
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
AJL OPHTHALMIC, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicitan que sean flexibles para no causar daño a la cápsula del cristalino y son muy poco flexibles.
DORC ESPAÑA, S.L.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicitan que sean flexibles para no causar daño a la cápsula del cristalino y son muy poco flexible.
W.M.BLOSS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicitan que sean flexibles para no causar daño a la cápsula del cristalino y son muy poco flexibles.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
15	Nº ORDEN 35	LENTE TERAPEUTICAS DE CONTACTO
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ALCON CUSÍ, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicitan que tengan al menos 72% de hidratación y solo tienen 24%. Se solicita con un diámetro de 14-14,50mm y tiene un diámetro de 13,80mm.
BAUSCH & LOMB, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicitan que tengan al menos 72% de hidratación y solo tienen 36%.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
17	Nº ORDEN 37	SOLUCION TINTADA PARA CAPSULORREXIS
	Nº ORDEN 38	LIQUIDO COLORANTE AZUL DUAL P/TINCION MEMB LIMITANTE INTERNA Y EPIRETINIANA
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ADVANCED VISION IBERIA, S.L.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 38 se solicita que en su composición tenga PEG al 4% y no lo contiene. En el nº de orden 38 se solicita que la presentación sea en jeringa precargada y se presenta con un vial lo que haría necesaria su manipulación para poder utilizarla.
MEDICAL MIX, S.L.U.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 38 se solicita que en su composición tenga azul brillante G y no lo contiene ((contiene azul de blulife).
OPTIMUM VISION CARE, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> En el nº de orden 38 se solicita que en su composición tenga azul tripán y no lo contiene (contiene azul de bromofenol)

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
19	Nº ORDEN 40	SET PARA INYECCIONES INTRAVITREAS
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
ADVANCED VISION IBERIA,SL		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el campo quirúrgico mida 80X80cm y mide 40X40cm
AJL OPHTHALMIC, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el campo quirúrgico mida 80X80cm y mide 40X40cm Se solicita hemosteta tipo bastón y se presenta con un bastón largo y no sirve.
OFTALTECH, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el campo quirúrgico mida 80X80cm y mide 40X60cm



LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> Se solicita hemosteta tipo bastón y se presenta con un bastón y no sirve
OPTIMUM VISION CARE, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el campo quirúrgico mida 80X80cm y mide 40X40cm Se solicita que el paño cubremesas mida 80X90cm y mide 60X60cm Se solicita hemosteta tipo bastón y se presenta con un bastón largo y no sirve.
W.M.BLOSS, S.A.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el campo quirúrgico sea fenestrado de 7,5-8cm y presenta la abertura para el ojo cubierta de lámina adhesiva. Se solicita que el paño cubremesas sea de tejido sin tejer un tejido que es impermeable y se presenta con un tejido tipo crepé que permite el paso de líquidos por lo que no protege el campo.

LOTE Nº	Código	DESCRIPCIÓN
21	Nº ORDEN 43	AGUJA ELECTRODO DE INFILTRACION PARA TOXINA BOTULINICA
LICITADORES		VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
FIRMA AMBU, S.L.		NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que tenga una longitud de 37mm y un diámetro de 0,41mm y se presenta con una longitud de 35mm y 0,40mm de diámetro resultando corta para realizar la técnica correctamente.

EL resto de ofertas han sido aceptadas técnicamente y por tanto puede pasar a la fase siguiente.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 10 de la disposición final primera del Decreto 69/2017, de impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, advirtiéndose de que la no presentación de documentación será causa de exclusión de la proposición.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

