

***PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
SISTEMAS PARA PERFUSIÓN EX VIVO DE PULMONES DONANTES***

EN EL TRASPLANTE DE PULMÓN

GCASU 2017-126



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1204025876121013254690**

SISTEMAS PARA PERFUSIÓN EX VIVO DE PULMONES DONANTES EN EL TRASPLANTE DE PULMÓN

GCASU 2017-126

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente expediente de contratación tiene por objeto la adquisición de sistemas de perfusión extracorpórea de pulmones donantes, para su preservación, valoración y recuperación previa al Trasplante de pulmón en la cantidad y características que se exponen en este PPT:

COD. SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO U. kit SIN IVA	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA - 21%	IMPORTE TOTAL
110736	SISTEMA PARA PERFUSIÓN EXTRACORPÓREA DE PULMONES DONANTES	10	14.500,00	145.000,00	30.450,00	175.450,00
IMPORTE TOTAL				145.000,00	30.450,00	175.450,00

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sistema compuesto de:

1. UNIDAD DE PERFUSIÓN , compuesta por:

- Una bomba de perfusión pulmonar (de rodillos peristáltica), que se utiliza para crear un flujo a través del circuito de perfusión, sin entrar en contacto con la solución de perfusión.
- Una unidad de intercambio de temperatura para calentamiento y enfriamiento, que integrará un circuito refrigerador y una lámina de calentador usado para enfriar y calentar el agua del depósito de agua interno.
- Monitor de control de parámetros de perfusión, que establece flujo, presión y temperatura deseada.
- Un mezclador de gases que permita distribuir una cantidad predefinida de gas al oxigenador, dependiendo de la fase de establecimiento de perfusión.

Esta unidad será cedida por el adjudicatario del concurso, sin cargo para el hospital, durante el tiempo del contrato y su posible prórroga e incluyendo todos los gastos de mantenimiento u otros que pudieran surgir y que estén relacionados con el buen funcionamiento de este equipo

2. KIT DESECHABLE, compuesto por:

- Cámara para depositar el pulmón con tubo integrado y tapa.
- Oxigenador.
- Filtro de leucocitos.



- d. Catéteres pulmonares.
- e. Sondas de temperatura.
- f. Transductores de presión.

Cada referencia, dentro del kit, debe venir envasada individualmente y estéril.

El equipo estará por tanto, habilitado para su uso en humanos.

El circuito de perfusión se establece entre el depósito donde se drena la solución de preservación a través de la aurícula izquierda abierta del pulmón, pasa a la bomba, Oxigenador, filtro leucocitario y de nuevo al pulmón a través de la arteria pulmonar.

En el precio de cada kit deben estar incluidos todos los elementos necesarios, para la puesta en marcha del sistema, incluyendo los envases de solución (solución Steen) de 500 ml, en número estimado de 40 botellas

3. CONDICIONES GENERALES:

- El adjudicatario se comprometerá a realizar un plan de formación durante el tiempo necesario que requiera el Servicio
- Para la evaluación de este Plan, el licitador deberá presentar en la documentación técnica el programa a desarrollar así como los recursos personales y materiales a utilizar en dicha formación.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación es de **175.450,00 €** (Base imponible: **145.000,00 €**, Cuota de IVA **30.450,00 €**).

EL DIRECTOR GERENTE



ANEXO I.
DECLARACIÓN PRODUCTO SANITARIO CON MARCADO CE

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote
Código SAP:
Nombre genérico
Marca comercial
Referencia
Marcado CE
Clase del producto con respecto CE

Fecha

Firma

- (1) Productos clase I, no estériles, ni con función de medición. Cuando proceda se consignará **Sí**
- (2) Productos clase I estériles ó con función de medición, clase IIa, clase IIb, clase III e implantes activos. Cuando proceda se consignará el número del organismo modificador.

ANEXO II.
DECLARACION PRODUCTO SANITARIO SIN LATEX

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con C.I.F. nº, en calidad de

DECLARA

Que los datos de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, son ciertos:

Nº Lote
Código SAP:
Nombre genérico
Marca comercial
Referencia
¿Esta exento de látex? ☐ SI

☐ NO

Fecha

Firma



ANEXO III.

CARÁTULA DE SOBRES ¹	
EXPEDIENTE Nº :	SOBRE Nº : <input type="checkbox"/>
Título:	Documentación.....
LICITADOR	DESTINATARIO
Nombre o razón social: Domicilio: Código, localidad y provincia: N.I.F.: Tel. / Fax/ Correo electrónico:	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA REGISTRO GENERAL DEL HOSPITAL C/ Joaquín Rodrigo, 2, (Planta 0, Recursos Humanos) Tel.: 91 191 7400, Fax: 91 316 28 48 28222 Majadahonda / Madrid
Relación de lotes a los que licita: DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL SOLO PARA USO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Enumeración de los documentos que el licitador considera confidenciales y de uso exclusivo para la mesa de contratación en el índice (nombre y firma del apoderado firmante)	Contenido de este sobre: (índice de la documentación aportada) Confidencial SI <input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1).- Cada sobre deberá identificarse exteriormente con esta carátula

