

**EXPEDIENTE: 2018-0-6.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO TITULADO  
“IMPLANTES DE VÁLVULAS DE HIDROCEFALIA” PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
LA PAZ**

**PRIMERA:** El presente contrato tiene por objeto la adquisición de “IMPLANTES DE VÁLVULAS DE HIDROCEFALIA” para el Hospital Universitario La Paz conforme a los que se relaciona en el Anexo I del presente pliego.

**SEGUNDA:** Especificaciones técnicas particulares para cada número de orden:

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

Ver relación Anexo I

**TERCERA:** Especificaciones técnicas comunes para todos los lotes y números de orden.

1. Todos los productos se presentarán envasados individualmente y estériles. Deberán figurar en el envase como mínimo los siguientes datos:
  - Identificación de la empresa y del producto.
  - Número de lote.
  - Período de validez (caducidad).
  - Método de esterilización (cuando proceda).
  - Identificación de material no reutilizable.
  - Marcado CE.
2. Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y si se trata de productos implantables activos, deberán cumplir con el Real Decreto 1616/2009 de 26 de Octubre.
3. Se deberá aportar certificación de producto libre de látex.

4. Plazo de entrega: Desde el envío del pedido por fax ó mail, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Universitario La Paz. En caso de pedidos urgentes, el plazo se reducirá a 24 horas. Los licitadores deberán manifestar de forma expresa, mediante declaración responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.
5. No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de productos.
6. Toda la documentación aportada deberá ser documento original o fotocopia compulsada y deberá estar en castellano. De no ser así, no será tenida en cuenta.

Deberá presentarse al menos:

- Relación de productos ofertados, con descripción técnica de los mismos en el anexo A del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, "insert" o ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

**CUARTA:** Muestras, NO.

No es preciso aportar inicialmente muestras. Si el Servicio lo requiere se podrá solicitar al proveedor las muestras necesarias para su adecuada evaluación.

Se deberá aportar toda la documentación necesaria para la comprensión y evaluación del producto a adquirir. Si el responsable de la evaluación lo considera necesario, podrá solicitar muestras y/o información adicional.

**QUINTA:** Los proveedores adjudicatarios, deberán constituir los depósitos de todos los componentes y medidas a implantar que el centro estime necesario para la realización de la actividad quirúrgica relacionada con el objeto del contrato. Asimismo, cederá sin cargo, el instrumental/equipos necesarios para la implantación del material de manera fácil y precisa. El mantenimiento preventivo y correctivo de dichos equipos en cesión será por cuenta del adjudicatario.

El material en depósito es propiedad del adjudicatario quien realizará un recuento del depósito con la periodicidad que se establezca de común acuerdo con el Hospital en el documento de P.P.T. 2018-0-6

depósito y sin que los recuentos supongan perjuicios o retrasos en la actividad ordinaria del Hospital.

El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que dejará constancia de las referencias, cantidad, nº de lote, nº de serie y fecha de caducidad. Contará con el visto bueno del Servicio Promotor y del Proveedor.

Tras la implantación del material en el paciente, el Hospital hará llegar al proveedor un pedido de facturación y reposición del material implantado. Esta reposición deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas. En el pedido se indicará el material implantado, el lote o nº de serie si corresponde, la referencia del proveedor y el nº de historia del paciente.

El material será recepcionado siempre a través del almacén general del hospital en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas.

El suministrador deberá realizar entregas de material cuya fecha de caducidad garantice su consumo con suficiente antelación. Así mismo, la reposición de posibles unidades defectuosas (si las hubiera) sin coste alguno para el Hospital.

A la finalización del contrato, el adjudicatario retirará los componentes de su propiedad depositados, así como el instrumental y equipamiento cedido para su uso.

El Hospital responderá únicamente de las existencias del material que hayan seguido el circuito establecido.

**SEXTA:** La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

**SÉPTIMA:** El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

EL DIRECTOR GERENTE

## ANEXO I

PROCEDIMIENTO ABIERTO : 2018- 0 - 6  
MATERIAL: **IMPLANTES**  
OBJETO : **VÁLVULAS DE HIDROCEFALIA**

### SUMINISTROS - Prescripciones técnicas

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	I00614	VÁLVULA DE HIDROCEFALIA PROGRAMABLE COMPATIBLE C/RM C/RESERVORIO + MECANISMO DE CONTROL DE FLUJO EN POSICIÓN ORTOSTÁTICA, CON SISTEMA REDUCTOR DE FLUJO QUE AÑADA RESISTENCIA. NO SEPARABLES. LA LONGITUD TOTAL DE (RESERVORIO + VÁLVULA + MECANISMO DE CONTROL DE FLUJO) DEBE SER $\leq 51$ MM. EL PROGRAMADOR DEBE MOSTRAR LA PRESIÓN ACTUAL DE LA VÁLVULA.	UNIDAD	1.481,190	1.346,54	45	66.653,55	60.594,14	10	6.059,41
	2	I01009	CATÉTER VENTRICULAR PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA PROGRAMABLE.	UNIDAD	127,690	116,08182	45	5.746,05	5.223,68	10	522,37
	3	I01266	CATÉTER PERITONEAL Y CATÉTER CARDÍACO PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA PROGRAMABLE.	UNIDAD	184,070	167,33637	45	8.283,15	7.530,14	10	753,01
TOTAL LOTE 1								80.682,75	73.347,96	10	7.334,79
2	4	I02052	VÁLVULA DE HIDROCEFALIA PRESIÓN FIJA (BAJA, MEDIA, ALTA). VARIOS TAMAÑOS (PEQUEÑO, REGULAR) C/RESERVORIO + MECANISMO DE CONTROL DE FLUJO EN POSICIÓN ORTOSTÁTICA, CON SISTEMA REDUCTOR DE FLUJO QUE AÑADA RESISTENCIA. NO SEPARABLES. SIN COMPONENTES METÁLICOS.	UNIDAD	1.320,000	1.200,00	4	5.280,00	4.800,00	10	480,00
	5	I77857	VÁLVULA DE HIDROCEFALIA PRESIÓN FIJA (BAJA, MEDIA, ALTA). VARIOS TAMAÑOS (PEQUEÑO, REGULAR) C/RESERVORIO. SIN COMPONENTES METÁLICOS.	UNIDAD	520,806	473,46	36	18.749,02	17.044,56	10	1.704,46
	6	I83315	CATÉTER VENTRICULAR PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA DE PRESIÓN FIJA.	UNIDAD	127,690	116,08182	40	5.107,60	4.643,27	10	464,33
	7	I83316	CATÉTER PERITONEAL Y CATÉTER CARDÍACO PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA DE PRESIÓN FIJA.	UNIDAD	184,070	167,33637	40	7.362,80	6.693,45	10	669,35
TOTAL LOTE 2								36.499,42	33.181,28	10	3.318,14
TOTALES								117.182,17	106.529,24	10	10.652,93