

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PA SUM 17/002

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el suministro de diverso material fungible para ginecología y sondas vesicales intermitentes necesario para el buen funcionamiento del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
1	1	957	Catéter de presión intrauterino	<ul style="list-style-type: none">- Catéter de material plástico de grado médico, flexible, con transductor en la punta, puerto y lumen.- Atraumático.- Medidas: longitud mínima 81 cm., Ø 3,5 mm. aprox.- De un solo uso.- Exento de látex.- En envase individual estéril, de fácil apertura e identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE.- El adjudicatario se compromete a ceder los cables de conexión necesarios para el uso adecuado de las mismas.- Conexión compatible con cardiotocógrafos<ul style="list-style-type: none">- OXFORD INSTRUMENTS Mod. SONICAID FM 850.- GENERAL ELECTRIC.- Mod. COROMETRICS 259 Aplicación: Para medición de presión uterina en el parto.	300	22,95 €	6.885,00 €	6.885,00 €




Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
2	2	959	Electrodo fetal intrauterino	<ul style="list-style-type: none"> - Electrodo fetal con espiral simple con un tubo conductor, protegiendo el conjunto un tubo guía, introductor o aplicador en cuyo extremo tiene un copo para colocar el electrodo en el cuero cabelludo del feto. - Un solo uso. - Exento de látex. - En envase individual estéril, de fácil apertura e identificación: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote. - Conexión compatible con cardiotocógrafos <ul style="list-style-type: none"> o OXFORD INSTRUMENTS Mod. SONICAID FM 850. o GENERAL ELECTRIC.- Mod. COROMETRICS 259 - El adjudicatario se compromete a ceder los cables de conexión necesarios para el uso adecuado de las mismas. <p>Aplicaciones: Para monitorizar por técnica invasiva, la frecuencia cardiaca del feto durante el parto.</p>	1.000	3,74 €	3.740,00 €	3.740,00 €
3	3	15481	Cánula de maduración cervical, Tipo Cook	<ul style="list-style-type: none"> - Cánula flexible de 40mm - Doble balón de hinchado 80ml - Calibre 18 Fr - Cantidad 20 	20	40€	800 €	800 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
4	4	11027	Sistema de irrigación bomba	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de tubos flexibles. De material de PVC, con mandriles desechables - Con dos punzones perforadores y pinza tipo clamp en cada uno de ellos. - Pinza clamp en la línea principal. - Compatible con equipos HYSTEROFLOW - Envase unitario, estéril, de fácil apertura y con identificación: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. - Exento de látex <p>Aplicación: Para irrigación y aspiración de fluidos en el campo quirúrgico</p>	600	24,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
5	5	956	Papel cardiotocógrafo	<ul style="list-style-type: none"> - Papel térmico plegado liso - Medidas 142 x 150 x 300 - Compatible con aparato cardiotocógrafo Sonicaid 	500	1,85 €	925,00 €	925,00 €
6	6	13984	Papel de cardiotocógrafo	<ul style="list-style-type: none"> - Papel térmico, cuadrícula con escala y plegado en Z de 160 pliegos - Medidas 150 x 90 - Compatible con aparato cardiotocógrafo Corometrics 	1.500	1,50 €	2.250,00 €	2.250,00 €
7	7	950	Sonda vesical intermitente 14ch mujer	<ul style="list-style-type: none"> - Sonda de poliuretano, lubricada en solución salina isotónica (0,9% NaCl). - De baja fricción. - Con dos orificios de drenajes atraumáticos - Recta 	10.000	0,90 €	9.000,00 €	23.940,00 €
	8	9234	Sonda vesical intermitente 12ch mujer		15.000	0,90 €	13.500,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	9	567	Sonda vesical intermitente 10ch mujer	<ul style="list-style-type: none"> - Con código de color para la identificación del calibre. - Conexión con estrías. - En envase individual, estéril. - Exento de látex indicado en envase. - Envase de fácil apertura y con identificación: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, referencia comercial, nº de lote y nombre del fabricante. <p>Aplicación: Cateterismo vesical de corta duración, instilación e irrigación de soluciones.</p>	1.600	0,90€	1.440,00 €	
8	10	8135	Dispositivo bipolar tridimensional para ablación endometrial	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de vaporización endometrial mediante energía bipolar. - Con sistema de seguridad que detecte la perforación uterina. - Con sistema de aspirado continuo para los detritus de la vaporización. - Con filtros incluidos. - Con indicador de medida de anchura de cavidad uterina. - Con Sistema automático de cambio de impedancia en la pared uterina, con objeto de calcular el tiempo de misión de radiofrecuencia. - Estéril, desechable. <p>EL PROVEEDOR ADJUDICATARIO DEBERÁ CEDER EL GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA CUANDO SEA PRECISO, A PETICIÓN DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p>	20	700,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
9	11	5882	Aguja amniocentesis ecoguiada	<ul style="list-style-type: none"> - Aguja con banda ecográfica en la punta para la correcta visualización ecográfica de la aguja - Con estilete interno para evitar la obstrucción del procedimiento de punción. - Bisel afilado que no produzca desgarros - Sistema de conexión fácil y hermética - Exento de látex - En envase individual estéril, de fácil apertura e identificación: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE. <p>FÁCILMENTE DESENFUNDABLE</p> <p>Indicación: Para realización de amniocentesis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 g x 90 mm. 	250	7,10 €	1.775,00 €	2.252,75 €
	12	5883		<ul style="list-style-type: none"> - 21 g X 120 mm 	50	7,35 €	367,50€	
	13	5884		<ul style="list-style-type: none"> - 21 g x 150 mm 	15	7,35 €	110,25€	



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
10	14	11028	Aguja para biopsias coriales transabdominales	<ul style="list-style-type: none"> - Aguja de acero de grado médico de 1.0 x 150 mm, con fiador interno. - Con bandas ecográficas para la correcta visualización ecográfica - Con conexión luer – lock - Bisel afilado que no produzca desgarros - Sistema de conexión fácil y hermética - Exento de látex - En envase individual estéril, de fácil apertura e identificación: Denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, nº de lote, marcado CE. <p>FÁCILMENTE DESENFUNDABLE</p> <p>Indicación: Para realización de biopsias coriales transabdominales</p>	10	55,00€	550,00 €	550,00 €
11	15	11936	Pesario obstétrico para cerclaje cervical Tipo Arabin	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo Árabín, - Pesario obstétrico de material de silicona, flexible y que pueda plegarse para ser insertado sin dolor. - Bordes suaves - Medidas: aprox. - Base: 65mm - Altura: 25mm - Diámetro de agujero superior: 32mm - En envase individual - Exento de látex <p>Indicación: Para prevención de parto prematuro y pacientes con síntomas de prolapso</p>	75	32,00€	2.400,00 €	2.400,00 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
12	16	4473	Test para rotura prematura de membranas	<ul style="list-style-type: none"> - Kit rápido de prueba de diagnóstico no invasora para la rotura de membranas que detecte la PAGM-1 - Formado por: - Tira reactiva en bolsa de papel de aluminio con desecante - Torundas vaginales de poliéster - Vial de plástico con disolvente acuoso - Instrucciones de uso <p>Indicación: Detección de rotura prematura de membranas en mujeres gestantes.</p>	250	13,90€	3.475,00 €	3.475,00 €
13	17	558	Test de embarazo	<ul style="list-style-type: none"> - Kit rápido para detectar la hormona gonadotropina coriónica humana en muestras de sangre y orina. - En envase individual; envase opaco sellado - Almacenaje en temperatura ambiente - Caducidad mayor de seis meses - Instrucciones de uso en español - Formato tipo “jabonera” - Punto en el que aparece efecto prozona o indicación clara de que el test no se ve afectado. - Incluye dosificador de orina (pipeta plástico) 	12.000	0,35€	4.200,00€	4.200,00€
14	18	4472	Test p/medir la madurez del cervix	<ul style="list-style-type: none"> - Kit rápido de prueba de diagnóstico no invasora para evaluar el riesgo de parto prematuro basado en la detección de fibronectina en endocervix 	100	10,00€	1.000,00 €	1.000,00 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
15	19	476	Especulo vaginal desechable	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño normal. - Desechable. - Dispositivo con forma de pico de pato, con dos patas articuladas y mecanismo de auto fijación. - Material: Plástico - Superficie y bordes lisos, sin aristas - Exento de látex - Envasado: envase unitario con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> • Denominación del artículo • Fecha de caducidad • Nº de Lote • Referencia comercial <p>Indicaciones: Facilitar la visión y exploración de la vagina y el cuello uterino.</p>	60.000	0,17 €	10.200,00 €	10.550,00 €
	20	297		<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño virginal. - Desechable. - Con idénticas características 	1.000	0,17 €	170,00 €	
	21	408		<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño grande (múltiparas) - Desechable. - Con idénticas características 	1.000	0,18€	180,00 €	
16	22	15477	Pesario para prolapso uterino. Flexible.	<ul style="list-style-type: none"> - Silicona fácil colocación. Talla 60 mm - Circular 	25	7,25 €	181,25 €	7.395,00 €
	23	15478		<ul style="list-style-type: none"> - Silicona fácil colocación. Talla 65 mm - Circular 	25	7,25 €	181,25 €	



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	24	3744		- Silicona fácil colocación. Talla 70 mm - Circular	600	7,25 €	4.350,00 €	
	25	5779		- Silicona, fácil colocación. Talla 75 mm - Circular	250	7,25 €	1.812,50 €	
	26	3745		- Silicona, fácil colocación. Talla 80 mm - Circular	100	7,25 €	725,00 €	
	27	15479		- Silicona, fácil colocación. Talla 85 mm - Circular -	10	7,25 €	72,50 €	
	28	15480		- Silicona, fácil colocación. Talla 90 mm - Circular	10	7,25 €	72,50 €	
17	29	3881	Dispositivo anticonceptivo Intrauterino	- 35 mm. de longitud. Brazos en T - Superficie de cobre de al menos 375 mm ² . - Hilos de nylon para facilitar la expulsión. - Exento de látex - Presentación estéril. - Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> La denominación del artículo Método de esterilización utilizado Fecha de caducidad Nº de Lote Referencia comercial 	1.000	5,75 €	5.750,00 €	5.750,00 €




Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
18	30	5219	Cánulas de inseminación intrauterina	CANULA INTRAUTERINA - Dos orificios de salida para orientar el fluido hacia las trompas. - Presentación individual estéril. - Esterilización por radiación gamma.	150	5,10€	765,00 €	765,00 €
19	31	329	Cánulas de biopsia endometrial aspirativa	-Tipo Cornier -Agujeros de aspiración en los cuatro puntos cardinales	2.000	2,40€	4.800,00 €	4.800,00 €
20	32	6430	Cabestrillo suburetral de tensión regulable	- Cabestrillo suburetral de malla irreabsorbible de polipropileno monofilamento macroporosa, sustentada por prótesis de titanio y polipropileno que permite ajuste fino de tensión del cabestrillo postoperatoriamente, incluso el reajuste a largo plazo. - Indicaciones: Casos complejos de IU de esfuerzo, con uretra fija o déficit esfinteriano intrínseco o recidivas	12	1.328,57€	15.942,84 €	15.942,84 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
21	33	6054	Sistema de suspensión suburetral libre de tensión trasnsobturatriz	<p>Sistema sin tensión para la incontinencia urinaria femenina a través de la vía obturatriz de dentro hacia fuera.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla de propileno monofilamento, no absorbible - No termo sellada - Pasadores helicoidales de acero quirúrgicos con mangos, desechables o inventariables (que se proporcionarán durante la vigencia del contrato). <p>Indicaciones: Diseñada para la Incontinencia urinaria de esfuerzo primaria por uretra hipermóvil</p>	110	204,40€	22.484,00 €	22.484,00 €
22	33	6043	Malla suave de Polipropileno recortable para corrección del prolapso genital	<ul style="list-style-type: none"> - Parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno. - Tamaño mínimo 10x15 cms. - Hecha de polipropileno monofilamento de baja densidad. - Macro porosa. - No termosellada - Exento de látex - Envasado: Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> • Denominación del artículo • Método de esterilización utilizado • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia comercial <p>Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis</p>	15	132,05 €	1.980,75 €	15.105,75 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	34	7688	Malla completa para corrección del prolapso genital Por vía abdominal (laparoscópica)	<ul style="list-style-type: none"> - Parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno. - Especialmente recortada para corrección del prolapso anterior, posterior y fijación al sacro - Hecha de polipropileno monofilamento de baja densidad. - Macro porosa. - No termosellada - Exento de látex - Envasado: Envase unitario estéril, con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> • Denominación del artículo • Método de esterilización utilizado • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia comercial <p>Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis más severos por vía alta (abdominal-laparoscópica)</p>	15	875,00€	13.125,00 €	
23	35	10266	Malla para prolapso genital anterior con suspensión apical, vía vaginal	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno, parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis completos o anteriores con defecto apical, sólo por vía anterior, con brazos o anclajes de fácil aplicación en membrana obturatriz proximal y ligamentos sacro espinosos - Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis más severos por vía vaginal 	30	740,74€	22.222,20 €	32.629,60 €



Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	36	15483	Malla para prolapso genital anterior con 6 puntos anclaje	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno ultraligera (21 gr/m2), parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada. - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis completo o anterior con defecto apical, sólo por vía anterior, con brazos o anclajes de fácil aplicación a través de una sola incisión vía vaginal. Posibilidad de diferente tamaño para mejor ajuste. - Con instrumentos para las fijaciones en los diferentes niveles reutilizables (vapor en autoclave). <p>Malla para prolapso genital anterior con suspensión apical. Incisión única vía vaginal con 3 niveles (6 puntos de fijación) de apoyo para su corrección: ligamento sacroespinoso, arco tendineo y membrana obturatriz proximal. Cantidad 3</p>	10	740,74 €	7.407,40 €	
	37	10267	Malla para prolapso genital posterior con suspensión apical, vía vaginal	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis en el compartimento posterior y apical con brazos o anclajes superiores de fácil aplicación para los ligamentos sacro espinosos <p>Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis posteriores, con defecto apical, por vía vaginal</p>	5	600,00€	3.000,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
24	38	5419	Dispositivo balón oclusivo para movilizador uterino	- Globos vaginales hinchables de silicona o similar para oclusión vaginal en colpotomizaciones laparoscópicas con movilizador uterino tipo Rumi	50	48,00€	2.400,00 €	2.400,00 €
25	39	7479	Morcelador	- Sistema de corte mecánico, que permite trocear piezas quirúrgicas para su extracción por los trocares de laparoscopia.	20	400,00€	8.000,00 €	8.000,00 €
26	40	5446	Electrodo para conización (vela)	Forma de vela para poder realizar la conización en un solo tiempo, con el tamaño y proporciones necesarias para obtener una buena pieza quirúrgica	400	16,00€	6.400,00 €	9.760,00 €
	41	5443	Electrodo para conización (semicircular)	Forma semicircular, para poder realizar resecciones superficiales del borde exodervical (LLETZ) con el tamaño y proporciones necesarias para obtener una buena pieza quirúrgica	10	16,00€	160,00 €	
	42	5444	Electrodo para conización (bola)	Forma de bola, para poder realizar cauterización del lecho de la conización	200	16,00€	3.200,00 €	
27	43	3127	Electrodo histeroscópico bipolar en punta berbiquí	Material para Generador Versapoint de electrocirugía bipolar <ul style="list-style-type: none"> - Electrodos Histeroscópicos Bipolares. - Desechables e “inteligentes” (Ajustan automáticamente la potencia al valor ideal.) - Diámetro: 5 FR. (1,6 mm.) - Longitud: 360 mm. 	100	190,00	19.000,00 €	19.000,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
28	44	3879	Dispositivo intrauterino tipo Multiload	<ul style="list-style-type: none"> - 35 mm de longitud. - brazos tipo "Multiload" o "ancora" que permitan una fácil extracción. - alta carga de cobre, en general de 375 mm2 - hilos de nylon para su extracción. - introductor graduado. - exento de látex. - envasado unitario estéril. - etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> --denominación del artículo --método de esterilización utilizado. --fecha de caducidad --Nº de lote --referencia comercial. 	24	15,00 €	360,00€	360,00€
29	45	14597	Malla de Prolapso vaginal	Malla completa para corrección del prolapso genital por vía abdominal con fijación al promontorio sacro, de flexibilidad controlada y alta resistencia mecánica.	36	405,00€	14.580,00 €	14.580,00 €
TOTAL.....								250.339,94 €



Segunda.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de ellos.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Tercera.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Cuarta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

EL DIRECTOR GERENTE

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA



ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los 2 sobres dónde deben presentar sus proposiciones deben figurar los siguientes datos:

- El nº de referencia del contrato al que licitan.
- El título del mismo.
- Su respectiva numeración y denominación.
- Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. La documentación técnica que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este pliego se han de incluir en el sobre nº 1 y es causa de exclusión de la oferta, el que presenten en dicho sobre documentación de carácter económico.

3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.

4. Las ofertas económicas en los concursos abiertos deberán presentarse por duplicado.

5. Deben presentar en el sobre nº 1 escrito con los números de lote a los que licitan.

6. En la oferta económica se han de incluir las referencias de su empresa del artículo ofertado así como la unidad mínima de venta.