

EXPTE: A/SUM-005234/2017

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENDOSCOPIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

### PRIMERA: DEFINICIÓN DEL OBJETO: ARTÍCULOS/CANTIDAD/PRECIO

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de suministro de material de endoscopias para el Hospital Universitario de Móstoles.

### SEGUNDA: DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS

## DIGESTIVO

### LOTE 1: MATERIAL PARA CPRE

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
1	1	ESFINTEROTOMO 3 VIAS CURVO CORTE 30MM 4CH X 190-200CM	Esfinterotomo <u>para guía de 0,025"</u> . Precurvado, de tres vías Con punta de aproximadamente 4 CH Hilo de corte de monofilamento entre 20-30mm Longitud 190-200cm Recubrimiento de seguridad para evitar daño tisular. Excelente visibilidad bajo fluoroscopia Mango ergonómico y preferiblemente giratorio Desechable y estéril	40	120,0000
1	2	ESFINTEROTOMO 3VIAS CURVO CORTE 30MM 4,5CHX190-200CM	Esfinterotomo para guía de <u>0,035"</u> . Precurvado, de tres vías Con punta corta de aproximadamente 4,5 CH Hilo de corte de monofilamento de 20- 30mm Longitud 190-200cm Recubrimiento de seguridad para evitar daño tisular. Excelente visibilidad bajo fluoroscopia Mango ergonómico y preferiblemente giratorio Desechable y estéril.	150	120,0000

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
1	3	GUIA HIDROFILICA ESFINTEROTOMIA PUNTA RECTA 0,025"X260CM ALTO RENDIMIENTO	Para procedimientos diagnósticos y terapéuticos en las Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE). Guía biliar con recubrimiento externo hidrofílico. Recta. Alma de nitinol. Buena visualización fluroscópica y suficiente rigidez para el empuje. Cuerpo de la guía flexible y resistente al acodamiento, Diámetro de 0,025"y de 0,035", 260 cm de longitud aproximadamente. Marcadores en toda su longitud que permita la visualización endoscópica. Estéril, de un solo uso.	70	100,0000
1	4	GUIA HIDROFILICA ESFINTEROTOMIA PUNTA RECTA 0,035"X260CM ALTO RENDIMIENTO	Cepillo citológico biliar de tres luces. Con conector para la inyección de contraste. Para guías de 0,035". Marcador radiopaco en el extremo distal. En envase individual estéril. De un solo uso.	170	100,0000
1	5	CEPILLO CITOLOGICO BILIAR CON CONTROL RX 200MM GUIA 0,035"	Catéter extractor de cálculos biliares. De tres luces. Balón multiradial entre 8.5 y 15mm. Catéter de 7FR. Longitud del sistema de 190-210cm aproximadamente. Inyección por encima del balón en el orden nº 6 (material 103070). Inyección por debajo del balón en el orden nº 7 (material 102320). De un solo uso.	30	134,2600
1	6	CATETER BILIAR FOGARTY 3 VIAS CON BALON ENTRE 8,5- 15MM 7FR. INYECCIÓN POR ENCIMA DEL BALÓN		120	110,0000
1	7	CATETER BILIAR FOGARTY 3 VIAS CON BALON ENTRE 8,5- 15MM. INYECCION POR DEBAJO DEL BALÓN		20	110,0000

## LOTE 2: ASAS PARA POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
2	8	ASA POLIPECTOMIA OVALADA 2,8MM X230CM LAZO 25MM	Asa de polipectomía ovalada. Mango pequeño graduado con marcas de medición Para canal de trabajo de 2,8 mm de diámetro y 230 cm longitud aproximadamente Lazo de 25mm de apertura, trenzado. Desechable	1700	16,0000

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
2	9	ASA POLIPECTOMÍA OVALADA 2,8MMX230CM LAZO 15MM	Asa de polipectomía ovalada. Mango pequeño graduado con marcas de medición Para canal de trabajo 2,8 mm de diámetro y 230 cm longitud aproximadamente Lazo de 15mm de apertura. Desechable	720	17,0000

### LOTE 3: ASAS POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA CON AGUJA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
3	10	ASA POLIPECTOMÍA OVALADA 3MMX230CM LAZO 25MM C/AGUJA ESCLEROSIS	Asa de polipectomía ovalada para pólipos sésiles o aplanados. 3 mm de diámetro y 230 cm longitud aproximadamente Lazo de 25mm de apertura Aguja de esclerosis de 5mm Desechable	50	89,0054

### LOTE 4: ASAS POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA SIN AGUJA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
4	11	ASA POLIPECTOMIA OVALADA 2,3MMX230CM LAZO 30MM	Asa para polipectomía para pólipos planos. Plana simétrica 2,3mm de diámetro 230 cm longitud aproximada Apertura del lazo 30x60mm aproximadamente Desechable	80	31,8180

### LOTE 5: LIGADURA ENDOSCÓPICA DESECHABLE

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
5	12	LIGADURA ENDOSCOPICA 2,8X2300MM LAZO 30MM	Dispositivo de ligadura de un solo uso Indicado en la ligadura de pólipos previa a la polipectomía Lazo precargado, de un solo uso Mango integral Para canal de trabajo de 2,8 mm aproximadamente Longitud de trabajo 2300 mm aproximado Lazo Ø 30 mm Desechable.	60	108,6000

# **LOTE 6: PINZAS PARA BIOPSIA ENDOSCÓPICA DESECHABLES**

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
6	13	PINZA BIOPSIA DIGESTIVA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA 2,2MMX160CM	De acero inoxidable. Con diseño de microdientes en todo el diámetro de la cazoleta Longitud 160 cm aproximadamente. Con cazoleta ovalada, dentada, fenestrada y sin aguja. Compatible con canal de trabajo de 2.8mm. Para gastroscopia. Desechable	3400	9,0000
6	14	PINZA BIOPSIA OVAL FENESTRADA CON AGUJA 2,2MMX160CM	De acero inoxidable. Con diseño de microdientes en todo el diámetro de la cazoleta Longitud 160cm aproximadamente. Con cazoleta ovalada, dentada, fenestrada, con aguja. Compatible con canal de trabajo de 2.8mm. Para gastroscopia. Desechable	600	9,0000
6	15	PINZA BIOPSIA OVAL FENESTRADA CON AGUJA 2,2MMX240CM	De acero inoxidable. Con diseño de microdientes en todo el diámetro de la cazoleta Longitud 240 cm aproximadamente. Con cuchara ovalada, dentada, fenestrada, con aguja. Compatible con canal de trabajo de 2.8mm. Para colonoscopia. Desechable	600	9,0000
6	16	PINZA BIOPSIA DIGESTIVA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA 2,2MM 230CM LONGITUD	De acero inoxidable. Con diseño de microdientes en todo el diámetro de la cazoleta Longitud 230-240cm aproximadamente. Con cazoleta ovalada, dentada, fenestrada y sin aguja. Compatible con canal de trabajo de 2.8mm. Para colonoscopia. Desechable	3400	9,0000

### LOTE 7: EXTRACTOR PÓLIPOS DIGESTIVOS DESECHABLES

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
7	17	EXTRACTOR POLIPOS TRES PATAS ATRAUMÁTICAS TUBO PTFE 2,3MM X230 CM.	Extractor para pólipos tipo trípode. Para la extracción de pólipos y cuerpos extraños. Puntas distales anillas atraumáticas para minimizar el daño tisular De 2,3 mm de diámetro y 230 cm de longitud aproximada 20 mm de apertura. Vaina recubierta de PTFE Desechable	60	39,0000

### LOTE 8: AGUJAS DE ESCLEROSIS

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
8	18	AGUJA ESCLEROSIS GASTROSCOPIA 23GX4MM 165CM	Con catéter interno que tenga un diseño que facilite el avance de la aguja Con conector de bloqueo y clip de seguridad para mantener la posición de la aguja dentro de la vaina. De bajo perfil. Compatible con canal de trabajo de 2.8. Aguja de 23G y de 165cm de longitud aproximada. Tamaño de la aguja de 4 mm. Desechable.	280	22,0000
8	19	AGUJA ESCLEROSIS COLONOSCOPIA 23GX4MM 230CM	Con catéter interno que tenga un diseño que facilite el avance de la aguja Con conector de bloqueo y clip de seguridad para mantener la posición de la aguja dentro de la vaina. De bajo perfil. Compatible con canal de trabajo de 2.8. Aguja 23G de 230 cm de longitud aproximada. Tamaño de la aguja de 4mm Desechable	1000	20,1900

### LOTE 9: DILATADORES ENDOSCÓPICOS

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
9	20	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLONICO 1 VIA BALON 10-11-12MMX55MM 240CM	Catéter de dilatación multirradial, con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón.	10	312,1495

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
			De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 10-11-12mm y 5 cm de longitud. Medidas aproximadas Longitud del catéter de 240 cm aprox. Desechable		
9	21	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLONICO 1 VIA BALON 12-13,5-15MMX55MM 240CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 12-13.5-15 mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 240 cm Desechable	20	312,1481
9	22	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLONICO 1VIA CON BALON 15-16,5-18X55MM 240 CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 15-16.5-18mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 240 cm Desechable	12	312,1481
9	23	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLONICO 1 VIA BALON 18-19-20MMX55MM 240CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 18-19-20 mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 240 cm Desechable	12	312,1481
9	24	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO 1 VIA BALON 8-9-10MMX55MM 180CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 8-9-10 mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 180	12	312,1481

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
			cm Desechable		
9	25	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO 1 VIA BALON 10-11-12MMX55MM 180CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 10-11-12 mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 180 cm Desechable	10	312,1400
9	26	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO 1 VIA BALON 12-13,5- 15MMX55MM180CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 12-13.5-15 mm y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 180 cm Desechable	20	312,1481
9	27	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO 1 VIA BALON 15-16,5-18MMX55MM 180CM	Catéter de dilatación con expansión radial controlada. De pébax, polietileno o nylon que aumenta la resistencia del balón. De extremos redondeados Con dos- tres diámetros de dilatación en el mismo balón, de 15-16.5-18 y de 5 cm de longitud. Longitud del catéter de 180 cm Desechable	20	312,1400
<b>Las medidas de los balones son aproximadas debiendo considerarse que se debe cumplir el mínimo (al menos 8-8,5 mm) y el máximo (20mm) descritos permitiendo la distribución de los rangos de diferente forma a la indicada, teniendo en cuenta que las diferencias de diámetro del inflado del balón no debe ser superior a 1,5 cm entre cada una de las medidas del balón y del mismo catéter. El licitador debe garantizar la cobertura de las medidas descritas</b>					
9	28	SISTEMAS INFLADO BALON CON CONTROL DE PRESION	Sistema de inflado con control de presión	24	51,4500

### LOTE 10: MATERIAL PARA LIGADURA ENDOSCÓPICA

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
10	29	EQUIPO LIGADURA ENDOSCOPICA MULTIBANDA P/VARICES ESOFAGICAS Y HEMORROIDES ANORECTALES	Unidad de ligado transparente con cable de acero y con sistema de alineación con el canal de trabajo. Con al menos 7 bandas premontadas. Exento de látex	30	143,7000

### LOTE 11: MATERIAL ACCESORIO GENERAL

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
11	30	ABREBOCAS DE GOMA AJUSTABLE NO LATEX, DESECHABLE	Para endoscopia para adulto Desechable. Con aberturas laterales amplias que permita el paso de tubo endotraqueal y succión de secreciones. Con sistema de fijación	5400	1,9300

### LOTE 12: APLICADORES DE CLIP

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
12	31	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO 2,8X1550MM CLIP 11MM P/ENDOSCOPIA	Aplicador clip hemostático para hemostasia en lesiones mucosas/submucosas, úlceras, arterias y pólipos. Para canal de trabajo 2,8mm, con mango ergonómico integrado y premontado. Sistema del mango rotatorio que haga rotar 360° el clip en el extremo distal, lo que facilita el posicionamiento del clip y aumenta la manejabilidad del dispositivo. El clip debe poder introducirse en el interior de la vaina. El clip debe permitir la apertura y cierre en diferentes ocasiones para asegurar su correcta posición antes de "liberarlo". Longitud 1550 mm aproximada Apertura del clip 11mm Libre de látex Para gastroscopia Estéril. Un solo uso	64	92,0200
12	32	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO 2,8X2350MM CLIP 11MM P/ENDOSCOPIA	Aplicador clip hemostático para hemostasia en lesiones mucosas/submucosas, úlceras, arterias y pólipos. Para canal de trabajo 2,8mm, con mango	150	92,0200



Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
			<p>ergonómico integrado y premontado.</p> <p>Sistema del mango rotatorio que haga rotar 360° el clip en el extremo distal, lo que facilita el posicionamiento del clip y aumenta la manejabilidad del dispositivo.</p> <p>El clip debe poder introducirse en el interior de la vaina.</p> <p>El clip debe permitir la apertura y cierre en diferentes ocasiones para asegurar su correcta posición antes de "liberarlo".</p> <p>Longitud 2350 mm</p> <p>Apertura del clip al menos 11mm</p> <p>Libre de látex</p> <p>Para colonoscopia.</p> <p>Estéril. Un solo uso.</p>		

### LOTE 13: CESTA EXTRACCIÓN CUERPOS EXTRAÑOS

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
13	33	CESTA EXTRACCION CUERPOS EXTRAÑOS 2,5MMX230CM RED 3X6CM	<p>Cesta de extracción de cuerpos extraños</p> <p>Diámetro 2,5mm</p> <p>Longitud 230cm</p> <p>Red de 3x6cm</p>	400	60,0000

### LOTE 14: CATÉTER PULVERIZACIÓN

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
14	34	CATETER PULVERIZACION ENDOSCOPICA 2,3MMX230CM	<p>Para pulverizar un líquido sobre la mucosa gastrointestinal durante un examen endoscópico.</p> <p>Debe pulverizar sin hacer gota gruesa.</p> <p>Longitud: 220-240 cm aproximadamente</p> <p>Para canal de trabajo de 2,8mm</p> <p>Estéril</p> <p>De un solo uso</p>	160	55,5500

### LOTE 15: CEPILLOS CITOLÓGICOS ENDOSCÓPICOS I

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
15	35	CEPILLO CITOLOGÍA ENDOSCOPIA 2,2MMX160CM PARA CANAL DE TRABAJO 2,8	Cepillo para la obtención de citología endoscópica (gastroscopia y colonoscopia). De fácil introducción a través del canal del endoscopio. Para guías de 0,035". Facilidad de movimientos de vaivén del cepillo una vez colocado para poder realizar varios pases en el mismo acto. Vaina protectora en el extremo que resguarde el cepillo preservando la integridad de la muestra obtenida Medidas y canales de trabajo aproximados. En envase individual estéril. De un solo uso	80	19,0000
15	36	CEPILLO CITOLOGÍA ENDOSCOPIA 2,3MMX230CM PARA CANAL DE TRABAJO 3,2		120	134,2600

## NEUMOLOGÍA

### LOTE 16: CEPILLOS CITOLÓGICOS ENDOSCÓPICOS II

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
16	37	CEPILLO CITOLOGICO ENDOSCOPICO 1,8MM 120CM	Cepillo para la obtención de citología endoscópica bronquial. De fácil introducción a través del canal del endoscopio. Para guías de 0,035". Facilidad de movimientos de vaivén del cepillo una vez colocado para poder realizar varios pases en el mismo acto. Vaina protectora en el extremo que resguarde el cepillo preservando la integridad de la muestra obtenida En envase individual estéril. De un solo uso Para canal de trabajo de 2,0 mm y una longitud de 120 cm aproximadamente. Desechable	540	14,9532

### LOTE 17: AGUJAS TRANSBRONQUIALES

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
17	38	AGUJA BIOPSIA TRANSBRONQUIAL 21GX13MM 105CM	Aguja de aspiración bronquial de 21 G y 13 mm. Longitud de trabajo 105cm aproximadamente. Compatible con vaina de este mismo lote.	100	73,0000
17	39	VAINA METALICA PARA AGUJA BIOPSIA TRANSBRONQUIAL 21GX13MM 105CM	Vaina exterior reutilizable para combinar con aguja de un solo uso de este mismo lote. Diámetro mínimo del canal de 2 mm y longitud 105 cm aproximado. Con tope de seguridad bidireccional para proteger endoscopios	20	217,0000

### LOTE 18: PINZAS PARA BIOPSIA BRONQUIAL

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
18	40	PINZA BIOPSIA BRONQUIAL BOCA FENESTRADA Y REDONDA DIAMETRO 2MM 1050MM LONGITUD SIN AGUJA REUTILIZABLE	Pinzas para biopsia bronquial fenestrada. Con cazoletas ovaladas para biopsia de mayor tamaño. Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción. De 2,0 mm de diámetro del canal y 1050 mm de longitud aproximada. Reutilizable	100	364,0000
18	41	PINZA BIOPSIA BRONQUIAL BOCA FENESTRADA Y REDONDA DIAMETRO 2MM 1050MM LONGITUD CON AGUJA REUTILIZABLE	Pinzas para biopsia bronquial fenestrada. Con cazoletas ovaladas para biopsia de mayor tamaño. Con aguja para mejorar el anclaje. Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción. De 2,0 mm de diámetro del canal y 1050 mm de longitud aproximada. Reutilizable.	60	242,0000

### LOTE 19: ACCESORIOS PARA ENDOSCOPIOS

Lote	Nº orden	Nombre artículo	Descripción técnica	Cantidad	Precio unitario
19	42	VALVULA CANAL BIOPSIA PARA BRONCOSCOPIOS OLYMPUS DESECHABLE	Compatible con el BRONCOSCOPIO y ENDOSCOPIO marca OLYMPUS.	800	3,0700
19	43	VALVULA ASPIRACION PARA BRONCOSCOPIOS OLYMPUS DESECHABLE		800	5,9500
19	44	VALVULA TAPON CANAL DE TRABAJO DE BIOPSIA PARA ENDOSCOPIO		2000	3,1700

### TERCERA.- NORMATIVA

Todos los productos objeto de este contrato deberán cumplir con la normativa en vigor durante toda la vigencia del contrato, con especial referencia al Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y, en su caso, la Orden 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo de Madrid por la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid, así como la Resolución de 8 de febrero de 2006 del Director General de Salud Pública y Alimentación de la comunidad de Madrid.

En cuanto a la señalización en el envase de los productos habrá de aplicarse las normativas europeas EN 980: 2003 y EN 980:2008.

### CUARTA.- ENTREGAS DE MUESTRAS

- 1) Las muestras que presenten al licitar a un expediente deberán remitirse al **ALMACÉN GENERAL** del Hospital Universitario de Móstoles siempre con una relación de las mismas (con copia en el exterior). **En ningún caso se entregarán en el REGISTRO junto con los sobres.**
- 2) Cada producto deberá estar etiquetado exteriormente con los siguientes datos:
  - Nombre de la empresa
  - Código del producto dado por el Hospital (aunque conste el código o la referencia de la empresa)
  - Oferta base
  - Número del expediente
- 3) En el embalaje exterior indicarán también:
  - MUESTRAS
  - Número de expediente
  - Nombre de la Empresa

- 4) Se evitarán embalajes excesivos o voluminosos. Si el volumen y/o el peso total/es fuera elevado deberán repartir las muestras e varios paquetes o embalajes.
- 5) Para evitar manipulaciones innecesarias y posibles errores, nunca enviarán muestras de varios expedientes de licitación en un mismo embalaje, aunque la empresa licite simultáneamente a varios.
- 6) Se entregarán **2 unidades de cada nº de orden salvo el nº de orden 42, 43 y 44 que se entregará una**, tal como vayan a suministrarse con el fin de valorar su calidad.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los materiales ofertados, se podrán solicitar más muestras o demostraciones en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

- 7) La no presentación de las muestras será motivo de exclusión.

#### QUINTA.- CAMBIOS DE REFERENCIA

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las características ofertadas del producto, de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales que utilizan el material, se podrán sustituir las referencias ofertadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y funcionalidad del producto y se mantengan sin variar los precios unitarios, previa solicitud a la Unidad de contratación y autorización del responsable del contrato.

Móstoles, a 3 de abril de 2017

JEFE DE SERVICIO DE  
NEUMOLOGÍA

  
Dra. Dolores ALVARO ALVAREZ

EL JEFE DE SECCIÓN DE  
DIGESTIVO

  
Dr. Diego MORENO SÁNCHEZ

VºBº  
EL DIRECTOR GERENTE

  
Manuel GALINDO GALLEG0