

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE DESFIBRILADORES SUBCUTÁNEOS**

Expediente P.A. 2017 – 0 - 027


1. DEFINICION DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO

LOTE	NOMBRE DEL ARTICULO
1.1	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO
1.2	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN DE ELECTRODO SUBCUTÁNEO
1.3	ELECTRODO SUBCUTÁNEO

2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	311414	DESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Generador con circuito eléctrico, condensadores y baterías encapsulados en una carcasa de titanio, con un cabezal de plástico para conectar el electrodo al generador. - Implantable sin uso de fluoroscopia.
1.2	311420	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN DE ELECTRODO SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de tunelización. - Un solo uso. - Longitud: 36,5 cm
1.3	311419	ELECTRODO SUBCUTÁNEO <ul style="list-style-type: none"> - Implante permanente. - Tripolar. - 45 cm de longitud

En Madrid, a 27 de Julio del 2017



Fdo.: Dr. Pérez Villacastín

Unidad de Arritmias

