

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
3	3	10266	Malla para prolapso genital anterior con suspensión apical, vía vaginal	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno, parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis completos o anteriores con defecto apical, sólo por vía anterior, con brazos o anclajes de fácil aplicación en membrana obturatriz proximal y ligamentos sacro espinosos - Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis más severos por vía vaginal 	30	740,74€	22.222,20 €	22.222,20 €
4	4	15483	Malla para prolapso genital anterior con 6 puntos anclaje	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno ultraligera (21 gr/m2), parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada. - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis completo o anterior con defecto apical, sólo por vía anterior, con brazos o anclajes de fácil aplicación a través de una sola incisión vía vaginal. Posibilidad de diferente tamaño para mejor ajuste. - Con instrumentos para las fijaciones en los diferentes niveles reutilizables (vapor en autoclave). <p>Malla para prolapso genital anterior con suspensión apical. Incisión única vía vaginal con 3 niveles (6 puntos de fijación) de apoyo para su corrección: ligamento sacroespinoso, arco tendineo y membrana obturatriz proximal.</p> <p>Cantidad 3</p>	10	740,74 €	7.407,40 €	7.407,40 €

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PA SUM 17/038

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el suministro de diverso material fungible para ginecología necesario para el buen funcionamiento del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
1	1	3881	Dispositivo anticonceptivo Intrauterino	<ul style="list-style-type: none"> - 35 mm.aproximadamente de longitud. Brazos en T - Superficie de cobre de al menos 375 mm2. - Hilos de nylon para facilitar la expulsión. - Exento de látex - Presentación estéril. - Envasado: Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: <ul style="list-style-type: none"> • La denominación del artículo • Método de esterilización utilizado • Fecha de caducidad • Nº de Lote • Referencia comercial 	1.000	5,75 €	5.750,00 €	5.750,00 €
2	2	6430	Cabestrillo suburetral de tensión regulable	<ul style="list-style-type: none"> - Cabestrillo suburetral de malla irreabsorbible de polipropileno monofilamento macroporosa, sustentada por prótesis de titanio y polipropileno que permite ajuste fino de tensión del cabestrillo postoperatoriamente, incluso el reajuste a largo plazo. - Indicaciones: Casos complejos de IU de esfuerzo, con uretra fija o déficit esfinteriano intrínseco o recidivas 	12	1.750,00€	21.000,00 €	21.000,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES	CANTIDAD ESTIMADA 24 meses	PRECIO IVA EXCLUIDO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
5	5	10267	Malla para prolapso genital posterior con suspensión apical, vía vaginal	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de polipropileno parcialmente absorbible o con tratamiento homologado que disminuya la respuesta inflamatoria de los tejidos a la malla de polipropileno, monofilamento de baja densidad, macro porosa, no termo sellada - Recortada específicamente para reparar defectos de suelo de pelvis en el compartimento posterior y apical con brazos o anclajes superiores de fácil aplicación para los ligamentos sacro espinosos <p>Indicaciones: Diseñada para corregir los defectos del suelo de la pelvis posteriores, con defecto apical, por vía vaginal</p>	10	600,00€	6.000,00 €	6.000,00 €
6	6	7479	Morcelador	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de corte mecánico, que permite trocar piezas quirúrgicas para su extracción por los trocares de laparoscopia. 	20	465,00€	9.300,00 €	9.300,00 €
7	7	5446	Electrodo para conización (vela)	Forma de vela para poder realizar la conización en un solo tiempo, con el tamaño y proporciones necesarias para obtener una buena pieza quirúrgica	400	16,00€	6.400,00 €	6.400,00 €
8	8	5443	Electrodo para conización (semicircular)	Forma semicircular, para poder realizar resecciones superficiales del borde exodervical (LLETZ) con el tamaño y proporciones necesarias para obtener una buena pieza quirúrgica	200	16,00€	3.200,00 €	3.200,00 €
TOTAL.....								81.279,60 €

Segunda.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios componentes, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de ellos. Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Tercera.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continúa los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Cuarta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Fuenlabrada a 25 de septiembre de 2017

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo: Carlos Mur de Viu Bernard

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA


**Red
H s H
Madrid
Hospitales sin Humo**
ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

**ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
 - 1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones deben figurar los siguientes datos:
 - El nº de referencia del contrato al que licitan.
 - El título del mismo.
 - Su respectiva numeración y denominación.
 - Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.
 - 1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
2. La documentación técnica que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este pliego se han de incluir en el sobre nº 1 y es causa de exclusión de la oferta, el que presenten en dicho sobre documentación de carácter económico.
3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.
4. Las ofertas económicas en los concursos abiertos deberán presentarse por duplicado.
5. Deben presentar en el sobre nº 1 escrito con los números de lote a los que licitan.
6. En la oferta económica se han de incluir las referencias de su empresa del artículo ofertado así como la unidad mínima de venta.