

EXPEDIENTE 2017-3-67

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDICINA APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE".

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del *SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDICINA APARATO DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"*.

LOTE 1: EQUIPO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA

Características:

Elastógrafo

- Sistema de elastografía transitoria a vibración controlada a 50HZ.
- Disco duro de alta capacidad para almacenamiento y consulta de exploraciones
- Medición de elastografía (Stiffness): E min: 1,5 kPa; E max: 75 kPa
- Monitor táctil de al menos 15 pulgadas
- Motor de elastometria de alta velocidad.
- Software específico para el cálculo y cuantificación de esteatosis hepática.
- Posibilidad de conectar 2 sondas simultáneamente
- Software específico para la recomendación de sonda a utilizar
- Puertos USB para la exportación/importación de datos.
- Capacidad de integración con los sistemas de información del hospital
- Clasificación: clase IIa (directiva 93/42/EC)
- Manejo sencillo sin necesidad de formación en ecografía abdominal
- Sonda M para exploraciones entre 2,5cm y 6,5cm
- Frecuencia de la sonda de 3,5Mhz
- Diámetro de la sonda inferior a 8mm

Sonda para pacientes obesos:

- Frecuencia de funcionamiento de 2,5Mhz
- Diámetro de la sonda inferior a 11mm
- Campo de exploración entre 3,5cm y 7,5cm
- Para uso en pacientes con una distancia piel-cápsula superior a 2,5cm e inferior a 3,5cm
- Conexión tipo push-pull


Sonda pediátrica:

- Frecuencia de funcionamiento de 5Mhz
- Diámetro de la sonda inferior a 5mm
- Campo de exploración entre 1,5cm y 5cm
- Para uso en pacientes con una distancia piel-cápsula inferior a 2cm
- Conexión tipo push-pull

Muestras: NO

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 5 de octubre de 2017



Fdo. Dr. Ferro Osuna
Subdirecto Médico Área Quirúrgica



Fdo. Dr. Gregorio Castellano Tortajada
Jefe de Servicio de Med.Aparato Digestivo

EXPEDIENTE 2017-3-67

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA CON DESTINO AL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 2 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO		
					BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	222200	EQUIPO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA	1	83.129,00	83.129,00	17.457,09	100.586,09