

EXPEDIENTE 2017-0-28

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL PARA MEDIO PLAZO (UNI Y BIVENTRICULAR), PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de SISTEMAS DE ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL PARA MEDIO PLAZO (UNI Y BIVENTRICULAR), PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA.

**SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL PARA MEDIO PLAZO UNI Y BIVENTRICULAR, COMPUESTO POR:**

- Ventrículos con válvulas de poliuretano o mecánicas bivalvas, con triple membrana, transparente y amplio rango de volúmenes (10,15, 25, 30, 50, 60 y 80 ml).
- Cánulas de silicona para ápex, aurícula y arteriales, con anillo de sutura, titanio interno para visualización por Rx. Rango de medidas variado (5, 6, 9 y 12 mm).
- Accesorios para purgado de ventrículos, compuesto por trocar elimina-burbujas y pistola de prensado.
- Tubos de conexión a consola.

LOTE	ORDEN	CODIGO ARTÍCULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	058259	SISTEMA ASISTENCIA VENTRICULAR UNIVENTRICULAR
	2		SISTEMA ASISTENCIA VENTRICULAR BIVENTRICULAR

**OTROS REQUISITOS:**

**El adjudicatario cederá por cada intervención dos equipos:**

- Uno para **control del paciente en quirófano**, uvi y planta de hospitalización con ajustes de diástole, sístole, % sístole y frecuencia cardiaca en ordenador incorporado, con amplios rangos de parámetros de ajuste.

- Uno para **control ambulatorio** para posibilidad de alta domiciliaria del paciente. Compuesta de dos baterías, dos motores, cargador de baterías y ordenador portátil para seguimiento en hospital, más dos baterías y un motor de repuesto.

Los licitadores deberán indicar en la oferta económica el **precio de la asistencia diaria del equipo** (hospitalización/domiciliaria), que no será superior a 100€/día (iva excluido), para que en su caso y tras la implantación se tramite el procedimiento correspondiente.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 16 de Febrero de 2017

EL SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA,

Dr. Manuel Ferro Osuna




POR EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA,

EL JEFE DE SERVICIO



Dr. José Mª Cortina Romero

MEDICO ADJUNTO,



Dr. Enrique Pérez de la Sota

ANEXO AL PLIEGO

EXPEDIENTE : 2017-  
0-28

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMA ASISTENCIA VENTRICULAR FLUJO PULSATIL PARA MEDIO PLAZO (UNI Y BIVENTRICULAR)

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIG O ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO
						BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	058259	Sistema asistencia ventricular univentricular	4	29.349,53	117.398,12	11.739,81	129.137,93	117.398,12	
	2		Sistema asistencia ventricular biventricular	1	58.699,07	58.699,07	5.869,91	64.568,98	58.699,07	
						<b>176.097,19</b>	<b>17.609,72</b>	<b>193.706,91</b>	<b>176.097,19</b>	
						<b>VALOR ESTIMADO 20%.....</b>				<b>211.316,63</b>