

EXPEDIENTE 2017-0-57

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE AGUJAS DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **AGUJAS DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL**.

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION
1	1	<p><b>AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS, PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22 G DE DIAMETRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de acero inoxidable para punción guiada por ultrasonidos mediante ecobroncoscopio, con vaina metálica de acero inoxidable en toda su longitud y la parte distal recubierta con material de teflón.</li> <li>• Mango ergonómico y de seguridad con dos puntos ajustable para proteger el canal del endoscopio.</li> <li>• Estilete metálico para mayor estabilidad de la aguja</li> <li>• Facilidad para reinsertar el estilete si se punciona más de una vez.</li> <li>• Aguja con bisel afilado que permita punción incluso en lesiones duras.</li> <li>• Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogeneidad para visibilidad ecográfica.</li> <li>• Longitud ajustable desde 0 hasta 4 cm con sistema de sujeción y tope de seguridad de 20mm</li> <li>• Fijación de la aguja al endoscopio mediante sistema de “pasador”</li> <li>• La aguja debe permitir una excelente maniobrabilidad del endoscopio.</li> <li>• Para canal de trabajo de 2.0 mm</li> <li>• Longitud máxima de 700 mm</li> <li>• Estéril con fecha de envasado y caducidad</li> <li>• Jeringa de vacío de 20 ml ajustable según las necesidades ((estéril con fecha de envasado y caducidad)</li> <li>• Un solo uso</li> <li>• Compatible con los Eco-Broncoscopios existentes en el Servicio.</li> </ul>
	2	<p><b>AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS, PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 19 G DE DIAMETRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de acero inoxidable para punción guiada por ultrasonidos mediante ecobroncoscopio, con vaina de teflón en toda su longitud.</li> <li>• Mango ergonómico y de seguridad con dos puntos ajustable para proteger el canal del endoscopio.</li> <li>• Estilete metálico para mayor estabilidad de la aguja</li> <li>• Facilidad para reinsertar el estilete si se punciona más de una vez.</li> <li>• Aguja con bisel afilado que permita una excelente punción incluso en lesiones duras.</li> </ul>

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogeneidad para visibilidad ecográfica.</li> <li>• Longitud ajustable desde 0 hasta 4 cm con sistema de sujeción y tope de seguridad de 20mm</li> <li>• Fijación de la aguja al endoscopio mediante sistema de "pasador"</li> <li>• La aguja debe permitir una excelente maniobrabilidad del endoscopio.</li> <li>• Jeringa de vacío de 20 ml ajustable según necesidades.</li> <li>• Para canal de trabajo de 2.2 mm</li> <li>• Longitud máxima de 700 mm</li> <li>• Estéril con fecha de envasado y caducidad.</li> <li>• Un solo uso</li> <li>• Compatible con los Eco-Broncoscopios existentes en el Servicio</li> </ul>
2	3	<p><b>AGUJA PARA PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA USO CON BRONCSCOPIO DE 21 G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de citología para punción transbronquial de acero inoxidable</li> <li>• Catéter de material plástico y liso translúcido para reconocimiento de sangre.</li> <li>• Excelente capacidad de punción</li> <li>• Disponibilidad de Longitud de la aguja de 13 mm y 15 mm</li> <li>• Mango ergonómico integrado con sistema de seguridad "stop" bidireccional.</li> <li>• Deben ser compatibles con el sistema GuideSheath para toma de muestras de lesiones periféricas.</li> <li>• Para canal de trabajo de 2.0 mm</li> <li>• Longitud máxima de 1150 mm</li> <li>• Estéril con fecha de envasado y caducidad.</li> <li>• Un solo uso</li> <li>• Compatible con los Broncoscopios existentes en el Servicio</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI. DOS UNIDADES POR CADA LOTE/ORDEN**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 18 de junio de 2017

SERVICIO DE NEUMOLOGIA



Fdo. Dr. Eduardo de Miguel Poch

JEFE SERVICIO NEUMOLOGIA



Fdo. Dra. Villena Garrido

EL SUBDIRECTOR MEDICO  
ÁREA MÉDICA,



Fdo. Dr. Rivas Clemente

P.A. Dr. Ferro Osuna

EXPEDIENTE 2017-0-57

ANEXO AL PLIEGO

OBJETO: SUMINISTRO DE "AGUJAS DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID"

PRESUPUESTO											
LOT E	ORDE N	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROG A 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	010892	AGUJA PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA USO CON ECOBRONCSCOPIO DE 22 G	120	120	205,00	24.600,00	5.166,00	29.766,00	49.200,00	
	2		AGUJA PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA USO CON ECOBRONCSCOPIO DE 19 G	40	40	205,00	8.200,00	1.722,00	9.922,00	16.400,00	
2	3	010947	AGUJA DE PUNCION TRNSBRONQUIAL PARA USO CON BRONCSCOPIO DE 21 G	48	48	119,00	5.712,00	1.199,52	6.911,52	11.424,00	
							38.512,00	8.087,52	46.599,52	77.024,00	
							VALOR ESTIMADO + 10%				84.726,40