

EXPEDIENTE: A/SUM-004424/2017

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: MATERIAL DE ESTERILIZACION CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
10. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto, en los casos en que proceda.



RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid



RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Sublote	Grupo de materiales	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1				BOLSA ESTERILIZACIÓN MIXTA				8.461,00	21	10.237,81
	1.1	101701	101251	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 150 X 270 MM	unidad	0,022900	100.000	2.290,00	21	2.770,90
	1.2	101701	100854	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 210 X 350MM	unidad	0,037000	33.000	1.221,00	21	1.477,41
	1.3	101701	100856	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 75 X 250MM	unidad	0,011000	450.000	4.950,00	21	5.989,50
2				CINTA ADHESIVA CONTROL ESTERILIZACIÓN POR VAPOR				1.677,50	21	2.029,78
	2.1	10703	100863	CINTA ADHESIVA CONTROL ESTERILIZACION POR VAPOR 1,9CM X 55M	unidad	1,525000	1.100	1.677,50	21	2.029,78
3				CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION PARA VAPOR				31.500,00	21	38.115,00
	3.1	10703	100104	CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION PARA VAPOR	unidad	0,900000	35.000	31.500,00	21	38.115,00



Lote	Sublote	Grupo de materiales	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
------	---------	---------------------	--------	----------------------	---------	------------------	----------	----------------------	-------	--------------

4				CONTROL QUIMICO PARA ESTERILIZADOR VAPOR				8.750,00	21	10.587,50
	4.1	10703	100864	CONTROL QUIMICO PARA ESTERILIZADOR VAPOR	unidad	0,070000	125.000	8.750,00	21	10.587,50

5				ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION				12.977,61	21	15.702,91
	5.1	10701	100857	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 10CM X 200MT	unidad	9,150000	700	6.405,00	21	7.750,05
	5.2	10701	100858	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 15CM X 200MT	unidad	11,880000	100	1.188,00	21	1.437,48
	5.3	10701	100862	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 7,5CM X 200MT	unidad	7,692300	700	5.384,61	21	6.515,38
								63.366,11	13.306,89	76.673,00



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	101251	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 150 X 270 MM	<p>Bolsa mixta para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Apertura de pestaña. Con barrera antimicrobiana. Resistencia mecánica y permeable a los agentes de esterilización. Termoselladas longitudinal y transversalmente con doble sellado.</p> <p>Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm.</p> <p>Medidas: 150 X 270 MM</p>
1	1.2	100854	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 210 X 350MM	<p>Bolsa mixta para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Apertura de pestaña. Con barrera antimicrobiana. Resistencia mecánica y permeable a los agentes de esterilización. Termoselladas longitudinal y transversalmente con doble sellado.</p> <p>Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm.</p> <p>Medidas: 210 X 350 MM.</p>
1	1.3	100856	BOLSA ESTERILIZACION MIXTA 75 X 250MM	<p>Bolsa mixta para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Apertura de pestaña. Con barrera antimicrobiana. Resistencia mecánica y permeable a los agentes de esterilización. Termoselladas longitudinal y transversalmente con doble sellado.</p> <p>Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm.</p> <p>Medidas: 75 X 250MM</p>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.1	100863	CINTA ADHESIVA CONTROL ESTERILIZACION POR VAPOR 1,9CM X 55M	Cinta adhesiva con control químico que vire cromáticamente tras los procesos de esterilización por vapor de agua. Libre de residuo. No tóxica. Medidas: 1,9 cm x 50- 55 MT Indicación fecha caducidad en cada rollo individual. Especificar condiciones de conservación óptima.
3	3.1	100104	CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION PARA VAPOR	Cultivo de microorganismos no patógenos en forma de espora. Tamaño universal compatible con todo tipo de incubadoras de control biológico. Presentación: Caja de 25 unidades máximo. En el envase debe constar: condiciones de conservación, lote y fecha de caducidad En la ficha técnica deberá constar el volumen preciso para realizar el cultivo de la muestra
4	4.1	100864	CONTROL QUIMICO PARA ESTERILIZADOR VAPOR	Indicador colorimétrico integrador clase 5 para detección de cambio en parámetros de temperatura, tiempo y presencia de vapor. En el envase debe constar: condiciones de conservación y fecha de caducidad.
5	5.1	100857	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 10CM X 200MT	Rollo de papel mixto para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm. Termosoldable. Medidas: 10 cm x 200 mts.



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.2	100858	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 15CM X 200MT	Rollo de papel mixto para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm. Termosoldable. Medidas: 15 cm x 200 mts.
5	5.3	100862	ROLLO PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZACION 7,5CM X 200MT	Rollo de papel mixto para esterilización por vapor, con una cara de papel de grado médico y otra transparente de poliéster-polipropileno. Con indicador químico para vapor de agua, que vira de color al someterse a un ciclo de esterilización. Sello mínimo de 8 mm. Termosoldable. Medidas: 7,5 cm x 200 mts.

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

