

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CONTENEDOR ORINA CON SISTEMA TRANSFERENCIA Y TUBO ORINA CON DESTINO AL LABORATORIO DE BIOQUIMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.-**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de *CONTENEDOR ORINA CON SISTEMA TRANSFERENCIA Y TUBO ORINA PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA*.

**DESCRIPCION:** *CONTENEDOR ORINA CON SISTEMA TRANSFERENCIA Y TUBO ORINA PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA*

**LOTE 1: CONTENEDOR CON SISTEMA TRANSFERENCIA Y TUBO ORINA 24 HORAS**

**Nº DE ORDEN 1**

Kit con contenedor de orina en envase individual, de una micción con capacidad (entre 60 – 120 ml) hermético y de doble rosca, con sistema de transferencia integrado y tubo de orina de 16x100 mm, sin aditivos de fondo redondo, con sistema de vacío. Dicho kit llevará impreso en la bolsa que lo contiene las instrucciones de uso. **Volumen 9 ml**

Se presentará en color de tapón: **Amarillo**

**Nº DE ORDEN 2**

Tubo orina de 16x100 mm, sin aditivos, de fondo redondo, **con sistema de vacío**, para transferir la muestra representativa de orina de 24 horas. **Volumen 9 ml**

Se presentará en color de tapón: No puede ser ni amarillo, ni beige, ni azulón, ni rojo, ni ningún color oscuro (marino, negro) y debe estar parametrizado para PVT.

**OTROS REQUISITOS**

Equipamiento para distintos Servicios del Hospital 12 de Octubre

- Sistemas etiquetadoras manuales de código de barras, con igual software que los existentes en el Hospital, en un nº mínimo de 12 unidades
- Terminales necesarios para todo el equipamiento
- Lectores de código de barras bidimensionales, necesarios para todo el equipamiento

Impresoras (Blanco y Negro), de las homologadas por el Hospital, para la impresión de etiquetas del paciente en el área de entrega de muestras (2 unidades)

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 11 de Mayo de 2017

**SUBDIRECTORA DE SERVICIOS  
CENTRALES**



**Fdo.: Dra. Victoria Ramos Rodríguez**

**LA JEFE DE SERVICIO DE  
LABORATORIO DE BIOQUIMICA**



**Fdo.: Dra. Pilar Díaz Rubio**

EXPEDIENTE : 2017-0-50

PRESUPUESTO								
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	02B547	CONTENEDOR DE ORINA 120 ML C/SISTEMA TRANSFERENCIA Y TUBO DE ORINA 16X100 MM T/AMARILLO	158.400	0,270	42.768,000	8.981,280	51.749,280
	2	02B549	TUBO DE ORINA 16X100 MM P/TRANSFERENCIA ORINA 24 H	9.000	0,082	738,000	154,980	892,980
						43.506,00	9.136,260	52.642,260