

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGIA-RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación del **SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGIA-RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO
1	1	018519	SET CATETERES TC/RM BRAQUITERAPIA - Sistema de catéteres que consta de: 30 agujas de inserción abiertas de 1,5 mm de diámetro y 200 mm de longitud. 30 tubos de poliacrilato/poliuretano flexible para TAC y Resonancia Magnética de 6F y 30 cm con botón cilíndrico radiotransparente 1,9 mm blanco y de acrilonitrilo butadieno estireno. 30 botones cilíndricos radiotransparentes con agujero de paso de 1,9 mm y de acrilonitrilo butadieno estireno. Numerados del 1 al 18 blancos y del 1 al 12 amarillo 30 agujas romas proguide de 4 F y 240 mm. 30 topes. Numerados blancos del 1 al 18 y amarillos del 1 al 12.
	2	018518	BOTON RADIOTRANSARENTE 1,9 MM BLANCO BRAQUITERAPIA Botón cilíndrico radiotransparente blanco con agujero de paso de 1,9 mm y de acrilonitrilo butadieno estireno. No numerado.
	3	018517	TUBO FLEXIBLE PARA TC/RM 6F 30 CM BRAQUITERAPIA Tubo de poliacrilato/poliuretano flexible para TAC y Resonancia Magnética de 6F y 30 cm con botón cilíndrico blanco con agujero de paso de 1,9 mm y de acrilonitrilo butadieno estireno.
	4	040235	FUENTE DE IRIDIO-192 10 CI


Dicho material ha de utilizarse en el proyector de fuentes microselectron (Nucletrón – Elekta) disponible en el Servicio.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 6 de marzo de 2017

SUBDIRECTORA MEDICO
DE SERVICIOS CENTRALES



FDO.: DRA. Dª VICTORIA RAMOS

J. SERVICIO ONCOLOGIA-RADIOTERÁPICA



FDO.: DR. D. JOSE F. PÉREZ-REGADERA
GÓMEZ

EXPEDIENTE: 2017-0-36

OBJETO: SUMINISTRO "MATERIAL FUNGIBLE PARA BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA, PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA"

PRESUPUESTO												
LOTE	Nº ORDE N	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	UD MEDIDA	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	018519	Set catéteres TC/RM para Braquiterapia	UD	360	360	102,500	36.900,000	7.749,000	44.649,000	73.800,000	
	2	018518	Botón radiotransparente 1,9 mm blanco para braquiterapia	UD	144	144	4,850	698,400	146,664	845,064	1.396,800	
	3	018517	Tubo flexible para TC/RM 6F 30 cm para braquiterapia	UD	144	144	36,100	5.198,400	1.091,664	6.290,064	10.396,800	
	4	040235	Fuente de Iridio -192 10 Ci	UD	3	3	6.358,600	19.075,800	4.005,918	23.081,718	38.151,600	
								61.872,600	12.993,246	74.865,846	123.745,200	
								VALOR ESTIMADO 20%.....				148.494,24