

EXPEDIENTE: 2017-0-21

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIROFANO DE CIRUGIA CARDIACA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE".**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIROFANO DE CIRUGIA CARDIACA DE ADULTOS.**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TECNICA)
1	1	014705	<b>CABLE ELECTRODO TEMPORAL MARCAPASOS P/ESTIMULACION CARDIACA AURICULAR.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cable electrodo temporal, unipolar, para estimulación cardiaca auricular con aguja recta en un extremo y lazo en el otro</li> </ul>
2	2	014361	<b>CABLE ELECTRODO TEMPORAL P/ ESTIMULACION CARDIACA VENTRICULAR.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cable electrodo temporal, unipolar, para estimulación cardiaca ventricular, con aguja atraumática curva en un extremo y recta en el otro.</li> <li>Con sistema de fijación por monofilamento espiral.</li> </ul>
3	3	017580	<b>DISPOSITIVO P/ABLACION QUIRURGICA PARA TRATAMIENTO DE FIBRILACION AURICULAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo de ablación de la fibrilación auricular por radiofrecuencia seca</li> <li>Transmisión de energía tetrapolar (doble fila de electrodos en ambos lados)</li> <li>Cierre paralelo de las tenazas (paso de energía homogéneo en la superficie de los electrodos).</li> <li>Algoritmo de control y medida de conducción que garantice el 100 % de transmuralidad .</li> <li>Longitud línea de electrodos 63 mm</li> </ul>

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA)
4	4	017510	<p><b>EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS MECANICAS PARA EXTRACCION DE CABLES Y CATETERES.</b></p> <p><b>Equipo compuesto por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vainas telescópicas de extracción endovascular, flexibles, con mango en forma de pistola y mecanismo rotacional.</li> <li>• Una vaina con mecanismo rotacional para cortar tejido cicatricial alrededor del cable.</li> <li>• Diferentes diámetros.</li> </ul> <p><b>Indicación: Para extracción de marcapasos y desfibriladores.</b></p>
5	5	014873	<p><b>EQUIPO INSTAURACION CIRCULACION EXTRACORPOREA (C.E.C.) PERCUTANEO DE CANULACION POR FEMORAL</b></p> <p>Kit que contiene una cánula venosa de 21 Fr y longitud de 53'3 cm y otra arterial de 17 Fr y longitud de 17'8 cm para el acceso femoral en un bypass cardiopulmonar.</p> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja estilo Seldinger de 18 ga</li> <li>• Dilatador 8 Fr</li> <li>• Dilatador 12 Fr</li> <li>• Guia de 0'1 cm x 150 cm</li> <li>• Tubo para adaptarlo a la linea arterial de 3/8 in (0'95 cm)</li> <li>• Cuchilla nº 11</li> </ul>
6	6	014405	<p><b>DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCION DE ELECTRODOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo compuesto de dos mangos en bucle de alambre y un mandril central con un mecanismo de fijación de malla de acero inoxidable con marcador radiopaco que facilite la visibilidad fluoroscópica.</li> <li>• Punta flexible de platino-iridio.</li> <li>• Compatible con cable de electrodos de diámetro de lumen interno.</li> <li>• Longitud de 65 cm.</li> </ul>
	7	014406	<p><b>KIT DE ACCESORIOS PARA CALIBRAR EL TAMAÑO DEL ELECTRODO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema de accesorios debe estar compuesto por un expansor de espirales y de al menos dos calibradores de punta.</li> </ul>

**OTROS REQUISITOS:**

- El adjudicatario del **LOTE 5** debe ceder durante toda la vigencia del contrato el monitor y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del dispositivo.

## MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)

### ➤ 1 UNIDAD por cada Lote/ N° Orden

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de la documentación del expediente.

Madrid, a 6 de Febrero de 2017

EL SUBDIRECTOR MEDICO  
AREA QUIRURGICA,



Fdo. Dr. Manuel Ferro Osuna

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA  
CARDIACA,



Fdo. Dr. José Mª Cortina Romero

EXPEDIENTE Nº 2017-0-21

ANEXO AL PLIEGO

OBJETO: SUMINISTRO DE CABLES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL QUIROFANO C.CARDIACA ADULTO HOSPITAL 12 OCTUBRE

PRESUPUESTO											
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROG A 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	014705	Cable electrodo temporal marcapasos para estimulación cardiaca auricular.	880	880	19,00	16.720,00	3.511,20	20.231,20	33.440,00	
2	2	014361	Cable electrodo temporal para estimulación cardiaca ventricular	1.840	1.840	9,80	18.032,00	3.786,72	21.818,72	36.064,00	
3	3	017580	Dispositivo para ablación quirúrgica para tratamiento de fibrilación auricular	8	8	1.539,35	12.314,80	2.586,11	14.900,91	24.629,60	
4	4	017510	Equipo de vainas dilatadoras mecánicas para extracción de cables y catéteres	4	4	1.444,55	5.778,20	1.213,42	6.991,62	11.556,40	
5	5	014873	Equipo instauración circulación extracorpórea (C.E.C.) percutáneo de canulación por femoral.	18	18	180,00	3.240,00	680,40	3.920,40	6.480,00	
6	6	014405	Dispositivo para la extracción de electrodos	4	4	800,00	3.200,00	672,00	3.872,00	6.400,00	
	7	014406	Kit de accesorios para calibrar el tamaño del electrodo	2	2	180,00	360,00	75,60	435,60	720,00	
							59.645,00	12.525,45	72.170,45	119.290,00	
							VALOR ESTIMADO 20%.....				143.148,00 €