

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE OSTEOSINTESIS DE FIJACION ESTERNAL Y COSTILLAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de SISTEMA DE OSTEOSINTESIS DE FIJACION ESTERNAL Y COSTILLAS.

OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el suministro material de Sistema de Osteosíntesis de fijación esternal y costillas para el Hospital 12 de Octubre.

LOTE 1: FIJACION ESTERNAL Y COSTILLAS

ORDEN 1 PLACA PREMOLDEADA PARA FIJACION DE COSTILLAS CURVAS:

- Placas de titanio de bloqueo premoldeadas de bajo perfil 1,5 y cuatro concavidades con curvatura tridimensional y diferentes longitudes.

ORDEN 2 PLACA PREMOLDEADA PARA FIJACION DE COSTILLAS RECTA:

- Placas recta de titanio de bloqueo de bajo perfil 1,5.

ORDEN 3 PLACA DE BLOQUEO ESTERNAL RECTA:

- Placas recta de titanio de 2,4 mm y diferentes longitudes de 8 a 20 agujeros.

ORDEN 4 PLACA DE BLOQUEO ESTERNAL:

- Placas de titanio de 2,4 mm y diferentes tamaños y formas.

ORDEN 5 FERULA INTRAMEDULAR

- Férula intramedular de titanio tamaños de 3 a 5mm.

ORDEN 6 TORNILLO AUTOPERFORANTE:

- Tornillos de bloqueo en titanio de diámetro de 3,0 mm,, y longitudes entre 10 mms y 20 mms.

OTROS REQUERIMIENTOS:

- Sistema de almacenaje de depósito que permita fácilmente identificar y localizar los componentes, así como su limpieza y desinfección.
- Instrumental y brocas para la realización de la técnica.
- Instrumental específico para moldear y cortar placas, así como calibrador esternal

ETIQUETADO DE LOS IMPLANTES

- El material vendrá etiquetado con uno de los siguientes estándares:
 - EAN-128 , conteniendo DUN-14, caducidad y lote/serie (se admitirá en un único código o partido en dos) **
 - HIBC, conteniendo el identificador de fabricante y artículo, la caducidad y el lote/serie
- ** El código de barras EAN-128 en simbología GS1-128 deberá contener los datos de longitud fija (DUN14, fecha de caducidad AAMMDD) antes de los datos de longitud variable (lote, serie). En caso de concatenar varios datos de longitud variable en un mismo código de barras, dichos datos deberán simbolizar el separador GS1 de campos variables.

No se admitirá EAN13 como código de barras primario (identificación del artículo) acompañado de un secundario (lote y caducidad) en formato GS1-128.

En caso de incumplimiento de estos requerimientos en el etiquetado original del fabricante, se admitirán soluciones locales alternativas consistentes en un reetiquetado local antes de la entrega al hospital del producto, sin ocultar ningún dato de la etiqueta original del fabricante.

- El/los adjudicatarios facilitaran al Hospital un fichero formato electrónico con los siguientes datos: referencia de fabricante, descripción completa incluyendo medidas, marca, DUN 14 o HIBC de todos los niveles de empaquetado, y unidades contenidas.
- Durante toda la duración del contrato el adjudicatario estará obligado a comunicar en el mismo soporte informático todas las modificaciones tanto de su catálogo como de la composición de las cajas, tanto respecto de nuevas referencias como de referencias pasadas a fuera de línea.
- Se facilitara al Hospital el detalle del contenido de las cajas, con la referencia de la caja y el detalle de los componentes con los siguientes datos: referencia de fabricante, descripción completa incluyendo medidas, marca, DUN 14 o HIBC del nivel unitario, y unidades contenidas

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO

- No obstante, en aquellos casos que se considere necesario durante el periodo de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrá solicitar por cada lote una caja de los implantes y una caja del instrumental necesario para colocar dichos implantes (éstos materiales no serán implantados en pacientes).

Madrid, 2 de Marzo de 2017

SUBDIRECTOR MEDICO
AREA QUIRURGICA



FDO.: DR. D. MANUEL FERRO OSUNA

J. SERVICIO C. DE TÓRAX



FDO.: DR. D. PABLO GÁMEZ GARCÍA

EXPEDIENTE 2017-0-32

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMA DE OSTEOSINTESIS FIJACION ESTERNAL Y COSTILLAS

PRESUPUESTO										
LOTE	ORDEN	CODIGO ART°	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	057874	PLACA PREMOLDEADA COSTILLAS	20	20	460,044	9.200,880	920,0880	10.120,9680	18.401,760
	2	057748	PLACA RECTA COSTILLAS	4	4	327,085	1.308,340	130,8340	1.439,1740	2.616,680
	3	057964	PLACA RECTA	6	6	616,260	3.697,560	369,7560	4.067,3160	7.395,120
	4		PLACA CON FORMAS	32	32	1.168,480	37.391,360	3.739,1360	41.130,4960	74.782,720
	5	057965	FERULA INTRAMEDULAR	8	8	265,180	2.121,440	212,1440	2.333,5840	4.242,880
	6	058089	TORNILLO AUTOPERFORANTE	454	454	167,200	75.908,800	7.590,8800	83.499,6800	151.817,600
							129.628,380	12.962,8380	142.591,21800	259.256,760
							VALOR ESTIMADO 20%.....			311.108,11