

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA DIALISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir en la ejecución del **SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA DIALISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “ 12 DE OCTUBRE”**.

<b>LOTE</b>	<b>CODIGO ARTICULO</b>	<b>ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)</b>
1	017674	<b>DIALIZADOR ETILEN-VINIL- ALCOHOL. CUF 15.3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dializador membrana de Etilen-vinil-alcohol. Precebado.</li> <li>• Superficie igual o superior a 1.8 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Con aclaramientos in vitro a flujo sanguíneo (QB) de 200 ml/min.: de fosfatos igual o superior a 146 ml/min; de urea igual o superior a 185 ml/min., de vitamina B12 igual o superior a 100 ml/min.</li> <li>• Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mm/Hg) 15.3 ±20%.</li> <li>• Esterilizado por rayos gamma.</li> </ul>
2	014260	<b>DIALIZADOR MEMBRANA HELIXONA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 73</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dializador membrana de Helixona.</li> <li>• Superficie de membrana igual o superior a 1.8m<sup>2</sup>.</li> <li>• Con aclaramientos in vitro a flujo sanguíneo (QB) de 300 ml/min: de fósforo igual o superior a 239 ml/min; de urea igual o superior a 278 ml/min, de vitamina B12 igual o superior a 192 ml/min,de creatinina igual o superior a 260ml/ min</li> <li>• Esterilizado con vapor.</li> </ul>
3	017421	<b>DIALIZADOR MEMBRANA POLIAMIDA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 16.0</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie de membrana igual o superior 2.1m<sup>2</sup>.</li> <li>• Con aclaramientos in vitro a flujo sanguíneo ( QB ) de 300 ml/min; de fósforo igual o superior a 216 ml/min; de Urea igual o superior a 271 ml/min, creatinina 243 ml/min y vit. B12 de 127 ml/min..</li> <li>• Con PTM máxima de 600 mmhg.</li> <li>• Esterilizado con vapor</li> </ul>

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
4	018510	<b>DIALIZADOR DE MEMBRANA POLIAMIDA KUF 70.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie de membrana igual o superior a 1.7m<sup>2</sup>.</li> <li>• Membrana eficaz en la eliminación de moléculas medianas.</li> <li>• Con aclaramientos in Vitro a flujo sanguíneo (QB) de 300 ml/min de fósforo igual o superior a 232 ml/min. De urea igual o superior a 270 ml/min, de creatinina 243 ml/min, de vitamina B12; 162 ml/min.</li> <li>• Esterilizado por vapor.</li> </ul>
5	017422	<b>DIALIZADOR MEMBRANA POLIAMIDA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 85</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esterilizado con vapor.</li> <li>• Superficie de membrana igual o superior a 2.1 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Con aclaramientos in vitro a flujo sanguíneo (QB) de 300 ml/min: de fósforo igual o superior a 249 ml/min; de urea igual o superior a 281 ml/min, de vitamina B12 igual o superior a 183 ml/min.</li> <li>• Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mm/Hg) 85 ±20%.</li> </ul>
6		<b>DIALIZADOR DE MEMBRANA POLYNEPHRON KUF 25.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie de membrana igual o superior a 1.9 m<sup>2</sup>.</li> <li>• PTM máxima (mmHg.) 500.</li> <li>• Con aclaramientos in Vitro a flujo sanguíneo (QB) de 200/500 ml/min, de fósforo igual o superior a 177, de urea a 195, de creatinina a 193, de vitamina B12 a 127 ml/min.</li> <li>• Esterilizado por Gamma seca.</li> </ul>

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)**

➤ 2 UNIDADES POR CADA LOTE

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.


Madrid a, 8 de noviembre de 2016

EL JEFE DE SERVICIO DE NEFROLOGÍA

EL SUBDIRECTOR MEDICO DEL AREA MÉDICA



Fdo: Dr. M. PRAGA



Fdo: Dr. RIVAS CLEMENTE

## ANEXO AL PLIEGO PPT

**EXPEDIENTE 2017-0-04**

**OBJETO: SUMINISTRO DE DIALIZADORES PARA DIALISIS**

LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD MESES	PRÓRROGA MESES	PRESUPUESTO				
					PRECIO S/IVA	PRECIO C/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	017674	DIALIZADOR ETILEN-ALCOHOL.CUF 15.3	1.400	1.400	19,00	22,990	26.600,000	5.586,000	32.186,000
2	014260	DIALIZADOR MEMBRANA HELIXONA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 73	1.000	1.000	37,64	45,544	37.640,000	7.904,400	45.544,400
3	017421	DIALIZADOR MEMBRANA POLIAMIDA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 16.0	4.400	4.400	14,25	17,243	62.700,000	13.167,000	75.867,000
4	018510	DIALIZAZOR MEMBRANA POLIAMIDA KUF 70	2.000	2.000	14,25	17,243	28.500,000	5.985,000	34.485,000
5	017422	DIALIZAZOR MEMBRANA POLIAMIDA COEFICIENTE ULTRAFILTRACION 85	12.800	12.800	35,52	42,979	454.656,000	95.477,760	550.133,760
6	222222	DIALIZADOR DE MEMBRANA POLYNEPHRON KUF 25	1.400	1.400	22,00	26,620	30.800,000	6.468,000	37.268,000
							<b>640.896,000</b>	<b>134.588,160</b>	<b>775.484,160</b>
									<b>1.281.792,000</b>
									<b>VALOR ESTIMADO + 20%..... 1.538.150,40</b>