

**SUMINISTROS** - Prescripciones técnicas

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	3717	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 14G x 45 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	12.400	8.694,82	7.185,80	21	1.509,02
	2	3719	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 16G x 45 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	5.400	3.786,45	3.129,30	21	657,15
	3	3721	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 18G x 48 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	34.700	24.331,47	20.108,65	21	4.222,82
	4	3727	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 20G x 30 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	138.500	97.115,51	80.260,75	21	16.854,76
	5	3729	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 22G x 25 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	64.700	45.367,32	37.493,65	21	7.873,67

**SUMINISTROS** - Prescripciones técnicas

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
	6	3732	CANULA INTRAVENOSA RADIOPACA 24G x 19 MM. LONG. APROX., ESTERIL, DE POLIURETANO U OTRO MATERIAL BIOCOMPATIBLE, FIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA TRIBISELADA. CAMARA VISUALIZACION. CONEXION LUER. TAPON PROTECTOR. CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD. (VER ANEXO)	UNIDAD	0,701195	0,5795	17.500	12.270,91	10.141,25	21	2.129,66
<b>IMPORTE TOTAL LOTE 1</b>								191.566,47	158.319,40	21	33.247,07
<b>TOTALES</b>								<b>191.566,47</b>	<b>158.319,40</b>	<b>21</b>	<b>33.247,07</b>

**CLAUSULAS:**

**1.- VOLUMEN DEL SUMINISTRO:**

- El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.
- El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario.
- La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

**2.- PLAZO DE ENTREGA**

- El plazo de entrega que se señala en cada artículo se computará:
  - a) desde la firma del contrato si la entrega es de una vez.
  - b) desde la fecha de recepción del pedido por el proveedor si las entregas son sucesivas.

**3.- PRODUCTOS:**

- Los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre de 2009, publicado el 6 de noviembre de 2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Será condición indispensable para su admisión el marcado C.E.

**4.- MUESTRAS**

- Las muestras presentadas por los licitadores se etiquetarán con los siguientes datos: nombre de la empresa, número de expediente, código y lote al que presentan la muestra.

**5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR**

- Relación de productos ofertados en el ANEXO A, con descripción técnica de los mismos.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, "insert" o ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

**6.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:**

EL DIRECTOR GERENTE