

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PA 13/2017

***“ADQUISICIÓN CÁNULAS DE TRAQUEOTOMÍA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICIÓN CÁNULAS DE TRAQUEOTOMÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (PA 13/2017)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece el TRLCSP. El plazo de ejecución será de **24 meses** y el presupuesto de licitación es **32.998,02.-€**, siendo la base imponible **29.998,20.-€** y el I.V.A (10 %) **2.999,82.-€**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE CANULAS DE TRAQUEOTOMÍA con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades estimadas, precios máximos por lotes y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1: CANULA TRAQUEOTOMIA SIN CANULA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F18058X	Canula traqueotomía sin canula interna	13,18	160	2.108,80	10,00	210,88	2.319,68

TOTAL:	2.108,80
IVA:	210,88
IMPORTE TOTAL:	2.319,68

- Cánula de traqueotomía transparente con conexión de 15 mm. compatible con respiradores y otros accesorios respiratorios.
- Cánula de forma anatómica, con línea radiopaca, balón de gran volumen y baja presión (con balón pilote exterior, dotado de válvula para racores de jeringa luer), extremo distal abierto y atraumático y fiador/obturador de punta roma para su colocación.
- Aletas flexibles que permitan la fijación en diferentes profundidades y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa
- Libre de latex.

- Tamaño 7, 8 y 9 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres).

LOTE 2 CANULAS TRAQUEOTOMIA CON Y SIN FENESTRAR CON Y SIN BALON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F1816X	Cánula traqueotomía sin fenestrar con balón	28,18	300	8.454,00	10,00	845,40	9.299,40
F1817X	Cánula traqueotomía sin fenestrar sin balón	28,18	200	5.636,00	10,00	563,60	6.199,60
F1808X	Cánula traqueotomía fenestrada con balón	28,18	120	3.381,60	10,00	338,16	3.719,76
F1815X	Cánula traqueotomía fenestrada sin balón	28,18	300	8.454,00	10,00	845,40	9.299,40

TOTAL:	25.925,60
IVA:	2.592,56
IMPORTE TOTAL:	28.518,16

F1816X Cánula traqueotomía sin fenestrar con balón

- Cánula de traqueotomía doble con cánula interna reutilizable y conectores de bloqueo por giro con conexión de 15 mm, compatible con respiradores y otros accesorios respiratorios.
- Cánula externa de forma anatómica, radiopaca, de PVC termosensible, con balón de gran volumen y baja presión (con balón piloto exterior, dotado de válvula para racores de jeringa luer), extremo distal abierto y atraumático.
- Cánula interna reutilizable transparente o translúcida con conectores de bloqueo por giro.
- Fiador/obturador de punta roma.
- Placa de cuello giratoria y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa.
- Libre de látex.
- Tamaños del nº 6 al nº 10 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres).

F181917X Cánula traqueotomía sin fenestrar sin balón

- Cánula de traqueotomía doble con cánula interna reutilizable y conectores de bloqueo por giro, con conexión de 15 mm, compatible con accesorios.
- Cánula externa de forma anatómica, radiopaca, de PVC termosensible, extremo distal abierto y atraumático.
- Cánula interna reutilizable transparente o translúcida con conectores de bloqueo por giro.
- Fiador/obturador de punta roma.
- Placa de cuello giratoria y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa.
- Libre de latex.

- Tamaños de nº 6 al nº 10 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres).

F1808X Cánula traqueotomía fenestrada con balón

- Cánula de traqueotomía doble con cánula interna reutilizable y conectores de bloqueo por giro, con conexión de 15 mm, compatible con accesorios respiratorios.
- Cánula externa de forma anatómica, radiopaca, de PVC termosensible, con balón de gran volumen y baja presión (con balón piloto exterior, dotado de válvula para racores de jeringa luer), extremo distal abierto y atraumático.
- Cánula interna fenestrada reutilizable transparente o translúcida con conectores de bloqueo por giro.
- Fiador/obturador de punta roma.
- Placa de cuello giratoria y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa.
- Libre de látex.
- Tamaño del nº 6 al nº 10 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres)

F1815X Cánula traqueotomía fenestrada sin balón

- Cánula de traqueotomía doble con cánula interna reutilizable y conectores de bloqueo por giro, con conexión de 15 mm, compatible con accesorios respiratorios.
- Cánula externa de forma anatómica, radiopaca de PVC termosensible, extremo distal abierto y atraumático.
- Cánula interna fenestrada reutilizable transparente o translúcida con conectores de bloqueo por giro.
- Fiador/obturador de punta roma
- Placa de cuello giratoria y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa.
- Libre de látex.
- Tamaños del nº 6 al nº 10 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres).

LOTE 3 CANULA TRAQUEOTOMÍA DE BIELSASKI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
F1806X	Cánula traqueotomía de Bielsaski	32,73	60	1.963,80	10,00	196,38	2.160,18

TOTAL:	1.963,80
IVA:	196,38
IMPORTE TOTAL:	2.160,18

ANEXO

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: Debe ser incluido en el sobre 2 como primera hoja de la oferta técnica)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)	REFERENCIA DEL LICITADOR



F1806X Cánula traqueotomía de Bielsaski

- Cánula de Biesalski, compuesta de: cánula exterior con cánula interior más una cánula interior de repuesto, tapa para la tos, válvula de fonación, placa de cuello giratoria y con agujeros para la colocación de la cinta de fijación.
- Fabricada en PVC
- Libre de látex.
- Envase individual estéril con marcado CE y apertura de solapa.
- Tamaños del nº 6 al nº 10 (El hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre necesario y conveniente para realizar la técnica, por ello deberán ofertar al mismo precio todas las referencias y calibres).

3. CONDICIONES GENERALES

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital U. Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Plazo de Entrega/ reposición

Plazo de entrega/ reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministros, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.


JEFE SERVICIO ORL

DR. JULIO JOAQUIN LÓPEZ MOYA

CONFORME EL ADJUDICATARIO:



Leganés, a 31 ENE 2017


EL DIRECTOR GERENTE
DOMINGO DEL CACHO MALO