

EXPEDIENTE: 2017-0-35

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CATETERES INTRAVENOSOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de CATETERES INTRAVENOSOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD.

OBJETO DEL CONTRATO: CATETERES INTRAVENOSOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD

LOTE 1	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
	<p style="text-align: center;"><u>CATÉTER PERIFÉRICO CATÉTER CORTO</u></p> <p>COMPOSICIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cánula exterior de poliuretano resistente a acodamientos, radiopaco, con conexión luer-lock, longitud entre 30 y 35 mm. Para el calibre 22G la longitud será de 23-27 mm. • Aguja guía interior de acero inoxidable, siliconada. • Cámara de visualización transparente, para confirmar el reflujo de sangre y tapón con filtro hidrófilo incorporado. • Fácil manejo tanto del catéter como de su dispositivo de seguridad, permitiendo una canalización segura tanto para el paciente como para el profesional (para el paciente con un buen reflujo para que se confirme que está en el vaso y para la integridad del profesional que evite riesgo de accidentes). • Dispositivo de seguridad: debe cumplir las condiciones mínimas establecidas en el Anexo 2 de la Orden 827/2005 11 de mayo Consejería Sanidad y Consumo C. Madrid. • Envase individual estéril. • Exento de látex y de PVC (y ftalatos). • Presentación en cajas no superiores a 50 uds. <p>Imprescindible: Evidencia científica que justifique la reducción de infecciones.</p> <p>Indicación: Canalización de vasos para la instauración de vía de acceso para infusión de sustancias de indicación intravenosa.</p>

LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO
1	1	011029	CATETER INTRAVENOSO N° 14 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO
	2	011030	CATETER INTRAVENOSO N° 16 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO
	3	011031	CATETER INTRAVENOSO N° 18 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO
	4	011032	CATETER INTRAVENOSO N° 20 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO
	5	011033	CATETER INTRAVENOSO N° 22 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO

LOTE 2	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)		
<p style="text-align: center;"><u>CATETER TAMBOR DRUM</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Catéter de poliuretano, radiopaco para administración intravenosa.• Aguja de acero inoxidable siliconada, con punta corta de triple bisel, montada en el catéter y unida a un dispositivo plegable para proteger los bordes de la aguja. Calibre de la aguja 14 G.• Fácil manejo del catéter, permitiendo una canalización segura tanto para el paciente como para el profesional (para el paciente con un buen reflujo para que se confirme que está en el vaso y para la integridad del profesional que evite riesgo de accidentes).• Guía en acero inoxidable.• Tambor de plástico rígido giratorio, que facilite la entrada del catéter, retirándose después de la introducción.• Longitud: 70-80 cms.• Envase individual estéril.• Presentación en cajas de 20-25 uds.			
LOTE	ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO
2	6	011037	CATETER TAMBOR DRUM

OTROS REQUISITOS:

Es requisito indispensable una memoria del plan de formación con presencia física en las unidades usuarias, en caso de ser empresa adjudicataria, indicando número de sesiones, días formativos, cronograma,...

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

- **50 UNIDADES para cada lote/nº orden.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregaran en el almacén General **separadas** del resto de la documentación del expediente.

Madrid a, 17 de Marzo de 2017.

DIRECCION DE ENFERMERÍA



Fdo. Andión Gofñ Olagua

JEFE DE SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



Fdo. Dra. Carmen Muñoz Ruizperez

SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIALES



Fdo. Antonio Jarillo Sánchez

EXPEDIENTE:2017-0-35

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES INTRAVENOSOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD

ANEXO AL PLIEGO

PRESUPUESTO											
Nº LOTE	Nº ORDEN	CODIGO Art.º	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	011029	CATETER INTRAVENOSO N 14 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO	3.200	3.200	0,46750	1.496,00	314,1600	1.810,1600	2.992,00	
	2	011030	CATETER INTRAVENOSO N 16 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO	4.300	4.300	0,46750	2.010,250	422,1525	2.432,4025	4.020,50	
	3	011031	CATETER INTRAVENOSO N 18 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO	31.000	31.000	0,46750	14.492,50	3.043,4250	17.535,9250	28.985,00	
	4	011032	CATETER INTRAVENOSO N 20 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO	144.000	144.000	0,46750	67.320,00	14.137,2000	81.457,2000	134.640,00	
	5	011033	CATETER INTRAVENOSO N 22 CON SISTEMA DE SEGURIDAD POLIURETANO	88.300	88.300	0,46750	41.280,2500	8.668,8525	49.949,1025	82.560,50	
2	6	011037	CATETER TAMBOR DRUM	200	200	7,60000	1.520,00	319,2000	1.839,2000	3.040,00	
							128.119,00	26.904,99	155.023,99	256.238,00	
							VALOR ESTIMADO 20%.....				307.485,60