

**EXPEDIENTE 2017-0-117**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE TIRAS CON ANTIBIÓTICO EN GRADIENTE PARA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI) EN PLACA PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/201, de 12 de Octubre contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de TIRAS CON ANTIBIÓTICO EN GRADIENTE PARA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI) EN PLACA PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, CON DESTINO AL HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de tiras con antibiótico en gradiente para determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) en placa, material accesorio y equipamiento necesario para la realización de la técnica analítica especificada en este pliego para el Servicio de Microbiología del Hospital 12 de Octubre.

El expediente comprende el siguiente lote:

LOTE	Nº ORDEN	DESCRIPCION
1	1	TIRAS ANTIBIOTICOS
	2	TIRAS ANTIBIOTICOS RESISTENCIAS
	3	TIRAS ANTIFUNGICOS

**ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES**

Las tiras deben indicar claramente con marcas lineales la CMI correspondiente, lo que permita una interpretación del resultado más sencillo y exacto.

Las tiras deben tener capacidad de detectar bajos y altos niveles de resistencia.

Tiras con concentraciones de antibióticos en gradiente para determinar las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de los antibióticos en placas de cultivo. El listado de antibióticos mínimos incluidos en el concurso se refleja en el Anexo I.

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO**

Para la realización de la técnica se ofertara:

Dos turbidímetros para la estandarización del McFarland.

### **OTROS REQUISITOS**

- El proveedor se comprometerá en caso de ausencia de stock de alguno de los antibióticos, a suministrarlo de otro proveedor al mismo coste y en un tiempo no superior al habitual.

Presentación: máximo 30 tiras por envase

### **MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: NO**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 25 de Agosto de 2017

SUBDIRECTORA MÉDICA  
SERVICIOS GENERALES



Fdo.: Dra. Victoria Ramos Rodríguez

JEFE DE SERVICIO DE  
MICROBIOLOGÍA



Hospital Universitario  
12 de Octubre  
SaludMadrid  
Servicio de Microbiología

Jefe de Servicio

EXPEDIENTE: 2017-0-117

ANEXO AL PLIEGO

OBJETO: SUMINISTRO DE TIRAS CON ANTIBIÓTICO EN GRADIENTE PARA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CMI)

LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES (tiras)	PRESUPUESTO			
					PRECIO sin iva	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	027382	TIRAS ANTIBIOTICOS	24.000	2,40	57.600,00	12.096,00	69.696,00
	2	029900	TIRAS ANTIBIOTICOS RESISTENCIAS	960	5,50	5.280,00	1.108,80	6.388,80
	3	029625	TIRAS ANTIFUNGICOS	240	5,50	1.320,00	277,20	1.597,20
					64.200,00	13.482,00		77.682,00