

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DILATACIÓN MULTISENOS.**

P.A. 2017-0-039

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO

| LOTE/ITEM | NOMBRE DEL ARTÍCULO |
|------------|--|
| 1.1 | SISTEMA DILATACION MULTISENOS POR BALON TAMAÑO 1 |
| 1.2 | SISTEMA DILATACION MULTISENOS POR BALON TAMAÑO 2 |
| 1.3 | SISTEMA DILATACION MULTISENOS POR BALON TAMAÑO 3 |
| 1.4 | SISTEMA DILATACION MULTISENOS POR BALON TAMAÑO 4 |
| 1.5 | SISTEMA DILATACION MULTISENOS POR BALON TAMAÑO 5 |



SaludMadrid
Hospital Clínico
San Carlos
Contratación
Administrativa
Comunidad de Madrid

En Madrid, a 4 de octubre de 2017

Fdo.: Doctora María Cruz Iglesias Moreno
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DILATACIÓN MULTISENOS.**

P.A. 2017-0-039

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

| LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|------|--------|---|
| 1 | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema para dilatación multisinusal y trompa de Eustaquio con balón bajo perfil e iluminación óptica. • Múltiples tamaños de balón. • Punta radiopaca, esférica y maleable. • Modelador de punta maleable. • Fuente de iluminación incorporada fibra óptica luz led. • Control de botón de avance de balón. • Puerto integrado de succión/irrigación. • Puerto de inflado. • Dispositivo de inflado. • Plástico biocompatible y acero inoxidable. |
| 1 | 1 | 326189 | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del balón: 5 mm x 18 mm $\pm 5\%$. |
| 1 | 2 | 326190 | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del balón: 6 mm x 18 mm $\pm 5\%$. |
| 1 | 3 | 326191 | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del balón: 7 mm x 18 mm $\pm 5\%$. |
| 1 | 4 | 326192 | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del balón: 5 mm x 8 mm $\pm 5\%$. |
| 1 | 5 | 326193 | <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del balón: 6 mm x 8 mm $\pm 5\%$. |



**Hospital Clínico
San Carlos**
SaludMadrid
Contratación
Administrativa
Comunidad de Madrid

En Madrid, a 4 de octubre de 2017

Fdo.: Doctora María Cruz Iglesias Moreno
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DILATACIÓN MULTISENOS.**

P.A. 2017-0-039

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Muestras: NO. En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. Garantía de actualización tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
6. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
7. El proveedor adjudicatario deberá constituir los depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. Obligatoriedad de revisar caducidades.

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
Cotejado con el original
San Carlos
SaludMadrid
Contratación
Administrativa
Comunidad de Madrid
Empleado: _____

En Madrid, a 4 de octubre de 2017

Fdo.: Doctora María Cruz Iglesias Moreno
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología