

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUESTRAS CLÍNICAS CON DESTINO AL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUESTRAS CLÍNICAS CON DESTINO AL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Plataforma automatizada que incluya extracción de ácidos nucleicos y detección molecular en un solo paso
- El kit debe incluir reactivos para la detección de Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV) y Mycoplasma genitalium (MG) en hisopo vaginal, endocervical, uretral y orina, y detección de VHS1/2 en hisopos de lesiones cutáneas anogenitales y orales.
- El kit deberá incluir, además, un test confirmatorio de NG que detecte una diana diferente al test mencionado anteriormente, para su realización en situaciones especiales.
- Posibilidad de detectar de manera independiente NG/CT, TV, MG Y HSV1/2
- El proveedor suministrará todos los reactivos y fungibles necesarios para la realización completa de la técnica, incluidos dispositivos especiales para la toma de muestras, si fuera necesario.
- Interpretación automática de los resultados.
- Conexión bidireccional con el SIL.
- Suministros de los controles necesarios para un programa de Control de Calidad Acreditado.

| LOTE | Nº ORDEN | DESCRIPCION |
|------|----------|---------------------|
| 1 | 1 | DETECCION DE NG/CT |
| | 2 | DETECCION DE TV |
| | 3 | DETECCION DE MG |
| | 4 | DETECCION DE HSV1/2 |

- Se suministrarán sin cargo 30 test anuales confirmatorio de detección de NG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO

Para la realización de las pruebas previstas, la empresa adjudicataria pondrá a disposición del Laboratorio el equipamiento necesario, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Equipo automatizado que permita la carga continua de muestras y reactivos con capacidad mínima de 50 muestras en 8 horas.
- Carga aleatoria, hasta 4 tipos de test distintos de manera simultánea.
- Software intuitivo y de fácil manejo por el operador, que interprete y emita resultados finales sin tener que realizar cálculos posteriores. Equipos que dispongan de lectores de código de barras.
- La empresa adjudicataria deberá comprometerse a introducir las mejoras y novedades tecnológicas que se produzcan tanto en cualquiera de las fases de la técnica, como en el procesado y optimización de dianas microbianas a detectar en el mínimo tiempo posible.
- Integración con el sistema informático de gestión del Laboratorio (SIL). Las conexiones serán a cargo del adjudicatario.
- Servicio remoto de asistencia 24 horas
- Debe garantizarse una asistencia técnica que responda con urgencia a las eventuales averías.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: **NO**

- No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 30 de noviembre de 2017

SUBDIRECTORA MÉDICA DE
SERVICIOS CENTRALES



Fdo.: Dra. Ramos Rodríguez

J. SERVICIO DE MICROBIOLOGIA




SaludMadrid

Fdo.: Dr. Rafael Delgado Vázquez

Jefe de Servicio

SERVICIO DE MICROBIOLOGIA



Fdo.: Dra. Paula López Roa

EXPEDIENTE 2018-0-3

OBJETO: SUMINISTRO REACTIVOS PARA LA DETECCION MOLECULAR DE MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUESTRAS CLÍNICAS, SERVº MICROBIOLOGIA HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

| | | | | | PRESUPUESTO | | | |
|------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|
| LOTE | Nº ORDEN | DESCRIPCION ARTICULO | Nº PRUEBAS 24 MESES | PRORROGA 24 MESES | PRECIO PRUEBA S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA | IMPORTE TOTAL |
| 1 | 1 | DETECCION DE NG/CT | 5.000 | 5.000 | 8,25 | 41.250,00 | 8.662,50 | 49.912,50 |
| | 2 | DETECCION DE TV | 5.000 | 5.000 | 8,25 | 41.250,00 | 8.662,50 | 49.912,50 |
| | 3 | DETECCION DE MG | 5.000 | 5.000 | 8,25 | 41.250,00 | 8.662,50 | 49.912,50 |
| | 4 | DETECCION HSV1/2 | 700 | 700 | 8,25 | 5.775,00 | 1.212,75 | 6.987,75 |
| | | | | | | 129.525,00 | 27.200,25 | 156.725,25 |

El adjudicatario suministrará sin cargo 30 test anuales confirmatorio de detección de NG