

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE DIURESIS HORARIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **SISTEMAS DE DIURESIS HORARIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1 (orden 1 al 2)	1	015386	<p>EQUIPO DIURESIS HORARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema colector de orina, en circuito cerrado con urinómetro de 500 cc. de capacidad, con escala medidora de 1 cc hasta 40 cc., y de 10 cc, cuando sea superior a esta cantidad. Tubo de polímero de doble lumen de 100-120 cm de longitud, flexible, transparente y antiacodable, que minimice el estancamiento de orina y con pinza de clampaje que haga posible la extracción de muestras en el punto de inserción destinado para ello: <p>En su extremo distal: conexión universal adaptable a la sonda vesical con superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector en la conexión.</p> <p>Punto de inserción: para extracción de muestras sin aguja y válvula anti-retorno, situado próximo al cono de acoplamiento, con clamp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Escala medidora imborrable. Sistema incorporado para colgar en soporte. Presentación en envase individual estéril. Exento de phtalatos y látex. <p>Características del Urinómetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cámara seca hidrofóbica y antibacteriana a la entrada de la cámara del urinómetro. Sistema evacuatorio rápido, que pueda manejarse con una mano de forma segura sin dejar restos de orina alguno en la cámara en su vaciado.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1 (orden 1 al 2)	1	015386	<p>Características de la bolsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolsa colectora abierta de polímero plástico transparente con capacidad de 1500-2000 cc. y escala medidora de 100 cc. • Válvula anti-retorno hidrofóbica y antibacteriana a la entrada de la bolsa. • Sistema evacuatorio rápido, que pueda manejarse de forma segura. • Sistema de seguridad en la entrada a la bolsa, (sin clamp). • Sistema incorporado para colgar en soporte. • Escala medidora imborrable. <p>Indicación: Medida precisa de orina en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.</p>
	2	015369	<p>BOLSA RECAMBIO URINOMETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolsa colectora abierta de polímero plástico transparente con capacidad de 1500-2000 cc. y escala medidora de 100 cc. • Válvula anti-retorno hidrofóbica y antibacteriana a la entrada de la bolsa. • Sistema evacuatorio rápido, que pueda manejarse de forma segura. • Sistema de seguridad en la entrada a la bolsa, (sin clamp). • Sistema incorporado para colgar en soporte. • Escala medidora imborrable. • Bolsa estéril, exenta de látex y phtalatos.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

5 UNIDADES POR CADA Nª DE ORDEN

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid a, 21 de febrero de 2018.



Fdo. Dª Andión Goñi Olagua
Directora de Enfermería

Fdo. Cristina Sánchez Jiménez
Supervisora de Área de Cuidados Críticos



Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez
Supervisor de Recursos Materiales

EXPEDIENTE 2018-0-48
OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIURESIS HORARIA

PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA
1	1	015386	EQUIPO DIURESIS HORARIA	22.000	4,00
	2	015369	BOLSA RECAMBIO URINOMETRO	60.000	0,3700
				BASE IMPONIBLE	IVA 21%
				IVA 10%	IMPORTE TOTAL
				88.000,00	18.480,00
				22.200,00	2.220,00
				110.200,00	130.900,00