

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS/EXCLUIDAS POR
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS RECOGIDOS EN
LOS PLIEGOS.**

Expediente :	PA 18/2018
Denominación:	Adquisición de jeringa precargada, suero fisiológico y accesorios de Infusión para el Hospital Universitario Severo Ochoa
Tipo de procedimiento:	Abierto

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario Severo Ochoa, en sesión de fecha 12 de junio de 2018 ha realizado la lectura del informe técnico de cumplimiento de las prescripciones técnicas requeridas. Según dicho informe técnico han sido **admitidas** las siguientes ofertas, de las empresas que se detallan:

Empresas***Lotes***

GESTION DE PRODUCTOS MEDICOS	3	10					
BECTON DICKINSON, S.A.	1	2	4	5	7	8	
HOSPIRA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	6						
IHT MEDICAL, S.A.	7						
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	7						
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	7						
LIBERA MÉDICA, S.L.	4						

Asimismo la mesa acuerda rechazar las siguientes proposiciones por presentar oferta que, según informe técnico que obra en el expediente y fue leído en sesión pública de la mesa señalada, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 145.1 del TRLCSP y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO
AMEVISA, S.A.	7	NO NOMBRA CONFORMIDAD CON ISO 8536.NO REGULA BIEN LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN, TRAS PROBAR 5 SISTEMAS EL VOLUMEN NO CAE EN EL TIEMPO PREVISTO
IMARK-HOSPITAL, S.L.	1	DIAMETRO INTERIOR DE 9MM. SE SOLICITAN 12MM.
INTERSURGICAL ESPAÑA	3	SOLO SOPORTA HASTA 3 PSI
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	10	ES UN SISTEMA PARA DOBLE JERINGA.LA BOMBA DEL CENTRO ES DE UNA SOLA JERINGA



LIBERA MÉDICA, S.L.	3	EN PRUEBA CLÍNICA QUEDA DEMASIADO RÍGIDO AL MOVER LA MESA DEL TAC DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA.
	10	ES UN SISTEMA PARA DOBLE JERINGA, LA BOMBA DEL CENTRO ES DE UNA SOLA JERINGA
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	4	NO SE PUEDEN COMPROBAR LOS BARES NI EN FICHA TÉCNICA NI EN MUESTRA
	7	EN FICHA TÉCNICA NO APARECEN NI LA PRECISIÓN DEL REGULADOR, NI LA CONFORMIDAD FRENTE A LA ISO 8536
IBERHOSPITEX SA	4	MUESTRAS DE DIFERENTES LOTES CON ENVASES DIFERENTES, A SIMPLE VISTA DE DISTINTOS MATERIALES, UNA DE LAS ALARGADERAS ES MUCHO MÁS RÍGIDA QUE LA OTRA.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre 3 (documentación económica) y de los (criterios evaluables automáticamente por aplicación de fórmulas) sobre 2B, con el siguiente resultado:

La Mesa de Contratación acuerda rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta de importe superior al tipo de licitación,

Empresa

BECTON DICKINSON S.A.

Lote

8

Y para que conste se expide y firma en Leganés, a 12 de junio de 2018.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

