

**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE CEMENTOS ÓSEOS PARA TRAUMATOLOGÍA**

P.A. 2017-0-033

1. LOTE/NOMBRE DEL ARTÍCULO

LOTE	NOMBRE DEL ARTICULO
1	CEMENTO ÓSEO DE ALTA VISCOSIDAD PRECARGADO, CON GENTAMICINA
2	CEMENTO ÓSEO MEDIA VISCOSIDAD CON GENTAMICINA
3	BOL MEZCLADOR DE CEMENTO ÓSEO
4	CEMENTO ÓSEO BAJA VISCOSIDAD
5	CEMENTO ÓSEO MEDIA VISCOSIDAD

2. DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS ARTICULOS

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	325236	CEMENTO ÓSEO DE ALTA VISCOSIDAD PRECARGADO, CON GENTAMICINA <ul style="list-style-type: none"> - Cemento óseo acrílico radiopaco de alta viscosidad con Gentamicina. - Monómero líquido y polímero en polvo estériles con colorante para diferenciar del hueso. - Sistema mezclador al vacío. - Con al menos una cánula de aplicación. - Con al menos un sello femoral. - Estéril. - Presentación: Unidad de 45,0gr $\pm 5\%$ de polvo con 0,55g de Gentamicina y 22,5ml $\pm 5\%$ de líquido. - Marcado CE.
2	267739	CEMENTO ÓSEO MEDIA VISCOSIDAD CON GENTAMICINA <ul style="list-style-type: none"> - Cemento óseo acrílico de media viscosidad con Gentamicina. - Monómero líquido y polímero en polvo estériles con colorante para diferenciar del hueso. - Con dióxido de circonio como contraste radiológico. - Esterilización por óxido de etileno. - Presentación: Unidad de 44,9gr $\pm 5\%$ de polvo con 0,55g de Gentamicina y 20,0ml $\pm 5\%$ de líquido. - Marcado CE.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	325237	BOL MEZCLADOR DE CEMENTO ÓSEO <ul style="list-style-type: none"> - De uso en mezclas de cemento de alta y mediana viscosidad. - Con al menos una espátula de plástico para mezclar cemento. - Con al menos un tubo de succión de vacío. - Con sistema de extracción de gases tóxicos. - Sistema cerrado durante la mezcla. - Mango con diseño ergonómico. - Estéril. - Marcado CE
4	025636	CEMENTO ÓSEO BAJA VISCOSIDAD <ul style="list-style-type: none"> - Cemento óseo acrílico de baja viscosidad. - Monómero líquido y polímero en polvo estériles con colorante para diferenciar del hueso. - Con dióxido de circonio como contraste radiológico. - Esterilización por óxido de etileno. - Presentación: Unidad de 40,0gr $\pm 5\%$ de polvo y 20,0ml $\pm 5\%$ de líquido. - Marcado CE.
5	267716	CEMENTO ÓSEO MEDIA VISCOSIDAD <ul style="list-style-type: none"> - Cemento óseo acrílico de media viscosidad. - Monómero líquido y polímero en polvo estériles con colorante para diferenciar del hueso. - Con dióxido de circonio como contraste radiológico. - Esterilización por óxido de etileno. - Presentación: Unidad de 44,0gr $\pm 5\%$ de polvo y 20,0ml $\pm 5\%$ de líquido. - Marcado CE.

Fdo.: Prof. Fernando Marco Martínez

Jefe de Servicio de Traumatología



[Handwritten signature]