

**COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS/EXCLUIDAS POR
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS RECOGIDOS EN
LOS PLIEGOS.**

Expediente :	PA 10/2018
Denominación:	Adquisición prótesis vasculares en el Hospital Universitario Severo Ochoa
Tipo de procedimiento:	Abierto

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario Severo Ochoa, en sesión de fecha 31 de julio de 2018 ha realizado la lectura del informe técnico de cumplimiento de las prescripciones técnicas requeridas. Según dicho informe técnico han sido **admitidas** las siguientes ofertas, de las empresas que se detallan:

EMPRESA	LOTES							
ABBOT LABORATORIES, S.A.	2	12	13					
BARD ESPAÑA, S.L.U	7							
BIOMED, S.A.	17							
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	1	2	3	4	5			
BOSTON SCIENTIFIC, S.A	14	20	21	25	26	34	39	
CARDINAL HEALTH SPAIN, S.L.	9	10	32					
CARDIVA 2, S.L.	11	33	47	48				
COOK ESPAÑA, S.A.	8	12	22	25				
LOGSA ENDOMÉDICAL S.L.	36	38						
LEMAITRE VASCULAR SPAIN, S.L.	41	48						
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	8	12	29	30	36	37		
PRIM, S.A.	4	11	41	47	48			
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	28							
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	15	16	31	44	45			

Asimismo la mesa acuerda rechazar las siguientes proposiciones por presentar oferta que, según informe técnico que obra en el expediente y fue leído en sesión pública de la mesa señalada, no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 145.1 del TRLCSP y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA	LOTE	MOTIVO EXCLUSIÓN
ABBOT LABORATORIES, S.A.	1	Se solicita carburo de silicio y es cr-co
BARD ESPAÑA, S.L.U	9	No liberación pullback (es de rueda)
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	9	No celdas interconectadas, son stent independientes
	48	Las medidas ofertadas no se corresponden con las solicitadas.
BIOMED, S.A.	21	Cateter corto (210), pedimos 230. Son de 10,5F, solicitamos de 10F
	23	Son de 7 F, solicitamos de 6F
	24	No tiene doble malla de nitinol ni tampoco sutura de retirada
	27	No tiene posibilidad de válvula antirreflujo
CARDIVA 2, S.L.	1	Se solicita carburo de silicio y es cr-co
	3	No tiene carburo de silicio y no especifica composición marcadores
	42	Oferta longitud máxima de 80 cm. Y se solicita de 90 cm
COOK ESPAÑA, S.A.	20	No reposicionable al 75% del despliegue. No extremos en bucle ensanchados
	21	No reposicionable al 75% del despliegue. No extremos en bucle ensanchados
	26	No reposicionable al 75%
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	39	Se especifica en PPT uso venosos y se trata de un stent arterias
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	1	No recubrimiento de carburo de silicio
PRIM, S.A.	2	Material: acero recubierto de carbofil
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	21	Solicitamos endoprótesis gatroduodenal y presentan endoprotesis de colon
	24	No tiene doble malla de nitinol
	25	No presenta ficha técnica del lote
	26	No figura en instrucciones del fabricante el reposicionamiento del 75% de su despliegue (si en FT, incongruencia entre ambas)
	27	No configuración simétrica y asimétrica

Seguidamente se procede a la apertura de la documentación económica, sobre 3 y de los criterios evaluables automáticamente por aplicación de fórmulas (sobres 2B) con el siguiente resultado:

La Mesa de Contratación acuerda rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta de importe superior al tipo de licitación,

Empresa

Lotes

Boston Scientific Ibéricas, S.A.

14 y 39

Y para que conste se expide y firma en Leganés, a 31 de julio de 2018.

LA SECRETARÍA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Nuria Alcalde García

