

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SONDAS DE COAGULACION PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE” DE MADRID.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución suministro de **SUMINISTRO DE SONDAS DE COAGULACION PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**, con destino al Hospital Universitario “12 de Octubre”.

El Expediente comprende los siguientes Lotes:

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION
1	1	SONDAS PARA COAGULADOR DE PLASMA DE ARGÓN PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA <ul style="list-style-type: none"> Sondas para coagulador de plasma de argón y uso en gastroscopia y colonoscopia, para canal de trabajo de 2.8, 180 cm de longitud mínima, con conexión estándar adecuada a las fuentes de diatermia y electrocoagulación por gas argón disponibles en el Servicio de varias marcas y modelos. Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. Es imprescindible la existencia de modelos específicos para enteroscopia y endoscopios ultrafinos, canal de trabajo de 2.0 mm. Punta de cerámica de alta calidad.
	2	ELECTRODO NEUTRO <ul style="list-style-type: none"> Placa de electrodo neutro desechable con adhesivo eléctricamente conductivo, sin látex, bilobuladas de más de 150 cm² de superficie de conexión y conexión compatible con las fuentes de electro-bisturí disponibles en el Servicio de diversas marcas y modelos. Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.
2	3	SONDAS PARA COAGULADOR DE PLASMA DE ARGON PARA FUENTE DE DIATERMIA <ul style="list-style-type: none"> Sondas para coagulador de plasma de argón y uso en gastroscopia y colonoscopia, para canal de trabajo de 2.8, 180 cm de longitud mínima, para las fuentes de diatermia y electrocoagulación por gas argón modelo VIO 200 existentes en el Servicio. Un solo uso. Es necesaria la existencia de modelos específicos para enteroscopia y endoscopios ultrafinos, canal de trabajo de 2.0 mm.

OTROS REQUISITOS:

Los adjudicatarios se comprometen a suministrar todos los modelos en todas sus variantes, sin limitaciones de ningún tipo y ajustándose a las necesidades del Servicio. Así como a suministrar todas aquellas mejoras técnicas que aparezcan para el material objeto de este concurso en un futuro.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI

Se solicitan dos unidades por cada número de orden.


No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 1 de marzo de 2018



Subdirector Médico
Fdo: Dr. Rivas

Coordinador U. Endoscopias M. Ap. Digestivo
Fdo: Dr. Díaz-Tasende



Jefe de Servicio M. Ap. Digestivo
Fdo.:Gregorio Castellano Tortajada

EXPEDIENTE 2018-0-56

OBJETO: SUMINISTRO DE SONDAS DE COAGULACION SERVICIO ENDOSCOPIAS

ANEXO AL PLIEGO								
LOTE	ORDE N	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	1	SONDAS PARA COAGULADOR DE PLASMA DE ARGON PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA	480	480	219,88	105.542,40	22.163,90	127.706,30
	2	ELECTRODO NEUTRO	7200	7.200	1,24	8.928,00	1.874,88	10.802,88
2	3	SONDAS PARA COAGULADOR DE PLASMA DE ARGON PARA FUENTE DE DIATERMIA	194	194	230,00	44.620,00	9.370,20	53.990,20
						159.090,40	33.408,98	192.499,38