

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-63
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **23 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
B62943063	ALBYN MEDICAL, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A28458826	BIOMED, S.A.
A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
A08525073	COOK ESPAÑA, S.A.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **23 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

EXPEDIENTE: 2018-0-63

Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS
Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	054292	PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➢ Flexibilidad baja.....2 puntos ➢ Flexibilidad media.... 5 puntos ➢ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 4 1. 2 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción baja). 2. 2 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad baja). 3. 0 Puntos : (no aporta). BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A...TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta). 3.- 10 Puntos: (>25 artículos científicos). COOK ESPAÑA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 20 1.- 10 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad(alta). 3.- 0 Puntos : (no aporta)	

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2	056735	PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 4 1.- 2 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción baja) 2.- 2 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad(baja) 3.- 0 Puntos : (no aporta) BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos : (>25 artículos científicos) COOK ESPAÑA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 20 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 0 Puntos: (no aporta)	

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3	055814	PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos)	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos : (>25 artículos científicos)	ALBYN MEDICAL: No dispone de prótesis con mecanismos de liberación proximal y distal, como se solicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
4	055387	PRÓTESIS ESOFÁGICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 4 1.- 2 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción baja) 2.- 2 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad baja) 3.- 0 Puntos: (no aporta) BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,..... TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos : (>25 artículos científicos): IZASA HOSPITAL, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 27,6 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos : (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 7'6 Puntos: (19 artículos científicos)	ALBYN MEDICAL: No dispone de prótesis con mecanismos de liberación proximal y distal, como se solicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
5	057449	PRÓTESIS ESOFÁGICAS BIODEGRADABLES TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 10 1.- 5 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción media). 2.- 5 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad media) 3.- 0 Puntos: (no aporta).	

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
6	057804	PRÓTESIS CÓLICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MAXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 4 1.- 2 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción baja) 2.- 2 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad baja) 3.- 0 Puntos: (no aporta) BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,... TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos: (>25 artículos científicos) IZASA HOSPITAL, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 20 1.- 10 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 0 Puntos: (no aporta)	ALBYN MEDICAL: El sistema de liberación no es eficiente, no dispone de mecanismos de liberación proximal y distal. No dispone del diámetro del cuerpo de la prótesis de 25 mm , como se solicita en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
7	055409	PRÓTESIS CÓLICAS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad baja.....2 puntos ➤ Flexibilidad media.... 5 puntos ➤ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➤ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos	IZASA HOSPITAL, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos: (11 artículos científicos)	

EXPEDIENTE: 2018-0-63

**Material: SUMINISTRO DE IMPLANTES DIGESTIVOS
SERVICIO DE ENDOSCOPIAS**

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
8	055967	PRÓTESIS DUODENALES METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES TOTAL PUNTOS MÁXIMO 30 PUNTOS 1. Flexibilidad del sistema de introducción.....Máximo 10 puntos ➢ Flexibilidad baja.....2 puntos ➢ Flexibilidad media.... 5 puntos ➢ Flexibilidad alta 10 puntos 2. Diseño de la malla metálica:Flexibilidad y adaptabilidad.....Máximo 10 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad baja..... 2 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad media.....5 puntos ➢ Flexibilidad y adaptabilidad alta.....10 puntos 3. Calidad de evidencia científica publicada (Se valorará proporcionalmente al nº de publicaciones en revistas científicas de alto impacto..... Máximo 10 puntos)	BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 4 1.- 2 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción baja) 2.- 2 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad baja) 3.- 0 Puntos: (no aporta) BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,.... TOTAL PUNTOS: 30 1.- 10 Puntos : (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 10 Puntos: (>25 artículos científicos) COOK ESPAÑA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 21 1.- 10 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 1 Punto: (2 artículos científicos) IZASA HOSPITAL, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 22 1.- 10 Puntos: (Flexibilidad de sistema de introducción alta) 2.- 10 Puntos: (Flexibilidad y adaptabilidad alta) 3.- 2 Puntos: (4 artículos científicos)	ALBYN MEDICAL: El sistema de liberación no es eficiente, no dispone de mecanismos de liberación proximal y distal. Oferta prótesis parcialmente recubiertas. Se solicita prótesis cubiertas.

Madrid, a 18 de mayo de 2018

Fdo: Dr. Díaz-Tasende
 Coordinador U. Endoscopias M. Ap. Digestivo