

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-36
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE CATÉTERES DE INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **16 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A28536480	VYGÓN, S.A.U.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B15155237	HORTAS SUMINISTROS, S.L.
A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A
B80601982	CARDIVA 2, S.L.
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
A58710740	PALEX MEDICAL, S.A.
B46012696	BAXTER, S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **16 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

ANEXO

LOTE 1

EXPEDIENTE: 2016-0-36

Material: CATÉTERES INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1 (orden 1 y 2)	017896 011617	<p>CATETER INFILTRACION DE HERIDAS QUIRURGICAS</p> <p>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Resistencia a la acodadura Máximo 10 puntos</p> <p>2. Resistencia a la tracción Máximo 10 puntos</p> <p>3. Mayor calibre del catéter Máximo 10 puntos</p>	<p>HORTAS SUMINISTROS, S.L. TOTAL PUNTOS 30</p> <p>1. 10 puntos</p> <p>2. 10 puntos</p> <p>3. 10 puntos</p>	<p>IZASA HOSPITAL, S.A.U.: No dispone de filtro antibacteriano.</p>

Madrid, 9 de mayo de 2018

POR EL SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACION

Fdo. Dr. Gómez Guijarro

LOTES 2, 3 Y 4

EXPEDIENTE: 2016-0-36

Material: CATÉTERES INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2 (orden 3 y 4)	017897 014867	<p>INFUSOR ELASTOMERICO</p> <p>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 puntos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acreditación documental y detallada sobre estabilidad y compatibilidad de medicamentos 10 puntos 2. Ajuste a la velocidad nominal cuando lleva lleno 15-30 días..... Máximo 20 puntos 	<p>BAXTER, S.L., GRIFOLS MOVACO,S.A , IZASA HOSPITAL, S.A.U. , CARDIVA 2 S.L, PALEX MEDICAL, S.A.TOTAL PUNTOS 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 puntos. 2. 0 puntos. No aportan documentación. 	<p>VYGON S.A.U. : No aporta documentación sobre compatibilidad con levobupivacaina</p>

LOTES 2, 3 Y 4

EXPEDIENTE: 2016-0-36

Material: CATÉTERES INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3 (orden 5 y 6)	017518 017671	<p>SISTEMA ENTRADA PUNZON VENTEO/NO VENTEO SALIDA LUER CONECTOR LUER</p> <p>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Salida luer lock con filtro de 1,2µ30 puntos</p>	<p>BAXTER, S.L. TOTAL PUNTOS:30</p> <p>1. 30 puntos</p>	
4 (orden 7 y 8)	017371 017885	<p>SISTEMAS PARA INFUSION CONTINUA</p> <p>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Acreditación documental detallada sobre estabilidad y compatibilidad de medicamentos citostáticos y/o citotóxicos 30 puntos</p>	<p>BAXTER, S.L. TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. 30 puntos</p>	<p>CARDIVA 2, S.L. , PALEX MEDICAL, VYGON S.A.U., IZASA HOSPITAL: Filtro de partículas y aire se encuentra en la línea de infusión y no en el interior del dispositivo, como se solicita. En el orden 7 ofertan un dispositivo con muchas más velocidades de las solicitadas (máximo 3 velocidades)</p> <p>GRIFOLS MOVACO,S.A.: Filtro de partículas y aire se encuentra en la línea de infusión y no en el interior del dispositivo, como se solicita.</p>

Madrid, 11 de mayo de 2018

LA JEFE DE SECCION DE FARMACIA



Fdo: Dr. Pilar Gomis

POR EL SERVICIO DE FARMACIA



Fdo: Dra. María Puy Goyache


LOTE 5

EXPEDIENTE: 2016-0-36

Material: CATÉTERES INFILTRACIÓN DE HERIDAS E INFUSORES			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
5 (orden 9 y 10)	014769 018940	<p>SISTEMAS PARA INFUSION DE MEDICACION PARA CONTROL SINTOMATICO</p> <p>TOTAL PUNTOS.....MAXIMO 30 puntos</p> <p>1. Acreditación documental detallada sobre el impacto en la velocidad de infusión en función de las condiciones ambientales, físicas del paciente y viscosidad de la medicación 30 puntos</p>	<p>BAXTER, S.L. TOTAL PUNTOS:30</p> <p>1. 30 puntos</p>	<p>IZASA HOSPITAL, S.A.U.: Oferta velocidad de infusión de 1,2 ml/h y 0,6 ml/h, se solicita 1ml/h y 0,5 ml/h</p> <p>CARDIVA 2, S.L.: Tiene un tamaño que no permite que el paciente lo transporte con discreción.</p> <p>Filtro de partículas y aire se encuentra en la línea de infusión y no en el interior del dispositivo, como se solicita.</p> <p>GRIFOLS MOVACO,S.A.: Filtro de partículas y aire se encuentra en la línea de infusión y no en el interior del dispositivo, como se solicita.</p>

Madrid, 11 de mayo de 2018

JEFE EQUIPO SOPORTE HOSPITALARIO PALIATIVOS


 Fdo: Luis B. Caurcel